# seT PP

## SELF ETCHING, SELF ADHESIVE RESIN CEMENT INSTRUCTIONS FOR USE

ENGLISH

'seT PP' is a fluoride releasing self etching, self adhesive dual-cure resin cement in a paste/paste system. 'seT PP' is designed for the cementation of indirect ceramic, metal or composite inlays, onlays, crowns, bridges, posts and screws.

**COMPOSITION:**
35% by weight methacrylate ester.
65% by weight inorganic filler.

**INDICATIONS FOR USE:**
Ceramic, metal or composite inlays, onlays, crowns, bridges, posts, and screws.

**CONTRA-INDICATIONS:**
Product may cause skin irritations to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**
TOOTH PREPARATION:
1. Select the appropriate shade of 'seT PP'.
2. Remove the temporary restoration and clean the preparation thoroughly using an oil free pumice to remove any remaining temporary cement (NOTE: temporary restoration should only be seated with eugenol-free cement).
3. Try in the restoration.
4. Again, clean with water and dry, but DO NOT DESICCATE.
   WARNING: In cases where pulp protection is necessary, use a hard setting calcium hydroxide liner before the final impression is made. Substances such as hydrogen peroxide, desensitizers, disinfectants, astringents and dentin sealants etc should not be used as residues may interfere with bond strength and setting reactions.

RESTORATION PREPARATION:
Clean thoroughly and prepare the restoration according to manufacturer's instructions.

PREPARATION OF SYRINGE:
Remove cap. Dispense 2-3mm of material onto a pad and discard (to ensure correct ratio of extrusion). Attach a mixing tip to the syringe.

MIXING BY HAND:
Without mixing tip attached, extrude even amount of material onto mixing pad. With a suitable spatula mix the two pastes together for 30 seconds.

APPLICATION of 'seT PP'
1. Protect the work area against contamination from intra-oral fluids.
2. Place or extrude 'seT PP' evenly onto all bonding surfaces of the restoration and tooth. NOTE: Do not use Lentulo-Spirals to insert the cement into root canals, as this can excessively accelerate setting. Also to avoid entrapping air, vibrate posts while inserting into root canal.
   NOTE: In the case of veneers, use an adhesive (Go!, Stae, etc according to manufacturer's instructions including any etching procedure) prior to seT PP to improve the retentive strength. Cement only 1-2 veneers at a time due to limitation of the paste's working time.

| | |
|---|---|
| Working time at room temperature | 2 minutes |
| Net setting time at oral temperature | 5 minutes |
| Light-curing time | 20 seconds |

Note: These times are approximate only, and may vary based on storage conditions, humidity, age of product and temperature.

3. Seat restoration, and leave for 30 seconds before any light curing is carried out.
4. Trim excess material away after light curing for 2 seconds or after 2 minutes from start of mixing.
   NOTE: If excess cement is removed with a sponge pellet or a similar implement leave a minimal amount of excess after restoration is seated. Immediately after, either briefly light-cure the excess or if allowing to self-cure cover the excess with glycerine gel to prevent oxygen inhibition.
5. Light cure thoroughly to speed up setting process (minimum 20 seconds per surface). In the case of composite and all ceramic materials, light cure 'seT PP' through the restoration.
6. Polish marginal area.

**STORAGE AND HANDLING:**
**Avoid excess heat. For optimum performance, refrigeration of the product is recommended.**
Store at temperatures between 2° and 25°C (35° - 77°F).
For optimum freshness, refrigeration is optional.
Use at room temperature between 20° and 25°C (68° - 77°F).

**PRECAUTIONS:**
For professional use only.
Keep out of reach of children.
Do not take internally.
Do not use after expiry date.
Caution: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

**FIRST AID:**
Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek medical attention.
Skin (contact): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
Ingestion: Drink plenty of water/milk. Seek medical attention if symptoms persist.
Inhalation: No symptoms expected.

**PACKAGING:**
- 7g Syringes
- Available shades: A1, A2, OA3, Translucent, White Opaque.
- Assorted Kit, containing one syringe each of shades A1, A2, OA3, Translucent, White Opaque shades, 70 mixing tips.
- Mixing tips - 50 pack

Last Revised: 05-2020


Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street
Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

EC REP
SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne
Germany
T+49 2203 9255 0


25°C 77°F
2°C 35°F
CE 0297
PAK41192 J

# seT PP

## SELBSTÄTZENDER, SELBSTHAFTENDER KUNSTSTOFF ZEMENT GEBRAUCHSANWEISUNG

DEUTSCH

'seT PP' ist ein Fluoride freisetzender, selbstätzender, selbsthaftender, dual aushärtender Kunststoffzement als Paste / Paste System. 'seT' PP wurde entwickelt zum Zementieren von indirekten Restaurationen mit Keramik, Metall oder Komposit, für Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stifte und Schrauben.

**ZUSAMMENSETZUNG:**
35% Gew. Metacrylatester
65% Gew. Anorganische Füllstoffe

**INDIKATIONEN:**
Keramik, Metall oder Komposit Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stifte, und Schrauben.

**KONTRAINDIKATIONEN:**
Dieses Produkt kann bei einigen Personen Hautirritationen hervorrufen. In diesem Fall sollte die Anwendung abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden.

**GEBRAUCHSANWEISUNG:**
VORBEREITUNG DES ZAHNS:
1. Die richtige Farbe für 'seT PP' aussuchen.
2. Das Provisorium entfernen und die Präparation gründlich von jeglichem Befestigungszement des Provisoriums reinigen. (BEMERKUNG: das Provisorium sollte ausschließlich mit einem Zement befestigt werden, der kein Eugenol enthält).
3. Den Sitz der Restauration probieren.
4. Nochmals mit Wasser reinigen und trocknen, aber NICHT AUSTROCKNEN.
   WARNUNG: In Fällen, bei denen die Pulpa geschützt werden muss, einen festhärtenden Kalziumhydroxid Liner vor dem Einsetzen benutzen. Wasserstoffperoxid, Desensibilisierer, Desinfektionsmittel, Blutstiller, Versiegler oder ähnliche Stoffe, sollten nicht verwendet werden, weil deren Rückstände die Haftung und die Aushärtung behindern können.

VORBEREITUNG DER RESTAURATION:
Gründlich reinigen und gemäß den Angaben des Herstellers vorbereiten.

VORBEREITUNG DER SPRITZE:
Verschlusskappe entfernen. Etwa 2-3mm des Materials auf ein Mischpad auftragen und entsorgen (damit ein genaues Mischverhältnis erreicht wird). Einen Mischaufsatz an der Spritze befestigen.

ANMISCHEN VON HAND:
Ohne Mischaufsatz eine gleichmäßige Menge des Materials auf ein Mischpad auftragen. Mit einem geeigneten Spatel die beiden Pasten für 30 Sekunden mischen.

APPLIKATION von 'seT' PP
1. Die bearbeiteten Flächen vor Kontamination mit oralen Flüssigkeiten schützen.
2. 'seT PP' gleichmäßig auf alle zu klebenden Oberflächen der Restauration und des Zahns auftragen. BEMERKUNG: Keine Lentulo-Spiralen zur Eingabe des Zements in Wurzelkanäle benutzen, da diese die Aushärtung stark beschleunigen können. Um Luftblasen zu vermeiden sollten die Stifte leicht vibriert werden, während sie in den Wurzelkanal eingeführt werden.
   BEMERKUNG: Im Falle von Veneers empfiehlt sich die Nutzung eines Adhäsivs (Go!, Stae, o.ä., gemäß den Angaben des Herstellers, auch mit eventuellem Ätzen) bevor seT PP angewendet wird, so dass die Haftkraft gesteigert wird. Es sollten nur 1-2 Veneers auf einmal zementiert werden, wegen der begrenzten Bearbeitungszeit der Paste vor dem Aushärten.

| | |
|---|---|
| Arbeitszeit bei Raumtemperatur | 2 Minuten |
| Net Aushärtezeit bei Körpertemperatur | 5 Minuten |
| Zeit zum Lichthärten | 20 Sekunden |

Bemerkung: die hier angegebenen Zeiten sind lediglich Schätzungen und variieren je nach Aufbewahrungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit, Frische des Materials und Raumtemperatur.

3. Die Restauration einsetzen und 30 Sekunden abwarten bevor mit der Härtelampe bestrahlt wird.
4. Überschüssiges Material nach 2 Sekunden Lichthärten oder 2 Minuten nach dem Beginn des Anmischens abnehmen.
   BEMERKUNG: Wenn der überschüssige Zement mit einem Schwammpellett oder ähnlichem entfernt wird, sollte eine geringe Menge überschüssiges Material übrig gelassen werden, nachdem die Restauration eingesetzt wurde. Sofort danach das überschüssige Material entweder kurz lichthärten, oder zum selbsthärten mit Glyzeringel versiegeln.
5. Gründlich lichthärten um die Aushärtung zu beschleunigen (mindestens 20 Sekunden pro Oberfläche). Bei Komposit und Keramik kann 'seT' PP durch die Restauration lichtgehärtet werden.
6. Die Ränder polieren.

**AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT:**
**Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Für eine optimale Performance wird eine kühle Lagerung empfohlen.**
Bei Temperaturen zwischen 2°C und 25°C (35°F - 77°F) lagern.
Für optimale Frische kann das Material im Kühlschrank gelagert werden.
Bei Zimmertemperatur zwischen 20°C und 25°C (68°F - 77°F) benutzen.

**WARNHINWEISE:**
Ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch.
Von Kindern fernhalten.
Nur zur äußeren Anwendung.
Nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit nicht mehr verwenden.
Beachten: Dieses Produkt darf nur von Zahnärzten verwendet werden.
Sicherheitsdatenblätter unter www.sdi.com.au oder bei Ihrem Dental-Depot.

**ERSTE HILFE:**
AUGEN (Kontakt): Augen gründlich mit Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen.
HAUT (Kontakt): Mit einem in Alkohol getränktem Schwamm oder Tuch abwaschen. Gründlich mit Wasser abspülen.
Verschlucken: Viel Milch oder Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen.
Inhalation: Es werden keine Symptome erwartet.

**PACKUNGSEINHEITEN:**
- 7g Spritzen
- Erhältlich in den Farben: A1, A2, OA3, transluzent, weiß opak.
- Sortimentspackung mit jeweils 1 Spritze in A1, A2, OA3, weiß opak & transparent sowie 70 Mixaufsätze
- Mixaufsätze 50 Stück

# seT PP

## CIMENTO RESINOSO AUTOCONDICIONANTE E AUTO ADESIVO INSTRUÇÕES DE USO

PORTUGUÊS

seT PP é um cimento auto-adesivo, autocondicionante, dupla cura. "SET PP" foi desenvolvido para a cimentação de inlays/onlays indiretas cerâmicas, metálicas ou compostas, coroas, pontes e retentores intra-radiculares. Não é necessário o condicionamento ácido e adesivo em dentina ou esmalte ao utilizar seT PP. seT PP tem alta liberação de flúor.

**COMPOSIÇÃO:**
35% em peso de éster metacrilato
65% em peso de partícula inorgânica

**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:**
CATEGORIA ESPECIFICAÇÕES
Tipo: Cimento resinoso auto-adesivo, autocondicionante.
Embalagem: Dupla seringa 7g.
Cores Disponíveis: A1, A2, OA3, Translúcido, Branco Opaco
Prazo de Validade: 24 meses.
Temperatura de Armazenamento: 2°C a 25°C.
Condições de Armazenamento: Manter refrigerado até o uso
Resistência à Compressão após 24h: Não menos que 150 MPa
Espessura do Filme: Não mais que 50µ
Resistência à tração diametral após 24h: Não mais que 50 MPa
Solubilidade: Não mais que 7,5µg/mm³

**INDICAÇÕES DE USO:**
- Inlays/onlays, cerâmicas, metálicas e compostas
- Coroas
- Pontes
- Retentores intraradiculares

**CONTRA-INDICAÇÕES:**
- Facetas

**INSTRUÇÕES DE USO:**
PREPARAÇÃO DO DENTE:
1. Selecione a tonalidade apropriada de seT PP.
2. Remova a restauração provisória e limpe a preparação completamente utilizando pedra-pomes livre de óleo para remover qualquer cimento temporário remanescente (NOTA: as restaurações provisórias só devem ser cimentadas com cimento livre de eugenol).
3. Prove a restauração.
4. Limpe novamente com água e seque, mas não desidrate.

ADVERTÊNCIA: O uso de substâncias como peróxido de hidrogênio, desensibilizantes, desinfetantes, adstringentes e selantes destinários não devem ser utilizados uma vez que os resíduos podem interferir na força de adesão e reações de presa.

PREPARAÇÃO DA RESTAURAÇÃO:
Limpe completamente e prepare de acordo com as instruções do fabricante e de cada material.

PREPARAÇÃO DA SERINGA:
Remova a tampa da seringa e despreze a porção inicial até que as duas partes saiam em quantidades iguais e conecte a ponta de automistura.

MISTURA MANUAL
Sem a ponta misturadora encaixada, dispense uma pequena quantidade do produto no bloco de mistura. Com uma espátula adequada misture as duas pastas por 30 segundos.

APLICAÇÃO do 'seT PP'
1. Proteja a área a ser trabalhada contra contaminação de fluídos intra-orais.
2. Aplique seT PP uniformemente sobre todas as superfícies de união, tanto na restauração como do dente. NOTA: Não use Broca Lentulo para inserir o cimento no canal, uma vez que isso pode acelerar excessivamente o tempo de presa.

| | |
|---|---|
| Tempo de Trabalho: | 3 minutos |
| Tempo líquido de fixação: | 5 minutos |
| Tempo de fotopolimerização | 20 segundos |

Nota: Altas temperaturas e a luz do refletor diminuirão os tempos de trabalho e presa.

3. Assente a restauração e aguarde 30s para fazer a fotopolimerização.
4. Retire o excesso de material após fotopolimerizar por 2 segundos ou após 2 minutos a partir do início da mistura.
   NOTA: Se o excesso de cimento for removido com uma bolinha de esponja ou instrumental similar, deixe uma quantidade mínima de excesso após a restauração ter sido assentada.
   Fotopolimerize rapidamente o excesso ou, se deixar autopolimerizar, cubra o excesso com gel de glicerina para evitar a inibição por oxigênio.
5. Fotopolimerize totalmente para acelerar o processo de colocação (20 segundos no mínimo por superfície). No caso de compósitos e todos os tipos de cerâmica, fotopolimerize seT PP através da restauração.
6. Faça o polimento na área marginal.

**ARMAZENAGEM E MANUSEIO:**
- Manter refrigerado até o uso.
- Armazenar em temperaturas entre 2°C e 25°C.
- Usar sob temperatura ambiente entre 20°C e 25°C.
- Não usar após a data de validade.

**PRECAUÇÕES:**
- Apenas para uso profissional.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não ingerir.
- Não utilizar após o vencimento.
- Para mais informações, consultar o site www.sdi.com.au ou entrar em contato com um representante.
- A Lei Federal restringe a venda deste produto apenas para o dentista. Instruções completas e FISPQ disponíveis em www.sdi.com.au ou contate seu representante local.
- O produto pode causar irritação na pele de algumas pessoas. Nestes casos descontinue o uso e procure cuidados médicos.

**PRIMEIROS SOCORROS:**
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água abundante e procurar orientação médica.
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano ou esponja umedecidos em álcool. Lavar com água abundante.
- Em caso de ingestão, beber bastante água ou leite e procurar orientação médica se os sintomas persistirem.
- Não é esperado nenhum sintoma em caso de inalação.

**APRESENTAÇÃO:**
Seringas com 7g - Disponível nas cores: A1, A2, OA3, Translúcido, Branco Opaco

Data de Fabricação/ Data de Validade/ Lote nº: vide em rótulo

Registro ANVISA nº: 10282490031

# seT PP

## CEMENTO RESINOSO. AUTOADHESIVO, AUTOGRABADOR INSTRUCTIONES DE USO

ESPAÑOL

'seT PP' es un cemento resinoso autograbador, autoadhesivo, liberador de flúor y de curado dual presentado en un sistema pasta/pasta. 'seT PP' está diseñado para la cementación de incrustaciones intracoronarias o extracoronarias, coronas, puentes, postes, tornillos y metal o composite.

**COMPOSICION:**
35% de peso de éster metacrilato.
65% de peso de relleno inorgánico.

**INDICACIONES DE USO:**
Incrustaciones intracoronarias o extracoronarias, coronas, puentes, postes, tornillos y carillas a base de cerámica o metal.

**CONTRAINDICACIONES:**
Este producto puede ocasionar irritación en la piel a algunas personas. En tal caso, descontinúe su uso y busque atención médica.

**INSTRUCCIONES DE USO:**
PREPARACIÓN DEL DIENTE:
1. Elija el tono adecuado de 'seT PP'.
2. Retire la restauración provisional y limpie cuidadosamente la preparación utilizando una piedra pómez sin aceite para eliminar cualquier residuo del cemento provisional (NOTA: se debe colocar la restauración provisional aplicando únicamente cemento sin eugenol)
3. Pruebe la restauración.
4. De nuevo, límpiela con agua y seque, pero NO LA RESEQUE.
   ADVERTENCIA: En casos donde sea necesaria la protección pulpar, utilice una base de hidróxido de calcio con fraguado compacto antes de realizar la impresión final. No se deben utilizar sustancias tales como el peróxido de hidrógeno, desensibilizantes, desinfectantes, astringentes, sellantes dentinarios, etc. ya que los residuos pueden interferir con la fuerza de adhesión y las reacciones de fraguado.

PREPARACIÓN DE LA RESTAURACIÓN:
Limpie cuidadosamente y prepare la restauración de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

PREPARACIÓN DE LA JERINGA:
Retire la tapa. Dispense 2-3mm del material en un bloc y deséchelo (para asegurar la porción correcta de la extrusión). Una la punta para mezclar a la jeringa.

MEZCLA MANUAL:
Sin unir la punta para mezclar, extruda una cantidad uniforme del material en un bloc de mezcla. Con ayuda de una espátula apropiada mezcle las dos pastas por 30 segundos.

APLICACIÓN de 'seT PP'
1. Proteja el área de trabajo contra la contaminación de fluidos intraorales.
2. De forma homogénea, aplique o extruda 'seT PP' en todas las superficies a unir de la restauración y del diente. NOTA: No utilice Lentulos en forma de Espiral para insertar el cemento en los canales radiculares, ya que esto puede acelerar en exceso el proceso de fraguado. También mueva los postes al momento de insertarlos dentro del canal radicular para evitar el aire interior.
   NOTA: En el caso de las carillas, utilice un adhesivo (Go!, Stae, etc. de acuerdo con las instrucciones del fabricante, inclusive cualquier procedimiento para grabado) antes que seT PP aumente la resistencia retentiva. Cemente solo 1-2 carillas a la vez, debido al limitado tiempo de manipulación de la pasta.

| | |
|---|---|
| Tiempo de manipulación a temperatura ambiente | 2 minutos |
| Tiempo neto de fraguado a temperatura oral | 5 minutos |
| Tiempo de fotocurado | 20 segundos |

Nota: Estos tiempos muestran solo un intervalo aproximado, y pueden variar en base a las condiciones de almacenamiento, humedad, antigüedad del producto y temperatura.

3. Coloque la restauración y déjela por 30 segundos antes de efectuar cualquier procedimiento de fotocurado.
4. Recorte el exceso de material después de fotocurarlo por 2 segundos o después de haber transcurrido 2 minutos desde el inicio de la mezcla.
   NOTA: Si elimina el exceso de cemento con una bolita esponjosa o un instrumento similar, procure dejar una mínima cantidad de dicho exceso después de colocar la restauración. Inmediatamente después, fotocure el exceso por poco tiempo o si se deja autocurar, cubra el exceso con un gel de glicerina para prevenir la inhibición del oxígeno.
5. Fotocure cuidadosamente para acelerar el proceso de fraguado (mínimo de 20 segundos por superficie). En el caso de los composites y todos los materiales de cerámica, fotocure 'seT PP' a través de la restauración.
6. Pula el área marginal.

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO:**
**Evitar el exceso de calor. Para una máxima garantía, recomendamos que se conserve al frío.**
Almacenar a temperaturas entre los 2° y 25°C (35° - 77°F).
La refrigeración es una alternativa para obtener una óptima frescura.
Utilizar a temperatura ambiente entre los 20° y 25°C (68° - 77°F).

**PRECAUCIONES:**
Solo para uso profesional.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerirlo.
No utilizarlo después de la fecha de vencimiento.
Advertencia: Las Leyes Federales restringen la venta de este producto por o a petición de un dentista.
Ficha Técnica sobre Seguridad de Materiales (MSDS) disponible en www.sdi.com.au o contacte a su representante regional.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
Ojos (contacto): Enjuague cuidadosamente con agua y busque atención médica.
Piel (contacto): Limpie utilizando un trapo o una esponja empapada en alcohol. Enjuague cuidadosamente con agua.
Ingestión: Beba mucha agua/leche. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
Inhalación: No se esperan síntomas.

**PRESENTACIÓN:**
- Jeringas de 7g
- Tonos disponibles: A1, A2, OA3, Translúcido, Blanco Opaco.
- Kit Surtido, conteniendo una jeringa por cada tono A1, A2, OA3, Translúcido, Blanco Opaco, 70 puntas para mezclar.
- Puntas para mezclar – paquete de 50 unidades

# seT PP

## CIMENT RÉSINE AUTO-MORDANÇANT, AUTO- ADHÉSIF MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

'seT PP' est un ciment résine auto-mordançant, auto-adhésif, à polymérisation duale présenté en pâte adhésive. 'seT PP' a été conçu pour le scellement de prothèses métalliques, composites, céramiques, d'obturations prothétiques indirectes (inlays et onlays), de couronnes, bridges, tenons, vis et coiffes.

**COMPOSITION :**
35% en poids d'ester de méthacrylate
65% en poids de matériau d'obturation inorganique

**INDICATIONS D'UTILISATION :**
Scellement de prothèses métalliques, composites, céramiques, d'obturations prothétiques indirectes (inlays et onlays), de couronnes, bridges, tenons et vis et de facettes.

**CONTRE-INDICATIONS :**
Le produit peut causer des irritations cutanées chez certaines personnes. Dans de tels cas, arrêter d'utiliser le produit et consulter un médecin.

**INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION :**
PRÉPARATION DE LA DENT
1. Sélectionner la teinte de 'seT PP' appropriée
2. Enlever la prothèse provisoire et nettoyer la préparation à fond en utilisant un sablage de ponce exempte d'huile pour retirer tout ciment de scellement provisoire restant (NOTE : une prothèse provisoire ne doit être mise en place qu'avec un ciment de scellement exempt d'eugénol)
3. Essayer la prothèse
4. Nettoyer à nouveau avec de l'eau et sécher, mais NE PAS DESSÉCHER. Au cas où une protection pulpaire serait nécessaire, utiliser un ciment collage fond de cavité pour protection pulpo-dentaire d'hydroxyde de calcium qui devient très dur après photopolymérisation avant de procéder à l'impression définitive. Des substances telles que le peroxyde d'hydrogène, les désensibilisateurs, les désinfectants, les astringents et les résines pour scellement de la dentine etc., ne doivent pas être utilisés car leur résidus pourraient interférer avec la force adhésive et les réactions de prise.

PRÉPARATION DE LA PROTHÈSE
Nettoyer à fond et préparer la prothèse conformément aux instructions du fabricant.

PRÉPARATION DE LA SERINGUE
Enlever le capuchon. Distribuer 2 à 3 mm du matériau sur un bloc de papier pour mélange et mettre au rebut (pour garantir un rapport d'extrusion correct). Fixer un embout mélangeur à la seringue.

MÉLANGE MANUEL
Sans embout de mélange attaché, extruder une quantité égale de matériau sur le bloc de papier pour mélange. Avec une spatule appropriée, mélanger les deux pâtes adhésives ensemble pendant 30 secondes.

APPLICATION du 'seT PP'
1. Protéger la zone de travail d'une contamination induite par des fluides intra-buccaux.
2. Placer ou extruder le 'seT PP' de façon uniforme sur toutes les surfaces de liaison de la prothèse et de la dent. NOTE : Ne pas utiliser de bourre-pâte de Lentulo pour insérer le ciment de scellement dans les canaux radiculaires car ceci pourrait accélérer excessivement la prise. Éviter également de piéger de l'air et de faire vibrer les tenons lors de l'insertion dans le canal radiculaire.
   NOTE : Dans le cas de facettes et coiffes, utiliser un adhésif (Go!, Stae, etc. conformément aux instructions du fabricant, y compris une procédure de mordançage) avant le seT PP pour améliorer la force de rétention. Ne sceller que 1 à 2 facettes et coiffes à la fois en raison de la limitation du temps de travail de la pâte.

| | |
|---|---|
| Temps de travail à température ambiante | 2 minutes |
| Temps de prise net à la température buccale | 5 minutes |
| Temps de photopolymérisation | 20 secondes |

Note : Ces temps ne sont qu'approximatifs et peuvent varier en fonction des conditions de conservation, de l'humidité, de l'âge du produit et de la température.

3. Mettre en place la prothèse et laisser fixer pendant 30 secondes avant de procéder à une photopolymérisation.
4. Enlever l'excès de matériau pendant 2 secondes après la photopolymérisation ou après 2 minutes à partir du début du mélange.
   NOTE : Si l'excès de ciment est enlevé avec une boulette éponge ou un outil similaire, laisser une quantité minimale d'excès après la mise en place de la prothèse. Immédiatement après, photopolymériser brièvement l'excès, ou si une auto-polymérisation est préférée, couvrir l'excès d'un gel de glycérine pour prévenir une inhibition de l'oxygène.
5. Photopolymériser à fond pour accélérer la procédure de prise (minimum de 20 secondes par surface). En cas d'utilisation de composites et de matériaux céramiques, photopolymériser le 'seT PP' à travers la prothèse.
6. Polir les rebords marginaux.

**CONSERVATION ET MANIPULATION :**
**Eviter toute température excessive. Pour un résultat optimal, conserver le produit au frais.**
Conserver à des températures comprises entre 2° et 25°C
Pour une fraîcheur optimale, une réfrigération est une option
Utiliser à une température ambiante comprise entre 20° et 25°C

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**
À usage professionnel uniquement uniquement
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas ingérer.
Ne pas utiliser après la date de péremption
Attention : La législation limite l'utilisation de ce dispositif à une vente par ou sur l'ordonnance d'un dentiste.
La fiche de données sécurité MSDS est accessible à l'adresse www sdi com au ou contacter votre délégué dentaire régional

**MESURES DE PREMIERS SECOURS :**
Traitement en cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
Traitement en cas de contact avec la peau : Éliminer en utilisant un chiffon ou une éponge trempé(e) dans de l'alcool. Laver à fond à grande eau.
Traitement en cas d'ingestion : Boire de l'eau/du lait en abondance. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
Traitement en cas d'inhalation : Aucun symptôme attendu.

**CONDITIONNEMENT :**
- Seringues de 7 g
- Teintes disponibles : A1, A2, OA3, translucide, blanc opaque
- Coffret d'assortiment contenant une seringue avec chacune des teintes Al, A2, OA3, translucide, blanc opaque, 70 embouts de mélange.
- Embouts de mélange – paquet de 50

# seT PP

## CEMENTO RESINOSO AUTOMORDENZANTE E AUTOADESIVO ISTRUZIONI D'USO

ITALIANO

'seT PP' e un cemento resinoso automordenzante e autoadesivo duale a rilascio di fluoro in un sistema pasta/pasta. 'seT PP' è indicato nella cementazione di restauri indiretti in ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, perni e viti.

**COMPOSIZIONE:**
35% del peso: estere metacrilato.
65% del peso: riempitivo inorganico.

**INDICAZIONI PER L'USO:**
Ceramica, inlay in metallo o composito, onlay, corone, ponti, perni e viti.

**CONTROINDICAZIONI:**
In alcune persone il prodotto può causare irritazioni della pelle. In questi casi, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a uno specialista.

**ISTRUZIONI PER L'USO:**
PREPARAZIONE DEL DENTE:
1. Selezionare la tonalità adeguata di 'seT PP'.
2. Rimuovere il restauro provvisorio e pulire bene la preparazione utilizzando pomice non oleosa per eliminare eventuali tracce di cemento provvisorio (N.B. il restauro provvisorio dovrebbe essere cementato solo con cementi non contenenti eugenolo).
3. Provare il restauro in sede.
4. Sciacquare con acqua e asciugare, ma NON ESSICCARE.
   ATTENZIONE: nei casi in cui sia necessaria la protezione pulpare, utilizzare un liner all'idrossido di calcio a consistenza rigida prima di prendere l'impronta finale. Sostanze come perossido di idrogeno, desensibilizzanti, disinfettanti, astringenti, sigillanti dentinali, ecc. non dovrebbero essere utilizzate poiché eventuali residui potrebbero interferire con la stabilità di adesione e con le reazioni di presa.

PREPARAZIONE DEL RESTAURO:
Pulire bene e preparare il restauro seguendo le indicazioni del produttore.

PREPARAZIONE DELLA SIRINGA:
Rimuovere il tappo. Dispensare 2-3 mm di materiale su un blocchetto e gettare (per garantire il corretto rapporto di estrusione). Applicare un puntale per miscelazione alla siringa.

MISCELAZIONE A MANO:
Senza applicare il puntale per miscelazione, estrudere una quantità regolare di materiale sul blocchetto da impasto. Utilizzando una spatola adatta, miscelare insieme le due paste per 30 secondi.

APPLICAZIONE di 'seT PP'
1. Proteggere l'area di lavoro dalla contaminazione dei fluidi intra-orali.
2. Posizionare o estrudere 'seT PP' in maniera uniforme su tutte le superfici di adesione del restauro e del dente. N.B. Non utilizzare i lentuli per inserire il cemento nei canali radicolari, per evitare di accelerare troppo le reazioni di presa.
   Per evitare che rimanga aria intrappolata, vibrare i perni mentre vengono inseriti nel canale radicolare.
   NOTA: in caso di veneer, utilizzare un adesivo (Go!, Stae, ecc., seguendo le istruzioni del produttore incluse eventuali procedure di mordenzatura) prima di applicare seT PP per aumentare la ritenzione. A causa del tempo di lavorazione limitato della pasta, cementare solamente 1-2 veneer alla volta.

| | |
|---|---|
| Tempo di lavorazione a temperatura ambiente | 2 minuti |
| Tempo netto di presa a temperatura orale | 5 minuti |
| Tempo di fotopolimerizzazione | 20 secondi |

Nota: i tempi indicati sono solo approssimativi e possono variare a seconda dell'umidità, della temperatura, della data di produzione e delle condizioni di conservazione del prodotto.

3. Alloggiare il restauro, e lasciarlo in posa per 30 secondi prima di fotopolimerizzare.
4. Fresare via il materiale in eccesso dopo avere fotopolimerizzato per 2 secondi o dopo 2 minuti dall'inizio della miscelazione.
   N.B. Se il cemento in eccesso viene rimosso con un pellet di spugna o uno strumento simile, lasciare una minima quantità di materiale in eccesso dopo avere posizionato il restauro. Subito dopo, fotopolimerizzare brevemente il cemento in eccesso oppure, in caso di autopolimerizzazione, coprire il cemento in eccesso con gel di glicerina per prevenire l'inibizione da ossigeno.
5. Fotopolimerizzare accuratamente per accelerare i meccanismi di presa (minimo 20 secondi per ogni superficie). In caso di composito e ceramica integrale, fotopolimerizzare 'seT PP' attraverso il restauro.
6. Lucidare l'area marginale.

**CONSERVAZIONE E UTILIZZO:**
Evitare il calore eccessivo. Per prestazioni ottimali
si consiglia la refrigerazione del prodotto.
Conservare a temperature comprese fra 2 e 25 °C.
Per una freschezza ottimale, la conservazione in frigorifero è opzionale.
Utilizzare a temperatura ambiente compresa fra 20 e 25 °C.

**PRECAUZIONI:**
Solo per uso professionale.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire.
Non utilizzare dopo la data di scadenza.
Attenzione: in base alla normativa di legge in vigore, questo prodotto è vendibile solo ed esclusivamente a medici dentisti o su ordine di medici dentisti.
Le schede di sicurezza dei materiali sono disponibili sul sito www.sdi.com.au o contattando il vostro agente di zona.

**PRONTO SOCCORSO:**
Contatto con gli occhi: Sciacquare abbondantemente con acqua e consultare uno specialista.
Contatto con la pelle: rimuovere utilizzando un panno o una spugna imbevuti d'alcol. Sciacquare abbondantemente con acqua.
Ingestione: bere acqua o latte in abbondante quantità. Se i sintomi persistono, consultare uno specialista.
Inalazione: non è attesa alcuna reazione avversa.

**CONFEZIONI:**
- Siringhe da 7 g
- Tonalità disponibili: A1, A2, OA3, traslucido, bianco opaco.
- Kit assortito contenente 70 puntali da miscelazione e una siringa per ogni tonalità: A1, A2, OA3, traslucido e bianco opaco.
- Puntali da miscelazione: confezione da 50 pezzi

# seT PP

## SAMOWYTRAWIAJĄCY CEMENT KOMPOZYTOWY NIE WYMAGAJĄCY UŻYCIA SYSTEMU WIĄŻĄCEGO INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

POLSKI

'seT PP' to uwalniający fluor samowytrawiający cement adhezyjny o podwójnym mechanizmie wiązania. Stosując 'seT PP' nie musisz używać systemu wiążącego. 'seT PP' jest przeznaczony do osadzania uzupełnień wykonanych metodą pośrednią z ceramiki, metalu lub materiału kompozytowego: wkładów, nakładów, koron, mostów, wkładów koronowo-korzeniowych indywidualnych i standardowych.

**SKŁAD:**
35% masy – estry metakrylanowe
65% masy – nieorganiczny wypełniacz

**WSKAZANIA:**
Wkłady, nakłady, korony, mosty, wkłady koronowo-korzeniowe standardowe lub indywidualne i licówki wykonane z ceramiki lub metalu.

**PRZECIWWSKAZANIA:**
Produkt może spowodować u niektórych pacjentów podrażnienie skóry. Zrezygnuj wówczas z dalszego stosowania materiału i wezwij pomoc medyczną.

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:**
PRZYGOTOWANIE ZĘBA:
1. Wybierz odpowiedni odcień 'seT PP'.
2. Usuń uzupełnienie tymczasowe i dokładnie wyczyść opracowane powierzchnie zęba z cementu tymczasowego przy użyciu beztłuszczowego pumeksu (UWAGA: do osadzenia uzupełnienia tymczasowego nie używaj cementów zawierających eugenol).
3. Przymierz uzupełnienie.
4. Ponownie wypłucz wodą i wysusz. NIE PRZESUSZAJ.
   OSTRZEŻENIE: Jeśli konieczna jest dodatkowa ochrona miazgi zęba, przed pobraniem wycisku użyj twardniejącego wyścielacza na bazie wodorotlenku wapnia. Substancje takie jak: woda utleniona, środki znoszące nadwrażliwość zębiny, środki dezynfekujące, środki obkurczające naczynia, środki do impregnacji zębiny itp. mogą spowodować zaburzenie reakcji polimeryzacji i osłabienie siły wiązania cementu.

PRZYGOTOWANIE UZUPEŁNIENIA:
Dokładnie wyczyść i przygotuj uzupełnienie zgodnie z zaleceniami producenta.

PRZYGOTOWANIE STRZYKAWKI:
Zdejmij zakrętkę. Wyciśnij na tackę 2-3mm materiału (aby upewnić się, że prawidłowo wydobywa się ze strzykawki). Umocuj końcówkę mieszającą.

MIESZANIE RĘCZNE
Nie mocując uprzednio końcówki mieszającej wyciśnij odpowiednią ilość materiału na podłoże do zarabiania. Mieszaj bazę i katalizator szpatułką przez 30 sekund.

APLIKACJA CEMENTU 'seT PP':
1. Pamiętaj o ochronie pola zabiegowego przed zanieczyszczeniem śliną.
2. Równo rozprowadź 'seT PP' po odpowiednich powierzchniach uzupełnienia i zęba. UWAGA: Gdy aplikujesz cement do kanału korzeniowego, nie używaj igły Lentulo, ponieważ takie postępowanie znacząco przyspieszy wiązanie cementu. Podczas osadzania wkładu koronowo-korzeniowego wykonaj kilka wibrujących ruchów aby uwolnić pozostające w kanale pęcherzyki powietrza.
   UWAGA: Jeśli cementujesz licówki, przed aplikacją seT PP użyj systemu wiążącego (jak

# seT PP

## SELVETSENDE, SELVKLEBENDE RESIN SEMENT BRUKSANVISNING

NORSK

seT PP er en fluoravgivende selvetsende, selvklebende, dual-herdende resin sement. seT PP er utviklet for sementering av restaureringer i porselen, metall- eller kompositt, inlay/onlay, kroner, broer og stifter.

**SAMMENSETNING:**
35% vekt methakrylat ester
65 % uorganisk filler

**BRUKSINDIKASJONER:**
Porselen-, metall- eller kompositt inlay/onlay, kroner, broer og stifter.

**FAREINDENTIFIKASJONER:**
Produktet kan forårsake hudirritasjoner. I slike tilfeller, avbryt behandlingen og kontakt lege umiddelbart.

**BRUKSANVISNING:**
PREPARASJON AV TANNEN:
1. Velg riktig fargenyanse av seT PP (A1, A2, OA3, translusent eller hvit opak).
2. Fjern den midlertidige restaureringen og rengjør kaviteten grundig. Bruk en oljefri pimpsten for å fjerne all gjenværende midlertidig sement. (Merk at midlertidig restaurering kun må være festet med eugenol-fri sement.)
3. Prøv inn restaureringen.
4. Rengjør med vann, fjern overskytende vann, uten å la det tørke helt ut.
   OBS: Er det nødvendig med beskyttelse av pulpa, bruk et kalsium hydroksid-basert produkt. Bruk ikke produkter som inneholder hydrogen peroksid eller desensitizere, desinfeksjonsmidler og lignende, siden disse inneholder stoffer som kan påvirke effekten av bonding og herding.

KLARGJØRING AV RESTAURERINGEN
Preparer restaureringen i henhold til produsentens instrukser.

KLARGJØRING AV SPRØYTEN MED SET PP:
Fjern beskyttelseshetten. Trykk ut 2-3 mm av innholdet på en blandeblokk og kast dette. Fest en blandespiss på sprøyten.

PRODUKTET KAN OGSÅ BLANDES FOR HÅND UTEN BRUK AV BLANDESPISS:
Trykk ut en liten mengde av innholdet på en blandeblokk. Bruk en blandespatel til å blande de to pastaene sammen i 30 sekunder.

APPLISERING AV SET PP:
1. Isoler området som skal restaureres, for å unngå kontaminering fra pasientens spytt.
2. Plasser seT PP jevnt over alle bonding-overflater på både restaureringen og tannen. Unngå bruk av lentulo-nål til å sette inn sementen i rotkanaler, siden dette kan fremskynde herdingen. For å unngå luftlommer i materialet ved innsetting i rotkanalen: gjør dette med en lett vibrerende bevegelse.
   Ved fasett: bruk en bonding (for eksempel Go! eller Stae etc., etter produsentens instrukser, inkludert eventuell etsing) før bruk av seT PP – dette gir forbedret bindingsstyrke. Sementer kun 1-2 fasetter av gangen på grunn av sementens korte herdetid.

| Arbeidstid i romtemperatur: | 2 minutter |
|---|---|
| Herdetid i oral temperatur: | 5 minutter |
| Lysherdetid: | 20 sekunder |

Vi gjør oppmerksom på at disse tidsangivelsene er omtrentlige og at de kan variere utfra lagringsforhold, fuktighet, temperatur og produktets alder.

3. Legg inn restaureringen. Vent 30 sekunder med å lysherde.
4. Fjern overskytende materiale etter 2 sekunders lysherding eller 2 minutter etter at produktet ble blandet.
   OBS: Hvis overskytende sement fjernes med en tørreggingssvamp eller lignende, la det være igjen en minimal mengde med materiale etter at restaureringen er plassert. Rett etter kan man lysherde eller eventuelt dekke til det gjenværende materialet med glyseringele for å forhindre oksygentilførsel (som kan hindre herdingen).
5. Lysherd restaureringen grundig (minimum 20 sekunder per overflate). Ved bruk av kompositt eller porselensrestaurering, anbefales lysherding av seT PP gjennom hele behandlingen.
6. Poler overflaten lett.

**OPPBEVARING OG HÅNDTERING:**
**Unngå sterk varme. For optimal effekt anbefales oppbevaring i kjøleskap.**
Oppbevares i temperaturer mellom 2 og 25 grader C.
Kan eventuelt oppbevares i kjøleskap for optimal bevaring av produktets kvalitet.
Brukstemperatur: Romtemperatur (mellom 20 og 25 grader C).

**FORHOLDSREGLER:**
Kun for profesjonelt bruk.
Må oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke inntas.
Må ikke brukes etter utløpsdato.
HMS datablad på engelsk er tilgjengelig på www.sdi.com.au
Advarsel: Loven påbyr at dette produkt kun kan selges til tannleger.

**FØRSTEHJELP:**
Ved øyekontakt: Skyll straks grundig med vann og kontakt lege umiddelbart.
Ved hudkontakt: Dypp en klut eller svamp i alkoholholdig væske og rens huden med dette. Skyll grundig med vann etterpå.
Ved svelging: Skyll straks munnen grundig og drikk rikelig med vann. Kontakt lege umiddelbart ved ubehag.
Ved innånding: Ingen spesielle symptomer forventes.

**PAKNINGER:**
- 7 g sprøyte (tilgjengelig i fargenyansene: A1, A2, OA3, translusent, hvit opak).
- Assortert sett, med 1 sprøyte av hver fargenyanse: A1, A2, OA3, translusent og hvit opak + 70 blandespisser
- Refill blandespisser (50 stk)

# seT PP

## SELVÆTSENDE, SELVBINDENDE RESINCEMENT BRUGSANVISNING

DANSK

"seT PP" er en fluorafgivende selvætsende, selvbindende dualhærdende resincement i et pasta/pasta system. "seT PP" er beregnet til cementering af indirekte keramiske, metal eller komposit inlays, onlays, kroner, broer, stifter og skruer.

**INDHOLD:**
35% i vægt - methacrylate ester.
65% i vægt – uorganisk filler.

**INDIKATIONSOMRÅDE:**
Keramiske, metal eller komposit inlays, onlays, kroner, broer, stifter, og skruer.

**KONTRAINDIKATIONER:**
Produktet kan forårsage hudirritationer hos nogle mennesker. I sådanne tilfælde skal man afbryde anvendelsen og søge lægehjælp.

**BRUGSANVISNING:**
PRÆPERATION AF TANDEN:
1. Vælg den passende "seT PP" farve.
2. Fjern den provisoriske restaurering og rengør præperationen grundigt med en oliefri pimpsten for at fjerne eventuelle rester af den provisorske cement. (BEMÆRK: provisorikse restaureringer bør kun hæftes med eugenolfri cement).
3. Prøv om restaureringen passer.
4. Igen, rens med vand og tør, men UDTØR IKKE.
   ADVARSEL: I tilfælde, hvor det er nødvendigt at beskytte pulpa, bruger man en hårdt hærdende calciumhydroxid liner før det endelige aftryk tages. Substanser såsom hydrogenperoxid, desensibiliseringsmidler, decinficeringsmidler, blodstillende midler og dentinforseglere o.s.v. må ikke bruges, da rester af dem kan have negativ indflydelse på bindingsstyrke og afbinding.

PRÆPERATION AF RESTAURERINGEN:
Rengør grundigt og forbered restaureringen ifølge producentens instruktioner.

PRÆPERATION AF SPRØJTEN:
Tag hætten af. Tryk 2-3mm materiale ud på en blok og smid det væk (for at sikre det rette blandingsforhold). Sæt en blandespids på sprøjten.

HÅNDBLANDING:
Uden at sætte blandespids på trykker man lige store dele af materiale ud på en blandeblok. Bland de to pastaer sammen med en spartel i 30 sekunder.

APPLICERING AF "seT PP"
1. Beskyt arbejdsområdet imod kontaminering fra intraorale væsker.
2. Placér eller tryk seT PP ud jævnt over hele bondingfladen på både restaurering og tand. BEMÆRK: Brug ikke Lentulo-Spiraler til at sprøjte cementen i rodkanaler, da dette kan accelerere bindingstiden betydeligt. Det er en god teknik at vibrere stifter en smule, når man sætter dem i rodkanaler for at undgå luftlommer. BEMÆRK: Når man cementerer facader, bruger man først en adhæsiv (f.eks. Go!, Stae eller andet ifølge producentens instruktioner inklusive eventuel ætse procedure) inden seT PP for at forbedre retentionsstyrken. Cementér kun 1-2 facader ad gangen på grund af pastaens begrænsede arbejdstid.

| Arbejdstid ved stuetemperatur | 2 minutter |
|---|---|
| Netto afbindingstid ved oral temperatur | 5 minutter |
| Lyshærdningstid | 20 sekunder |

Bemærk: Disse tider er kun cirkatider and kan variere på grundlag af opbevaringsforhold, luftfugtighed, produktets alder og temperatur.

3. Sæt restaureringen på plads og lad den sidde i 30 sekunder før lyshærdning påbegyndes.
4. Fjern overskudsmateriale efter 2 sekunders lyshærdning eller 2 minutter fra start af mix.
   BEMÆRK: Hvis overskydende cement fjernes med en svamp eller lignende, så efterlad et minimalt overskud efter restaureringen er sat på plads. Lige efter kan der kort lyshærdes, og ellers er det en god teknik at dække det tynde lag af overflødigt materiale med glycerin gele (vaseline) for at undgå iltinhibitation.
5. Lyspolymeriser grundigt for at forkorte afbindingstiden (minimum 20 sekunder per overflade). I tilfælde med komposit eller helkeramiske materialer lyshærdes "seT PP" igennem restaureringen.
6. Polér det marginale område.

**OPBEVARING OG BEARBEJDNING:**
**Undgå stærk varme. For optimale egenskaber anbefales opbevaring i køleskab.**
Opbevar ved temperaturer mellem 2° og 25°C (35° - 77°F).
Det er en valgmulighed at opbevare produktet i køleskabet, hvis man vil sikre optimal friskhed og levetid.
Brug produktet ved stuetemperatur mellem 20° og 25°C (68° - 77°F).

**SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:**
Kun til professionelt brug.
Hold udenfor børns rækkevidde.
Må ikke indtages.
Brug ikke produktet efter anført udløbsdato.
Advarsel: Loven påbyder, at dette produkt kun må sælges til en tandlæge.
Sikkerhedsdatablad kan findes på www.sdi.com.au under "MEDIA og så MSDS" eller skaffes fra forhandleren.

**FØRSTEHJÆLP:**
Ved øjenkontakt: Vask grundigt med vand og kontakt læge.
Ved hudkontakt: Fjern med en klud eller en svamp gennemvædet med alkohol. Vask grundigt med vand.
Ved indtagelse: Drik rigelige mængder af vand eller mælk. Søg lægehjælp hvis symptomer fortsætter.
Ved inhalering: Der forventes ingen symptomer ved inhalering.

**FORPAKNING:**
- 7g Sprøjter
- Tilgængelige nuancer: A1, A2, OA3, Translusent, Hvid Opak.
- Assorteret Kit, Indeholder en sprøjte af hver af nuancerne A1, A2,OA3, Translusent, Hvid Opak samt 70 blandespidser.
- Blandespidser – Pakke med 50 stk.

# seT PP

## ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το seT PP είναι μια αυτοαδροποιητική, αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού, η οποία απελευθερώνει φθόριο και διατίθεται σε σύστημα πάστα /πάστα. Το seT PP σχεδιάστηκε για τη συγκόλληση έμμεσων κεραμικών, μεταλλικών ή ρητινωδών ένθετων και επένθετων καθώς και στεφανών, γεφυρών και αξόνων.

**ΣΥΝΘΕΣΗ :**
35% κατά βάρος, μεθυλακρυλικός εστέρας.
65% κατά βάρος, ανόργανη ενίσχυση .

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**
Κεραμικά, μεταλλικά ή ρητινώδη ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες , άξονες και σύμεις.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:**
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος σε ορισμένους ανθρώπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ:
1. Επιλέξτε την κατάλληλη απόχρωση του seT PP.
2. Αφαιρέστε την προσωρινή αποκατάσταση και καθαρίστε το κολόβωμα ή την κοιλότητα επιμελώς, χρησιμοποιώντας ελαφρόπετρα ελεύθερη λαδιού για να απομακρύνετε κάθε υπόλειμμα προσωρινής κονίας ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η προσωρινή αποκατάσταση πρέπει να συγκολλάται μόνο με κονία ελεύθερη ευγενόλης ).
3. Δοκιμάστε την αποκατάσταση.
4. Πλύν,καθαρίστε με νερό και στεγνώστε, όμως ΜΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΕΤΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προστασία του πολφού, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο στρώμα υδροξειδίου του ασβεστίου που σκληραίνει όταν πήξει, πριν να κάνετε την τελική αποτύπωση. Ουσίες όπως, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, απευαισθητοποιητικά, απολυμαντικά, αγγειοσυσταστικά και αποφρακτικά οδοντίνης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς υπολείμματά τους μπορεί να επηρεάσουν την αντοχή δεσμού και την αντίδραση πήξης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Καθαρίστε επιμελώς και προετοιμάστε την αποκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ:
Αφαιρέστε το καπάκι. Βγάλτε 2-3mm υλικού σε ένα μπλοκ και πετάξτε το ( για να εξασφαλίσετε τη σωστή αναλογία εξώθησης.) Τοποθετήστε ένα ρύγχος ανάμειξης στη σύριγγα.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ:
Χωρίς να τοποθετήσετε το ρύγχος ανάμειξης, εξωθήστε ίσα ποσά υλικού πάνω σε ένα μπλοκ ανάμειξης. Με μια κατάλληλη σπάτουλα, αναμείξτε τις δύο πάστες για 30 δευτερόλεπτα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ seT PP:
1. Προστατέψτε την περιοχή εργασίας από την επιμόλυνση από ενδοστοματικά υγρά.
2. Τοποθετήστε ή εξώθήστε το seT PP ομοιόμορφα σε όλες τις, προς συγκόλληση, επιφάνειες της αποκατάστασης και του δοντιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μη χρησιμοποιείτε σπείρες Lentulo για να εισχωρήσετε την κονία στους ριζικούς σωλήνες καθώς αυτό μπορεί να επιταχύνει υπερβολικά την πήξη της. Επίσης, για να αποφύγετε την παγίδευση αέρα, δονείτε τους άξονες κατά την εισχώρησή τους στο ριζικό σωλήνα.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση των όψεων, χρησιμοποιήστε ένα συγκολλητικό παράγοντα ( Go!, Stae κτλ, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας αδροποίησης) πριν το seT PP, για να βελτιώσετε την αντοχή συγκράτησης. Συγκολλήστε μόνο 1-2 όψεις τη φορά, λόγω του περιορισμένου χρόνου εργασίας της πάστας.

| Χρόνος εργασίας σε θερμοκρασία δωματίου | 2 λεπτά |
|---|---|
| Καθαρός χρόνος πήξης σε θερμοκρασία στόματος | 5 λεπτά |
| Χρόνος φωτοπολυμερισμού | 20 δευτερόλεπτα |

Σημείωση: Οι χρόνοι αυτοί είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης, την υγρασία, την ηλικία του προϊόντος και τη θερμοκρασία.

3. Τοποθετήστε την αποκατάσταση και αφήστε για 30 δευτερόλεπτα πριν κάνετε φωτοπολυμερισμό.
4. Καθαρίστε τις περίσσειες του υλικού μετά από φωτοπολυμερισμό 2 δευτερολέπτων ή μετά από 2 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Εάν η περίσσεια της κονίας αφαιρείται με ένα τολύπιο ή κάτι παρόμοιο, αφήστε ένα ελάχιστο ποσό περίσσειας αφού τοποθετήσετε την αποκατάσταση στη θέση της. Αμέσως μετά, είτε φωτοπολυμερίστε σύντομα την περίσσεια ή εάν την αφήσετε να αυτοπολυμεριστεί, καλύψτε την περίσσεια με ζελέ γλυκερίνης για να εμποδίσετε την αναστολή της πήξης από το οξυγόνο.
5. Φωτοπολυμερίστε επιμελώς για να επιταχύνετε την διαδικασία πήξης (το ελάχιστο 20 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια).Στην περίπτωση ρητινωδών ή ολοκεραμικών υλικών, φωτοπολυμερίστε το seT PP μέσω της αποκατάστασης.
6. Στιλβώστε την περιοχή των ορίων.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:**
Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 2° και 25°C (35°-77°F).
Το ψυγείο είναι προαιρετικό, για καλύτερη φρεσκάδα του προϊόντος.
Χρησιμοποιήστε το σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 20° και 25° C (68° -77° F)

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**
Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Κρατείστε το μακριά από τα παιδιά.
Να μη λαμβάνεται εσωτερικά.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
Προσοχή:ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση του υλικού σε ή με εντολή οδοντιάτρου.
MSDS διαθέσιμα στο www.sdi.com.au ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**
Επαφή με τα μάτια:Ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Επαφή με το δέρμα:Απομακρύνετέ το χρησιμοποιώντας ένα ύφασμα ή σπόγγο διαποτισμένο με οινόπνευμα. Ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό. Κατάποση:Πιείτε πολύ νερό/ γάλα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Εισπνοή:Δεν αναμένονται συμπτώματα.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:**
- Σύριγγες 7g
- Διαθέσιμες αποχρώσεις : A1, A2, OA3, Ημιδιαφανής, Λευκή Αδιαφανής.
- Ασσορτί συσκευασία που περιλαμβάνει μια σύριγγα σε καθεμιά από τις αποχρώσεις A1, A2,OA3, Ημιδιαφανή , Λευκή Αδιαφανή και 70 ρύγχη ανάμειξης
- Ρύγχη ανάμειξης – συσκευασία των 50 τεμαχίων

# seT PP

## SAVAIMIO ĖSDINIMO, SAVAIMINIO SURIŠIMO DERVINIS CEMENTAS VARTOJIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŠKAI

'seT PP' yra fluorą išskiriantis savaiminio ėsdinimo, savaiminio surišimo, dvigubo kietėjimo dervinis cementas dviejų pastų sistemoje. 'seT PP' skirtas netiesioginių keramikinių, metalinių arba kompozicinių įklotų, užklotų, vainikėlių, tiltų, šakninių kaištinių ir sraigtinių įklotų.

**SUDĖTIS:**
35% svorio sudaro metrakrilato esteris.
65% svorio sudaro neorganinis užpildas.

**NAUDOJIMO INDIKACIJOS:**
Keramikiniai, metaliniai arba kompoziciniai įklotai, užklotai, vainikėliai, tiltai, šakniniai kaištiniai ir sraigtiniai įklotai bei keramikiniai laminatai.

**KONTRAINDIKACIJOS:**
Kai kuriems žmonėms medžiaga gali dirginti odą. Tokiu atveju iš karto nutraukite medžiagos vartojimą ir kreipkitės pagalbos į gydytoją.

**NAUDOJIMO INTRUKCIJA:**
DANTIES PARUOŠIMAS:
1. Parinkite tinkamą 'seT PP' cemento spalvą.
2. Nuimkite laikinę restauraciją ir kruopščiai nuvalykite paruoštus danties paviršius, laikino cemento likučių pašalinimui naudokite riebalų neturinčią pemzą (PASTABA: laikinę restauraciją galima cementuoti tik eugenolio neturinčiu cementu).
3. Pamatuokite restauraciją.
4. Vėl nuplaukite dantį vandeniu ir nudžiovinkite, bet NEPERDŽIOVINKITE.
   ĮSPĖJIMAS: Jeigu reikia apsaugoti danties pulpą, prieš nuimdami galutinį atspaudą naudokite kietėjantį kalcio hidroksido pamušalą. Nepatariama naudoti vandenilio peroksido, jautrumą mažinančių ir dezinfekuojančių, kraujavimą stabdančių medžiagų bei dentino silantų ir panašių medžiagų, nes jų likučiai gali sumažinti cemento surišimo su danties audiniais stiprumą bei sutrikdyti kietėjimo reakcijas.

RESTAURACIJOS PARUOŠIMAS:
Kruopščiai nuvalykite ir paruoškite restauraciją laikydamiesi gamintojo rekomendacijų.

ŠVIRKŠTO PARUOŠIMAS:
Nuimkite dangtelį. Ant maišymo lentelės išspauskite 2-3mm cemento ir išmeskite (kad užtikrintumėte tikslų maišomų medžiagų santykį). Ant švirkšto uždėkite maišymo antgalį.

MAIŠYMAS RANKA:
Ant švirkšto nedėkite maišymo antgalio, ant maišymo lentelės išspauskite vienodą abiejų medžiagų kiekį. Tinkama mentele maišykite abi pastas apie 30 sekundžių.

'seT PP' APLIKAVIMAS
1. Izoliuokite darbo vietą nuo drėgmės ir seilių.
2. Vienodai padenkite 'seT PP' cementu visus kontaktuojančius danties ir restauracijos paviršius. PASTABA: Nenaudokite Lentulo spirailių cemento įvedimui į šaknies kanalą, nes tai gali labai pagreitinti jo kietėjimą. Be to, cementuodami šakninius įklotus juos vibruokite, taip šanale nebent tarpų.
   PASTABA: Jeigu cementuojate keramikinius laminatus, prieš cementavimą 'seT PP' medžiaga naudokite surišimo sistemą (Go!, Stae, kt., laikydamiesi gamintojo rekomendacijų; jeigu reikia, dantį ėsdinkite), kad pagerintumėte cemento surišimą su dantimi paviršiais. Tuo pačiu metu cementuokite tik 1-2 laminatus, nes medžiagos darbo laikas yra ribotas.

| Darbo laikas kambario temperatūroje | 2 minutės |
|---|---|
| Galutinio kietėjimo laikas burnos temperatūroje | 5 minutės |
| Kietinimo šviesa laikas | 20 sekundžių |

Pastaba: Šie laikai nurodyti apytiksliai, jie gali keistis priklausomai nuo sandėliavimo sąlygų, drėgmės, produkto amžiaus ir temperatūros.

3. Uždėkite restauraciją, palikite 30 sekundžių prieš pradėdami kietinti šviesa.
4. Cemento perteklių pašalinkite po trumpos ekspozicijos šviesa (2 sekundes) arba praėjus 2 minutėms nuo maišymo pradžios. PASTABA: Jeigu cemento perteklių pašalinote su kempinės rutuliuku arba panašia priemone, uždėję restauraciją į vietą palikite nedidelį cemento perteklių. Nedelsiant iš karto po trumpos ekspozicijos šviesa arba jeigu leidžiate cementui kietėti cheminio kietėjimo būdu, cemento perteklių uždenkite glicerino geliu, kad sumažėtų deguonies inhibicija.
5. Kad cementas greičiau sukietėtų, kietinkite šviesa (kiekvieną paviršių bent 20 sekundžių). Jeigu cementuojate keramikines ir kompozicines restauracijas, 'seT PP' kietinkite šviesa per restauraciją.
6. Nupoliruokite restauracijos kraštus.

**SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS:**
**Saugokite nuo aukštos temperatūros. Laikant šaldytuve užtikrinamos geriausios medžiagos savybės.**
Saugokite vietoje, kurios temperatūra yra tarp 2° ir 25°C (35° - 77°F).
Kad medžiaga nesentų, ją galima laikyti šaldytuve.
Naudokite kambario temperatūroje tarp 20° ir 25°C (68° - 77°F).

**ATSARGUMO PRIEMONĖS:**
Skirta darbui tik specialistams.
Saugokite nuo vaikų.
Neskirta vidiniam vartojimui.
Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
Įspėjimas: Valstybės įstatymai leidžia parduoti šią medžiagą tik gydytojui odontologui.
MSDS (saugos duomenų) dokumentą galima rasti interneto tinklapyje ww.sdi.com.au arba susisiekus su atstovais jūsų šalyje.
Paskutinės dokumento peržiūros data: 2009 metų liepa

**PIRMA PAGALBA:**
Akys (kontaktas): Gausiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
Oda (kontaktas): Nuvalykite audiniu arba kempine, suvilgyta alkoholiu. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
Nurijus: Gerkite daug vandens / pieno. Jeigu atsiranda klinikiniai simptomai, kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus: Neturėtų būti jokių simptomų.

**ĮPAKAVIMAS:**
- 7g Švirkštai
- Galimos spalvos: A1, A2, OA3, permatoma, balta matinė.
- Rinkinys, į kurio sudėtį įeina po vieną kiekvienos spalvos švirkštą: A1, A2, OA3, permatoma, balta matinė, 70 mišymo antgalių.
- Maišymo antgaliai - 50 vienetų įpakavimas

# seT PP

## KENDİNDEN ASİTLİ, KENDİNDEN ADHESİVLİ REZİN SİMAN KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE

Set PP pasta formunda ,floroid esaslı , kendinden yapışma özelliğine sahip , dual-cure rezin simanıdır. Set PP ,seramik ve metal yapıştırma veya kompozit inlay/onlay, Kron, köprü, post, ve vida için tasarlanmıştır.

**BİLEŞİM:**
Ağırlık methacrylate Ester% 35
Ağırlık inorganic dolduru cular % 65

**KULLANIM İÇİN ENDİKASYONLAR:**
Seramik restorasyonlar,alümünyum, silikat cam (IPS,E-max/empress) metal veya kompozit dişlerin, inlay,onley, kron, köprü, post ve kor simantasyonu,metal vidalar.

**YAN ETKİLERİ:**
Ürün bazıları için deride tahrişlere neden olabilir. Bu gibi durumlarda, kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım isteyin.

**KULLANIM KILAVUZU:**
DİŞ HAZIRLANMASI:
1. Uygun renk tonunu seçiniz.
2. Geçici restorasyonu kaldırın,ve yağsız sünger taşı ile kalan siman artıklarını temizleyin (Not: Geçici restorasyon sadece ojenolsüz siman ile yapıştırılmalıdır.)
3. Kokeile restaurorinin sopivuutta.
4. Puhdista taas vedellä ja kuivaa, mutta ÄLÄ KUIVAA LIIKAA. VAROITUS: tapauksissa jossa pulpa pitää suojata, käytä kovaa kalsiumhydroksidikerrosta ennen lopullisten jäljennösten ottoa. Sellaiset aineet kuten vetyperoksidi, vihlontaa ehkäisevät tuotteet, desinfektioaineet ja dentiinipinnoite jne. eivät ole sopivia aineita tähän, sillä niiden jäämät voivat vaikuttaa kiinnityksen lujuuteen ja asetteluun.

RESTORASYON HAZIRLIĞI:
Üretici talimatlarına göre temizlik yapılmalı ve restorasyona hazırlanmalıdır.

SİRINGANIN HAZIRLANMASI:
Kapağı çıkarın. Materyalin bir pad üzerine 2-3mm dağıtın (oranının doğru olmasını sağlayın)Karıştırma ucuna şırıngayı takın.

EL İLE KARIŞTIRMA:
Karıştırma ucu olmadan malzemeyi pad e dağıtın ve karıştırma spatula ile 30 saniye boyunca iki maddeyi karıştırın.

SET PP UYGULANMASI
1. Kirlenme ve sivılara karşı çalışma alanını koruyun.
2. Set PP yi dişin tüm yüzeyine sürünüz, Kanalın içine simanı yerleştirken lentülo kullanmayınız, post kanala yerleştirilirken oluşabilecek olan hava boşluklarına dikkat ediniz
   NOT: Kaplamayı yaparken SeT PP nin tutuculuğunu daha fazla arttırmak için asit,bond neya selfetching kullanın (Üreticinin asitleme prosedürüne göre Go! , Stae kullanın) Çalışma süresinin limitli olması sebebiyle simanı yanlız 1-2 kat sürün.

| Oda sıcaklığında çalışma süresi | 2 dakika |
|---|---|
| Ağız sıcaklığında net ayar zamanı | 5 dakika |
| Işınlama süresi | 20 saniye |

Not: Bu süreler epoxima koşullarına, nem, sıcaklık ve ürün yaşına göre değişebilir.

3. Resorasyonu yerleştirin ve ışıklama yapmadan once 30 saniye boyunca bırakın.
4. Işınlama yaptıktan sonra 2 saniye içinde fazla materyalleri temizleyin veya karıştırmaya başladıktan 2 dakika sonra temizleyiniz.
   NOT:Eğer restorasyondan sonra kalmış fazlalık görürseniz, sünger pet veya benzeri birşeyle kaldırın, Hemen sonra ya ışıkla yada oksijen inhibasyonu için gliserinli jel ile kaldırın.
5. Tedaviyi hızlandırmak için yüzeye en az 20 saniye ışık tutunuz. Kompozit ve tüm seramik metaryallerinde restorasyonu SeTPP ile yapabilirsiniz.
6. Çalışma alanını cilalayın.

**SAKLAMA VE DEPOLAMA:**
**Aşırı sıcaklıktan koruyunuz. Ürünü en etkin şekilde kullanmak için dolapta muhafaza etmeniz önerilir.**
2 ° ve 25 ° C arasındaki sıcaklıklarda (35 ° - 77 ° E)
Optimum tazelik için, soğutma isteğe bağlıdır.
Kullanımda oda sıcaklığı 20° ve 25°C (68° - 77°F).

**ÖNLEMLER:**
Sadece profesyonel kullanım içindir.
Çocuklardan uzak tutunuz.
Dahili kullanılmaz.
Son kullanım tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız.
Uyarı:Federal Hukuk, bu ürünü sadece Diş Hekimlerine satışı ile sınırlar.
MSDS www.sdi.com.au veya bölgesel temsilcinize başvurun.

**İLK YARDIM:**
Göz (temas): su ile iyice yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
Deri (temas): bir bez veya sünger ile alkolde kullanarak temizleyin. Su ile iyice yıkayın.
Yeme: Bol olarak su / süt içiniz. Eğer belirtiler devam ederse tıbbi yardım isteyin
Tenefüs etme: Hergangi bir belirtisi yok.

**PAKETLEME:**
- 7 gr lık şırınga
- Mevcut renkler:A1,A2,OA3, Tranparan, Beyaz opak.
- Asorti Kit içeriği, şırınga renkler: A1,A2,OA3, Tranparan,Beyaz opak,
  70 adet karıştırma ucu.
- Karıştırma ucu 50 lik paket

# seT PP

## ITSE-ETSAUTUVA, ITSEKIINNITTYVÄ RESIINISEMENTTI KÄYTTÖ-OHJE

FINNISH

'seT PP' on fluoria vapauttava itse-etsaava, itse kiinnityvä, kaksoiskovetteinen resiinisementti tahnamaisessa muodossa. seT PP on kehitetty välillisten keraamisten, metallisten tai komposiittipaikkojen , kruunujen, siltojen, pilareiden ja ruuvien.

**KOOSTUMUS:**
35 paino-% metakrylaattiesteria
65 paino-% epäorganaista taytettä

**KÄYTTÖINDIKAATIOT:**
Keraamiset, metalliset tai yhdistelmä valutäytteet, nastat, kruunut, sillat, pilarit, ruuvit ja laminaatit.

**KONTRAINDIKAATIOT:**
Tuote voi aiheuttaa iho ärsytystä joillakin potilailla. Tälläisissä tapauksissa lopettakaa käyttö ja hakekaa lääkärin apua.

**KÄYTTÖINDIKAATIOT:**
HAMPAAN PREPAROINTI:
1. Valitse oikea 'seT PP':n sävy.
2. Geçici restorasyonu kaldırın,ve yağsız sünger taşı ile kalan siman artıklarını temizleyin (Not: Geçici restorasyon sadece ojenolsüz siman ile yapıştırılmalıdır.)
3. Kokeile restauroinin sopivuutta.
4. Puhdista taas vedellä ja kuivaa, mutta ÄLÄ KUIVAA LIIKAA. VAROITUS: tapauksissa jossa pulpa pitää suojata, käytä kovaa kalsiumhydroksidikerrosta ennen lopullisten jäljennösten ottoa. Sellaiset aineet kuten vetyperoksidi, vihlontaa ehkäisevät tuotteet, desinfektioaineet ja dentiinipinnoite jne. eivät ole sopivia aineita tähän, sillä niiden jäämät voivat vaikuttaa kiinnityksen lujuuteen ja asetteluun.

RESTAURAATION PREPAROINTI:
Puhdista huolellisesti ja valmistele restauraatio valmistajan ohjeiden mukaan.

RUJSKUN PREPAROINTI:
Poista korkki. Purista 2-3mm ainetta sekoituslehtiön päälle (varmistaaksesi että aine puristuu ulos hyvin) ja heitä pois. Kiinnitä sekoituskärki ruiskuun.

KÄSINSEKOITUS:
Ilman sekoituskärjen kiinnitystä, purista tasainen määrä materialia sekoituslehtiön päälle. Sekoita sopivalla spaatlelilla kahta pastaa 30 sekunnin ajan.

'SET PP':N LEVITTÄMINEN
1. Suojaa työskentelyalue jotta suun nesteet eivät pääse kosketukseen työskentelyalueen kanssa.
2. Sijoita tai purista 'seT PP' tasaisesti kaikille kinnitettäville restauraation pinnoille ja hampaalle. HUOM: älä käytä Lentulo-neuloja täyttäessäsi juurikanavaa sementtilä, sillä niiden käyttö voi huomattavasti nopeuttaa kovettumista. Vältäaksesi ilman joutumista juurikanavaan, liikuta pilareita samalla kun asetat ne juurikanavaan.
   HUOM: Jos asetat laminaatit, käytä sidosainetta (GO!, Stae, jne valmistajan käyttöohjeen mukaan sisältäen minkä tahansa etsausvaiheen) ennen seT PP:n käyttöä kiinnittymisen parantamiseksi. Kiinnitä vain 1-2 laminaattia kerralla, sillä pastan vaikutusaika on rajallinen.

| Työskentelyaika huonelämpötilassa | 2 minuuttia |
|---|---|
| Asetusaika suun lämpötilassa | 5 minuuttia |
| Valokovetusaika | 20 sekuntia |

HUOM: Nämä ajat ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella riippuen aineen säilytysolosuhteista, kosteudesta, aineen tuoreudesta ja lämpötilasta riippuen.

3. Aseta restauraatio paikoilleen ja jätä 30 sekunniksi ennen valokovetuksen aloitusta.
4. Ota ylimäärät pois kahden sekunnin valokovetuksen jälkeen tai 2 minuuttia sekoituksen aloittamisen jälkeen.
   HUOM: jos ylijäämät poistetaan vanupallolla tai vastaavalla, jätä niin vähän ylijäämää kuin mahdollista restauraation asetuksen jälkeen. Välittömästi tämän jälkeen joko valokoveta ylijäämä kevyeesti tai anna kovettua itsestään, peitä ylijäämä glyseriinigeelillä hapettumisen estämiseksi.
5. Valokoveta huolellisesti nopeuttaaksesi kovettumisprosessia (vähintään 20 sekuntia per pinta). Komposiitti- ja kokokeraamisissa materialeissa valokoveta 'seT PP' restauraation läpi.
6. Kiillota marginaalialue.

**SÄILYTYS JA KÄSIT