LUNA FLOW
LUNA FLOW LV

ENG UNIVERSAL FLOWABLE COMPOSITE
BUL УНИВЕРСАЛЕН ТЕЧЕН КОМПОЗИТ
CES UNIVERZÁLNÍ TEKUCÍ KOMPOZIT
DAN UNIVERSAL FLOW KOMPOSIT
DEU UNIVERSAL FLIESSFÄHIGES KOMPOSIT
ELL ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΡΗΤΙΝΗ
FIN UNIVERSAALI JUOKSEVA YHDISTELMÄMUOVI
FRA COMPOSITE FLUIDE UNIVERSEL
HUN UNIVERZÁLIS FOLYÉKONY KOMPOZIT
ITA COMPOSITO FLUIDO UNIVERSALE
LIT UNIVERSALUS TEKANTIS KOMPOZITAS
NOR UNIVERSAL FLYTENDE KOMPOSITT
POL UNIWERSALNY KOMPOZYT TYPU "FLOW"
POR RESINA COMPOSTA UNIVERSAL FLUIDA
RON MATERIAL COMPOZIT FLUID UNIVERSAL
SLK UNIVERZÁLNY TEKUTÝ KOMPOZIT
SPA COMPOSITE FLUIDO UNIVERSAL
SWE UNIVERSAL LÄGVISKÖS KOMPOSIT

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

EC REP
SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne, Germany
T: +49 2203 9255 0

Last Revised: 06-2024

PAK41384 C

ENG INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE
Luna Flow / Luna Flow LV is designed to restore teeth.
Luna Flow / Luna Flow LV flowable composite, is a versatile radiopaque, flowable, light cured material. The composite is directly extruded into the cavity preparation for maximising adaptation to the preparation.

COMPOSITION OF LUNA FLOW:
Dimethacrylates (43% wt) (68% vol)
- Urethane dimethacrylate
- Triethylene Glycol Dimethacrylate
- Ethoxylated Bisphenol A Dimethacrylate

Fillers (56%wt) (32% vol)
(0,02 – 1 micron)
- Barium Glass
- Silicon Dioxide (hydrophobic fumed silica)
- Ytterbium Trifluoride

Initiators (< 1%)
Stabilisers (< 1%)
Pigments (< 1%)

COMPOSITION OF LUNA FLOW LV:
Dimethacrylates (47% wt) (72% vol)
- Urethane dimethacrylate
- Triethylene Glycol Dimethacrylate
- Ethoxylated Bisphenol A Dimethacrylate

Fillers (52%wt) (28% vol)
(0,02 – 1 micron)
- Barium Glass
- Silicon Dioxide (hydrophobic fumed silica)
- Ytterbium Trifluoride

Initiators (< 1%)
Stabilisers (< 1%)
Pigments (< 1%)

Luna Flow / Luna Flow LV composite is radiopaque with about 250% and 265% aluminium respectively (100% aluminium has a radiopacity equivalent to that of Dentin and 200% aluminium is equivalent to enamel).

INDICATIONS FOR USE:
- Conservative Class I (including occlusal surfaces), II, III, IV restorations
- Class I restorations (cervical abrasion, root erosion, abfraction)
- Repair of defects in enamel and porcelain restorations
- Sealants (pit & fissure, implant)
- Radiopaque cavity liner under direct restorations
- Blocking out of undercuts
- Minor core build ups
- Repairing or sealing of temporary crowns
- Cementation of porcelain, ceramic, composite veneers
- Splinting (mobile teeth, fibre bridges)
- Cover stains.

CONTRA-INDICATIONS:
- **Do not** use if a dry field cannot be established
- **Do not** use for pulp capping.
- **Do not** use in conjunction with any eugenol-containing materials.
- **Do not** use in anyone who has an allergy to acrylics or who has an allergic reaction to the material of this product.

NOTE: This product may cause skin irritation to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention.

SIDE EFFECTS:
- Areas around the pulp should be protected with a suitable pulp/dentin protector to prevent any potential irritation (selectively apply a calcium hydroxide based preparation in areas near the pulp).
- The components of Luna Flow / Luna Flow LV could, on rare occasions, cause sensitisation. In these cases, Luna Flow / Luna Flow LV should not be used.

INTERACTIONS:
- Eugenol containing substances may inhibit the polymerisation process of composite materials. Therefore, using such materials in conjunction with Luna Flow / Luna Flow LV must be avoided.
- The use of chlorhexidine, cationic mouthwashes, and plaque-disclosing substances may result in discoloration.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Preparation recommendations:
1. Clean and isolate tooth employing standard techniques and instruments. Rubber dam is the preferred mode of isolation.
2. A conservative cavity should be prepared, employing standard techniques and instruments, to form a slightly rounded internal form. Margins of the cavity preparation should end in sound and supported enamel with no bevels in stress bearing locations. If bevelling is desired in a low stress location it should extend no further than 1mm at an angle of no greater than 45°. Pre-wedging is also recommended to ensure that the restored tooth will have an adequate contact point.
3. Prophy all surfaces to be etched including surfaces adjacent to the cavity with an oil free non-fluoride containing paste or a slurry of pumice and water.
4. Rinse thoroughly with water.

Shade Selection
5. Ensure the tooth surface is clean and dry before colour matching. Do not desiccate.
6. Use a VITA® shade guide to select your shade before placement of rubber dam.

NOTE: Do not use uncured paste for colour matching as there is a slight colour change upon curing.

Recommendation:
When the adjacent teeth are significantly different in shade, try to match the lighter shade. For visual confirmation of shade selected, place small amounts of composite on a surrounding tooth surface and light cure before bonding.

Isolation
Isolation techniques must be used to prevent contamination. Rubber dam is the preferred mode of isolation. Do not use if a dry field cannot be established.

Direct Restoration
7. Thoroughly dry the surface to be etched with dry, oil-free air. Etch tooth surface using the 'selective etch' or 'total etch' technique with 37% phosphoric acid according to the manufacturer's instructions, or proceed to the following steps if using 'self etch' technique.
8. Wash for equally long with water.
9. Remove excess water. Keep moist. Avoid contamination e.g. saliva.
10. Apply bonding agent, such as Zipbond (SDI Limited), according to the manufacturer's instructions to saturate all internal surfaces.
11. Directly extrude the flowable composite in increments of 2mm or less.
NOTE: ensure that the dispensing tip is firmly attached to the syringe by twisting the tip hub securely onto the syringe.
NOTE: For best results, apply restorative at normal room temperature (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
⚠ **CAUTION:** Air bubbles may be present when extruding the material. In these instances, use a probe to burst the bubbles before light curing.
12. Light cure the composite using a suitable high power LED curing light (440-480nm wavelength with a minimum light intensity of 1,000 mW/ cm²) such as Radii-Cal CX (SDI Limited) for a minimum of 20 seconds in increments of 2mm.
13. Finish the restoration using standard techniques. Instruct patient not to eat or drink anything for at least one hour after the procedure.
NOTE: Cooling with water spray and effective suction whenever possible when finishing the restoration is recommended.

Additional notes:
Luna Flow / Luna Flow LV syringe tips are for single use only. Reuse will result in cross contamination.

CEMENTATION OF PORCELAIN, CERAMIC AND COMPOSITE VENEERS
Prior to cementation with Luna Flow / Luna Flow LV, the restoration must be pre-treated according to the manufacturer's instructions for use. Luna Flow / Luna Flow LV is only suitable for the cementation of restorations that have translucency and are of appropriate thickness to allow polymerisation light to pass through, to ensure that the light reaches Luna Flow / Luna Flow LV, so that it can cure completely.

STORAGE AND HANDLING
- Avoid excess heat.
- Store at temperatures between 2° and 25°C (35° - 77°F).
- For optimum freshness, refrigeration is optional. Product temperature should be between 20° and 25°C (68° and 77°F) when used.

PRECAUTIONS
- Avoid prolonged contact of etchant, adhesive and composite with the skin or oral tissue, as it may cause irritation of the oral tissues or skin sensitisation.
- Patients with known material sensitivity or allergic reactions to this product should not use it.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light.

⚠ **CAUTION:** Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

FIRST AID
Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek medical attention.
Skin (contact): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
Ingestion: Rinse mouth with water and discard. Drink plenty of water/ milk. Do NOT induce vomiting. Seek medical attention if symptoms persist.
Inhalation: No symptoms expected under normal conditions of use. If affected, move to well ventilated area.

If a serious incident has occurred due to this product, please report this incident to the manufacturer of this product and to the competent authority in your state or country. Dispose in accordance with local regulations.

SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

BUL ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Luna Flow / Luna Flow LV е предназначен за възстановяване на зъби. Luna Flow / Luna Flow LV течен композит е универсален рентгеноконтрастен, течлив, фотополимеризиращ материал. Композитът се екструдира директно в кавитет за максимално адаптиране.

СЪСТАВ НА LUNA FLOW:
Dimethacrylates
(43% тегл.) (68% об.)
- Urethane dimethacrylate
- Triethylene glycol dimethacrylate
- Tricyclodecanedimethanol dimethacrylate

Пълнители (56% тегл.) (32% об.)
(0,02 – 1 микрона)
- Стронциево стъкло
- Silicon dioxide (hydrophobic fumed silica)
- Ytterbium trifluoride

Инициатори (< 1%)
Стабилизатори (< 1%)
Пигменти (< 1%)

СЪСТАВ НА LUNA FLOW:
Dimethacrylates
(47% тегл.) (72% об.)
- Urethane dimethacrylate
- Triethylene glycol dimethacrylate
- Ethoxylated Bisphenol A Dimethacrylate

Пълнители (52% тегл.) (28% об.) (0,02 – 1 микрона)
- Стронциево стъкло
- Silicon dioxide (hydrophobic fumed silica)
- Ytterbium Trifluoride

Инициатори (< 1%)
Стабилизатори (< 1%)
Пигменти (< 1%)

Композитът Luna Flow / Luna Flow LV се отличава с висока рентгеноконтрастност спрямо дентина и емайла - около 2,5 пъти по-висока спрямо дентина и 0,25 пъти спрямо емайла.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
- Консервативни възстановявания клас I (включително оклузални повърхности), II, III, IV
- Възстановявания от клас V (цервикална абразия, коренова ерозия, абфракция)
- Възстановяване на дефекти в емайл и порцеланови възстановявания
- Силанизиране (ямки и фисури, импланти)
- Рентгеноконтрастна подложка на кавитети под директни възстановявания
- Блокиране на подмолите
- Минимално изграждане
- Поправка или уплътняване на временни корони
- Цементиране на порцеланови, керамични и композитни фасети
- Шиниране (подвижни зъби, фибромостове)
- Покриване на петна

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Не използвайте, ако не може да се установи сухо поле.
- Не използвайте за затваряне на пулпа.
- Не използвайте заедно с материали, съдържащи евгенол.
- Не използвайте при хора, които имат алергия към акрил или които имат алергична реакция към материала на този продукт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт може да причини дразнене на кожата при някои хора. В такива случаи прекратете употребата и потърсете медицинска помощ.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
- Областите около пулпата трябва да бъдат защитени с подходящ протектор за пулпа/дентин, като калциево хидроксидна подложка, за да се предотврати всяко потенциално дразнене.
- Компонентите на Luna Flow / Luna Flow LV могат в редки случаи да причинят сенсибилизация. В тези случаи Luna Flow / Luna Flow LV не трябва да се използва.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
- Съдържащите евгенол вещества могат да възпрепятстват процеса на полимеризация на композитните материали. Следователно използването на такива материали заедно с Luna Flow / Luna Flow LV трябва да се избягва.
- Използването на хлорхексидин, катионни води за уста и вещества, разкриващи плака, може да доведе до обезцветяване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
ПРЕПОРЪКИ:
1. Почистете и изолирайте зъба, като използвате стандартни техники и инструменти. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация.
2. Трябва да се подготви консервативен кавитет, като се използват стандартни техники и инструменти, за да се оформи леко заоблена вътрешна форма. Краищата на кавитета трябва да завършват със здрав и поддържан емайл без скосявания в местата, носещи напрежение. Ако е желателно скосяване в място с ниско напрежение, то не трябва да се простира повече от 1 mm, под ъгъл не по-голям от 45°. Препоръчва се и предварително заклиняване, за да се гарантира, че възстановеният зъб ще има подходяща контактна точка.
3. Профилактирайте всички повърхности, които ще бъдат еднакви, включително повърхности в съседство с кавитета, с безмаслена несъдържаща флуорид паста или каша от пемза и вода.
4. Изплакнете обилно с вода.

Избор на цвят
5. Уверете се, че повърхността на зъбите е чиста и суха, преди да съпоставите цвета. Да не изсушава.
6. Използвайте разцветка VITA®, за да изберете своя цвят преди поставянето на кофердам.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте нелекирана паста за съпоставяне на цветовете, тъй като има лека промяна на цвета при втвърдяване.

Препоръка:
Когато съседните зъби са значително различни по цвят, опитайте се да съвпаднете по-светлия нюанс. За визуално потвърждение на избрания цвят, поставете малки количества композит върху заобикалящата зъбна повърхност и полимеризирайте със светлина преди залепване.

Изолация:
Трябва да се използват техники за изолиране, за да се предотврати замърсяване. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация. Не използвайте, ако не може да се установи сухо поле.

Директно възстановяване
7. Подсушете старателно повърхността, която ще ецвате, със сух въздух без масло. Нанесете ецв върху повърхността на зъба, като използвате техника на „селективно ецване" или „тотално ецване" с 37% фосфорна киселина в съответствие с инструкциите на производителя или продължете към следващите стъпки, ако използвате техниката на „самоецване".
8. Измийте обилно с вода.
9. Отстранете излишната вода. Поддържайте влажна повърхността. Избягвайте замърсяване, напр. слюнка.
10. Нанесете адхезив, като Zipbond (SDI Limited), в съответствие с инструкциите на производителя, за да наситете всички вътрешни повърхности.
11. Поставете композита на стъпки от 2 mm или по-малко.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че накрайникът за дозиране е здраво закрепен към спринцовката, като завъртите здраво накрайника върху спринцовката.
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати нанесете реставрационния материал при нормална стайна температура (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
⚠ **ВНИМАНИЕ:** При екструдиране на материала може да има въздушни мехурчета. В тези случаи използвайте сонда, за да спукате въздушните мехурчета преди фотополимеризацията.
12. Фотополимеризирайте композита, като използвате подходяща високоскоростна LED полимеризираща лампа (440-480 nm) дължина на вълната с минимален интензитет на светлината от 1000 mW/cm²), като Radii-Cal (SDI Limited) за минимум 20 секунди на стъпки от 2 mm .
13. Завършете възстановяването, като използвате стандартни техники. Инструктирайте пациента да не яде или пие нищо поне един час след процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се охлаждане с воден спрей и ефективно изсмукване, когато е възможно, при завършване на възстановяването.

Допълнителни бележки:
Накрайниците за аплициране на Luna Flow / Luna Flow LV са само за еднократна употреба. Повторната употреба ще доведе до кръстосано замърсяване.

ЦИМЕНТИРАНЕ НА ПОРЦЕЛАН, КЕРАМИКА И КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ:
Преди цементиране с Luna Flow / Luna Flow LV, възстановяването трябва да бъде предварително обработено съгласно инструкциите за употреба на производителя. Luna Flow / Luna Flow LV е подходящ само за цементиране на възстановявания, които имат прозрачност и са с подходяща дебелина, за да позволят на полимеризационната светлина да премине, за да се гарантира, че светлината достига до Luna Flow / Luna Flow LV, така че да може да втвърди напълно.

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА
- Избягвайте прекомерна топлина.
- Съхранявайте при температури между 2° и 25°C (35° - 77°F).
- За постигане на оптимална свежест, съхранението в хладилник не е задължително. Температурата на продукта трябва да бъде между 20° и 25°C (68° и 77°F), когато се използва.

⚠ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
- Избягвайте продължителен контакт на бонда и композита с кожата или меките тъкани на устната кухина, тъй като може да причини възпаление или кожна сенсибилизация.
- Да не се използва при пациенти с известна чувствителност към материала или алергични реакции към този продукт. Само за професионална употреба.
- Да се пази от деца и домашни любимци.
- Да не се приема вътрешно.
- Да не се използва след изтичане на срока на годност.

Не излагайте материала на пряка светлина, тъй като изглагането на светлина води до преждевременна полимеризация.

ВНИМАНИЕ: Федералният закон ограничава продажбата на това устройство по поръчка на зъболекар.

ПЪРВА ПОМОЩ
- **Очи (контакт):** Измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- **Кожа (контакт):** Отстранете с кърпа или гъба, напоена с алкохол. Измийте обилно с вода.
- **Поглъщане:** Изплакнете устата с вода и изхвърлете. Пийте много вода/мляко. НЕ предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават.
- **Вдишване:** Не се очакват симптоми при нормални условия на употреба. При въздействие, преместете се на добре проветрено място.

Ако е възникнал сериозен инцидент поради този продукт, моля, докладвайте този инцидент на производителя и на компетентния орган във вашия щат или държава. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.
ИЛИ: информационен лист за безопасност/ можете да намерите на www.sdi.com. au или се свържете с вашия регионален представител.

CES NÁVOD K POUŽITÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:
Luna Flow / Luna Flow LV je výrobek určený k obnově zubů. Luna Flow / Luna Flow LV je univerzální radiopakní, tekutý, světlem tuhnoucí materiál. Kompozit je vytlačován přímo do vypreparované kavity, aby se maximálně přizpůsobil dané situaci.

SLOŽENÍ HMOTY LUNA FLOW:
Dimetakryláty (43 % hm.)
(68 % obj.)
- Uretan dimetakrylát
- Triethylenglykol dimetakrylát
- Tricyklodekandimethanol dimetakrylát

Plnidla (56 % hm.) (32 % obj.)
(0,02 - 1 mikronů)
- Skelná bárnatá
- Oxid křemičitý (hydrofobní pyrogenní oxid křemičitý)
- Fluorid ytterbitý

Iniciátory (< 1 %)
Stabilizátory (< 1 %)
Pigmenty (< 1 %)

SLOŽENÍ HMOTY LUNA FLOW LV:
Dimetakryláty (47 % hm.)
(72 % obj.)
- Uretan dimetakrylát
- Triethylenglykol dimetakrylát
- Tricyklodekandimethanol dimetakrylát

Plnidla (52 % hm.) (28 % obj.)
(0,02 - 1 mikronů)
- Stroncivé sklo
- Oxid křemičitý (hydrofobní pyrogenní oxid křemičitý)
- Fluorid ytterbitý

Iniciátory (< 1 %)
Stabilizátory (< 1 %)
Pigmenty (< 1 %)

Kompozit Luna Flow / Luna Flow LV je rentgenkontrastní s radiocpacitou odpovídající přibližně 250 %, resp. 265 % radiocpacity hliníku (100% hliník odpovídá sklovině).

INDIKACE K POUŽITÍ:
- Konzervativní výplně kavit třídy I (včetně okluzních ploch), II, III, IV
- Výplně kavit třídy V (cervikální abraze, kořenová eroze, abfrakce)
- Oprava defektů skloviny a keramických zubních výplní
- Pečetidla (jamky a fisury, implantáty)
- Radiopakní vložka do kavit pod přímými zubními výplněmi
- Blokování podseklivin
- Drobná dostavba jádra
- Oprava nebo utěsnění dočasných korunek
- Cementování porcelánových, keramických a kompozitních fazet
- Dlahování (pohyblivé zuby, překlenutí můstky)
- Překrytí zabarvení

KONTRAINDIKACE:
- **Nepoužívejte**, pokud nelze vytvořit suché pracovní pole.
- **Nepoužívejte** k překrytí pulpy.
- **Nepoužívejte** výrobek v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol.
- **Nepoužívejte** u osob, které mají alergii na akryl nebo u nichž se vyskytla alergická reakce na materiál tohoto výrobku.

POZNÁMKA: Tento výrobek může u některých osob způsobit podráždění kůže. V takových případech ukončete použití výrobku a vyhledejte lékařskou pomoc.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY:
- Místa v okolí zubní dřeně musí být chráněna vhodným prostředkem na ochranu zubní dřeně/dentinu, aby se předešlo možnému podráždění (v místech v blízkosti zubní dřeně selektivně aplikujte přípravek na bázi hydroxidu vápenatého).
- Složky materiálu Luna Flow / Luna Flow LV mohou ve vzácných případech způsobit senzibilizaci. V těchto případech by se materiál Luna Flow / Luna Flow LV neměl používat.

INTERAKCE:
- Látky obsahující eugenol mohou inhibovat proces polymerace kompozitních materiálů. Tyto látky se proto nesmí používat ve spojení se systémem Luna Flow / Luna Flow LV.
- Použití chlorhexidinu, kationtových ústních vod a látek pro detekci plaku může způsobit změnu zbarvení.

NÁVOD K POUŽITÍ:
DOPORUČENÍ:
1. Vyčistěte a izolujte zub pomocí standardních technik a nástrojů. Preferovaný způsob izolace zubu je kofferdam.
2. Měla by být připravena konzervativní kavita s použitím standardních technik a nástrojů, aby vznikla mírně zaoblená vnitřní forma. Okraje připravené kavity by měly končit zdravou sklovinou s dostatečnou podporou a bez zkosení v místech, kde je zub namáhán. Pokud je požadováno zkosení v místě s nízkým namáháním, nemělo by přesahovat 1 mm při úhlu ne větším než 45 °. Také je doporučeno předem připravit klínek, aby měl obnovený zub adekvátní kontaktní bod.
3. Profylakticky ošetřete všechny leptané povrchy včetně povrchů přiléhajících ke kavitě bezolejovou pastou bez obsahu fluoridu nebo kaší z pemzy a vody.
4. Důkladně opláchněte vodou.

Výběr odstínu:
5. Před výběrem barevných odstínů musí být povrch zubu čistý a suchý. Nevysušujte.
6. Vyberte odstín před umístěním kofferdamu pomocí průvodce barevnými odstíny VITA®.
POZNÁMKA: K porovnání barev nepoužívejte nevytvrzenou pastu, protože po vytvrzení dochází k mírné změně barevného odstínu.

Doporučení: Pokud se odstín dvou sousedních zubů výrazně liší, snažte se sladit se světlejším odstínem. Pro vizuální potvrzení zvoleného odstínu naneste malé množství kompozitu na vedlejší povrch zubu a před bondováním nechte mírně vytvrdnout.

Izolace:
Aby se zabránilo kontaminaci, je nutné použít izolační techniky. Preferovaný způsob izolace zubu je kofferdam. Nepoužívejte, pokud nelze vytvořit suché pracovní pole.

Přímá výplň
7. Leptaný povrch důkladně vysušte suchým vzduchem bez oleje. K leptání použijte techniku „selective etch" nebo „total etch" 37% kyselinou fosforečnou podle pokynů výrobce nebo přejděte k následujícím krokům, pokud používáte techniku samoleptání (self-etch).
8. Důkladně opláchněte vodou.
9. Odstraňte přebytečnou vodu. Udržujte vlhké. Zabraňte kontaminaci například slinami.
10. Naneste bondovací činidlo, například Zipbond (SDI Limited), podle pokynů výrobce tak, aby došlo k saturaci všech vnitřních povrchů.
11. Rozmístěte kompozit v rozestupech 2 mm nebo méně.
⚠ **POZOR:** Při vytlačování hrot je pevně našroubovaný.
POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte regenerační prostředek při normální pokojové teplotě (23 ± 1 °C).
⚠ **POZOR:** Při vytlačování materiálu mohou vznikat vzduchové bubliny. V těchto případech použijte sondu, abyste rozrušili vzduchové bubliny před polymerizací.
12. Vytvrzujte kompozit světlem pomocí vhodné vysoce účinné polymerační LED lampy (při vlnové délce 440–480 nm s minimální intenzitou světla 1 000 mW/cm²), jako je např. Radii-Cal CX (SDI Limited), po dobu minimálně 20 sekund.
13. Dokončete výplň pomocí standardních technik. Použijte pacienta, že nemá nic jíst ani pít alespoň jednu hodinu po zákroku.
POZNÁMKA: Při dokončování vypořívacích prací se doporučuje provádět chlazení vodním postřikem a efektivní odsávání vždy, kdy je to možné.

Doplňující poznámky:
Špičky stříkaček Luna Flow / Luna Flow LV jsou pouze na jednorázové použití. Opakované použití vede ke křížové kontaminaci.

CEMENTOVÁNÍ PORCELÁNOVÝCH, KERAMICKÝCH A KOMPOZITNÍCH FAZET:
Před cementováním s Luna Flow / Luna Flow LV je nutné provést předošetření výplně v souladu s pokyny výrobce. Výrobek Luna Flow / Luna Flow LV je vhodný pouze pro cementování zubních výplní, které jsou průsvitné a mají vhodnou tloušťku, takže jimi může projít polymerační světlo a může tak dojít k úplné polymerizaci Luna Flow / Luna Flow LV.

SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ
- Chraňte před nadměrným teplem.
- Uchovávejte při teplotě 2 až 25 °C.
Pro zajištění optimální čerstvosti je vhodné uchovávat výrobek v chladničce. Teplota produktu během použití by se měla pohybovat v rozmezí 20 až 25 °C.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
- Bondovací materiály a kompozit nesmí být po delší dobu na styku s pokožkou nebo ústními měkkými tkáněmi, aby nedošlo k jejich podráždění nebo zarůstání.
- Produkt by se neměl používat u pacientů se známou citlivostí na daný materiál nebo s alergickými reakcemi na daný produkt. Pouze pro odborné použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neužívejte vnitřně.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Nevystavujte materiál přímému světlu.

POZOR: Federální zákony (USA) povolují prodej tohoto zdravotnického prostředku pouze zubním lékařům nebo na předpis zubního lékaře.

PRVNÍ POMOC
- **Při zasažení očí:** Důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při styku s kůží:** Odstraňte zbytky materiálu z kůže pomocí hadříku nebo houby namočené v lihu. Důkladně opláchněte vodou.
- **Při požití:** Vypláchněte ústa vodou a vyplivněte. Vypijte velké množství vody/ mléka. NEVYVOLÁVEJTE

ČEŠTINA NÁVOD K POUŽITÍ

- **Při vdechnutí:** Za normálních podmínek použití se neočekávají žádné příznaky. V případě postižení se přesuňte na dobře větrané místo.

Pokud dojde k závažnému incidentu způsobenému tímto výrobkem, nahlaste daný incident výrobci a příslušnému úřadu ve vašem státě nebo zemi.

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Bezpečnostní list je k dispozici na www.sdi.com.au nebo u vašeho regionálního zástupce.

DAN BRUGS-ANVISNING

TILSIGTET BRUG:
Luna Flow / Luna Flow LV er designet til at genoprette tænder. Luna Flow / Luna Flow LV flydende komposit er et alsidigt røntgenfast, flydende lyshærdet materiale. Komposittet injiceres direkte i forberedelsen af hulrummet til maksimal tilpasning til restaureringen.

SAMMENSÆTNING AF LUNA FLOW:
Dimethacrylater (43% wt) (68% vol)
- Urethan-dimethacrylat
- Triethylenglycol dimethacrylat
- Tricyclodecandimethanol-dimethacrylat

Fyldstoffer (56 % wt) (32 % vol) (0,02 – 1 mikron)
- Strontium glas
- Siliciumdioxid (hydrofobes pyrogenes SiO2)
- Ytterbiumtrifluorid

Initiatorer (< 1%)
Stabilisatorer (< 1%)
Pigmenter (< 1%)

SAMMENSÆTNING AF LUNA FLOW LV:
Dimethacrylater (47% wt) (72% vol)
- Urethan-dimethacrylat
- Triethylenglycol dimethacrylat
- Tricyclodecandimethanol-dimethacrylat

Fyldstoffer (52 % wt) (28 % vol) (0,02 – 1 mikron)
- Strontium glas
- Siliciumdioxid (hydrofobisk pyrogen silica)
- Ytterbium Trifluoride

Initiatorer (< 1%)
Stabilisatorer (< 1%)
Pigmenter (< 1%)

Luna Flow / Luna Flow LV komposit er røntgenfast med henholdsvis cirka 250 % og 265 % aluminium (100 % aluminium er nær ved røntgenfastheden svarende til dentin og 200 % aluminium svarer til emalje).

INDIKATIONER FOR BRUG:
- Konserveringsklasse I (inklusive okklusionsoverflader), II, III, IV restaureringer
- Klasse I-restaureringer (cervikal slid, roderosion, abfraktion)
- Reparation af defekter i emalje og porcelæn genetableringer
- Forseglingsmidler (hul & revne, implantat)
- Røntgenfast fundhulsfyldning under direkte genetableringer
- Blokerer for underskæringer
- Mindre kernemopbygninger.
- Reparation eller forsegling af midlertidige kroner
- Cementering af porcelæn, keramiske, sammensætningsfinerer
- Splintning (tandmobilitet, fiberbroer)
- Dækker pletter.

KONTRAINDIKATIONER:
- **Må ikke** bruges, hvis der ikke kan skabes et tørt område.
- **Må ikke** bruges til pulp capping.
- Brug ikke sammen med eugenholdige materialer.
- **Må ikke** anvendes til personer, der er allergiske over for akryl, eller som tidligere har haft en allergisk reaktion på materialet i dette produkt.

BEMÆRK: Dette produkt kan forårsage hudirritationer hos nogle personer. I sådanne tilfælde skal du afbryde brugen og søge lægehjælp.

BIVIRKNINGER:
- Områderne omkring pulpa skal beskyttes med en egnet pulpa-/tandbeskytter for at forhindre potentiel irritation (påfør selektivt et calciumhydroxidbaseret præparat i områder nær pulpa).
- Komponenterne i Luna Flow / Luna Flow LV kan i sjældne tilfælde forårsage overfølsomhedsreaktioner. I sådanne tilfælde bør Luna Flow / Luna Flow LV ikke anvendes.

INTERAKTIONER:
- Eugenol-holdige stoffer kan hæmme polymerisationsprocessen for kompositmaterialerne. Derfor skal det undgås at bruge sådanne materialer sammen med Luna Flow / Luna Flow LV.
- Brugen af klorhexidin, kationiske mundskyllevand og plak-afslørende stoffer kan medføre misfarvning.

BRUGERVEJLEDNING
ANBEFALINGER:
1. Rengør og isoler tanden ved at bruge standardteknikker og -instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isoleringsform.
2. Der skal forberedes et bevarende hulrum med standardteknikker og instrumenter til dannelse af en let afrundet intern form. Margener i hulrumsforberedelsen skal ende med fast og understøttet emalje uden affasninger i de belastningsbærende placeringer. Hvis affasning ønskes i et sted med lav belastning, må det ikke strække sig længere end 1 mm i en vinkel, som ikke er større end 45°. Forkilning anbefales også for at sikre, at den restaurerede tand har et passende kontaktpunkt.
3. Forbered alle overflader, der skal bleges, inklusive overflader, der støder op til hulrummet med en olieri ikke-fluorholdig pasta eller en opslæmning af pimpsten og vand
4. Vask grundigt med vand.

Valg nuance
5. Du skal tjekke at tandens overflade er ren og tør før farvematchning. Må ikke udtørre.
6. Brug en VITA® nuance tabelvejledning til at vælge din nuance før placeringen af kofferdam.

BEMÆRK: Brug ikke uhærdet pasta til farvetilpasning, da der er en lille farveændring efter hærdning.

Anbefalinger:
Når de tilstedende tænder er væsentligt forskellige i nuancen så prøv at matche med den lyseste nuance. For visuel bekræftelse af nuancen du har valgt, kan du placere en lille mængde af sammensætningen du valgte på de omgivende tænders overflader og lysherde før binding.

Isolering:
Isoleringsteknikker skal bruges til at forebygge kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isoleringsform. Må ikke bruges, hvis der ikke kan etableres et tørt område.

Direkte restaurering
7. Tør overfladen, der skal ætses, grundigt med tør, oliefri luft. Æts tandens overflade med "selective etch" eller "total etch" teknik med 37 % fosforsyre i henhold til producentens vejledning eller gå videre til de følgende trin, hvis der bruges "self etch" teknik.
8. Vask grundigt med vand.
9. Fjern overskydende vand. Skal holdes fugtig. Undgå forurening f.eks.syst
10. Påfør bindemiddel såsom Zipbond (SDI Limited), i henhold til producentens anvisninger, til at mætte alle interne overflader.
11. Anbring komposittet i forøgelser på 2 mm eller mindre.
⚠ **FORSIGTIG:** Sørg for, at dispenseringsspidsen er fastgjort ordentligt til sprøjten ved at dreje spidsnavet sikkert fast på sprøjten.
BEMÆRK: For de bedste resultater skal der påføres genoprettende middel ved normal stuetemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
⚠ **FORSIGTIG:** Der kan forekomme luftbobler, når materialet ekstruderes. I disse tilfælde skal der bruges en sonde til at briste luftboblerne før lyshærdning.
12. Lysherd komposittet ved at bruge et passende høj-effekts LED hærdende lys (440-480 nm bølgelængde med en minimum lysintensitet på 1.000 mW/cm²) såsom Radii-Cal CX (SDI Limited) i minimum 20 sekunder i stigninger på 2 mm.
13. Afslut restaureringen ved brug af standardteknikker. Instruer patienten i ikke at spise eller drikke noget i mindst en time efter proceduren.
BEMÆRK: Nedkøling med vandspray og effektiv sugning når det er muligt, når restaureringen afsluttes anbefales.

Yderligere bemærkninger:
Luna Flow / Luna Flow LV sprøjtespidser er kun til engangsbrug. Genbrug vil resultere i krydskontaminering.

CEMENTERING AF PORCELÆN, KERAMISKE OG KOMPOSIT FORSEGLINGER
Forud for cementering med Luna Flow / Luna Flow LV skal genetableringen forbehandles i henhold til producentens brugsanvisninger. Luna Flow / Luna Flow LV er kun egnet til cementering af genetableringer der har gennemsigtighed og er af passende tykkelse til at tillade polymerisationslys at passere igennem for at sikre, at lyset når Luna Flow / Luna Flow LV så at det kan hærde fuldstændigt.

OPBEVARING OG HÅNDTERING
- Undgå overdreven varme.
- Opbevares ved stuetemperatur mellem 2 °C og 25 °C (35 °F - 77 °F).
- For optimal friskhed er afkøling valgfri. Produkttemperaturen skal være mellem 20° og 25°C (68° og 77°F), når den bruges.

⚠ **FORHOLDSREGLER**
- Undgå længerevarig kontakt mellem ætsemiddel, klæbemiddel og komposit med huden eller det orale væv, da det kan forårsage betændelse i det orale væv eller hudsensibilisering.
- Patienter med kendt overfølsomhed eller allergiske reaktioner til dette produkt må ikke bruge det.
- Kun til professionel brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Må ikke indtages.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Udsæt ikke materialet for direkte lys.

ADVARSEL: Forbundsloven begrænser dette udstyr til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.

FØRSTEHJÆLP
- **Øjne (kontakt):** Skyl grundigt med vand og

PORCELÁN, KERÁMIA VAGY KOMPOZIT KERÁMIAHÉJAK RAGASZTÁSA:

Az Luna Flow / Luna Flow LV-val történő ragasztás előtt a restaurációt a gyártó használati utasításának megfelelően elő kell kezelni.
Az Luna Flow / Luna Flow LV csak olyan restaurációk ragasztására alkalmas, amelyek transzlucensek és megfelelő vastagságúak ahhoz, hogy a polimerizációs fény áthaladhasson rajtuk, biztosítva, hogy a fény elérje az Luna Flow / Luna Flow LV-t, hogy így az teljesen megkössön.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

- Kerülje a túlmelegedést. 2–25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- Az optimális frissesség érdekében a hűtés javasolható. Használatkor a termék hőmérséklete 20–25°C-os legyen.

⚠ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Kerülje a bondozó anyag és a kompozit hosszan tartó érintkezését a bőrrel vagy a száj szöveteivel, mivel ez a száj szöveteinek gyulladását vagy bőrérzékenységet okozhat.
- A termék anyagára érzékeny vagy arra allergiás betegek ne használják.
- Kizárólag szakember általi használatra.
- Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol!
- Ne nyelje le.
- Ne használja a lejárati időn túl.
- Ne tegye ki az anyagot közvetlen fénynek.

VIGYÁZAT: A szövetségi törvények szerint az eszköz csak fogorvos által vagy fogorvosra rendelvényre értékesíthető.

ELSŐSEGÉLY

- **Szembe kerülés esetén:** Alaposan öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.
- **Bőrre kerülés esetén:** Alkoholba áztatott ruhával vagy szivacsal távolítsa el. Alaposan mossa le vízzel.
- **Lenyelés esetén:** Alaposan öblítse ki a száját vízzel és köpje ki. Igyon sok vizet/ tejet. NE hánytassa magát. Forduljon orvoshoz.
- **Belégzés esetén:** Normál felhasználás esetén nem történik károsító hatás. Belégzés esetén menjen jól szellőző helyre.

Ha a termék miatt súlyos baleset történt, kérjük, jelentse az esetet a termék gyártójának és az Ön államában vagy országában illetékes hatóságnak.

A helyi előírásoknak megfelelően adatlapot megtalálja a www.sdi.com. au internetes oldalon vagy lépjen kapcsolatba a regionális képviselővel.

ITA ISTRUZIONI PER L'USO

USO PREVISTO:

Luna Flow / Luna Flow LV è stato progettato per il restauro dei denti.

Il composito liquido Luna Flow / Luna Flow LV è un materiale versatile radiopaco, liquido e fotopolimerizzabile. Il composito viene estruso direttamente nella preparazione della cavità per massimizzare l'adattamento alla preparazione.

COMPOSIZIONE DI LUNA FLOW:

Dimetacrilati (43% peso) (68% volume)

- Uretano dimetacrilato
- Trietilenglicole dimetacrilato
- Bisfenolo A Etossilato Dimetacrilato

Riempitivi (56% peso) (32% volume) (0,02 - 1 micron)

- Vetro di bario
- Biossido di silicio (silice fumata idrofobica)
- Trifluoruro di itterbio

Iniziatori (< 1%)
Stabilizzatori (< 1%)
Pigmenti (< 1%)

COMPOSIZIONE DI LUNA FLOW LV:

Dimetacrilati (47% peso) (72% volume)

- Uretano dimetacrilato
- Trietilenglicole dimetacrilato
- Bisfenolo A Etossilato Dimetacrilato

Riempitivi (56% peso) (28% volume) (0,02 - 1 micron)

- Stronzio stiklas
- Silicio dioksidas (hidrofobinis dūminis silicio dioksidas)
- Iterbio trifluoridas

inicijatorius (< 1 %)
Stabilizatoriai (< 1 %)
Pigmentai (< 1%)

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Kerülje a bondozó anyag és a kompozit hosszan tartó érintkezését a bőrrel vagy a száj szöveteivel, mivel ez a száj szöveteinek gyulladását vagy bőrérzékenységet okozhat.
- A termék anyagára érzékeny vagy arra allergiás betegek ne használják.
- Kizárólag szakember általi használatra.
- Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol!
- Ne nyelje le.
- Ne használja a lejárati időn túl.
- Ne tegye ki az anyagot közvetlen fénynek.

VIGYÁZAT: A szövetségi törvények szerint az eszköz csak fogorvos által vagy fogorvosra rendelvényre értékesíthető.

ELSŐSEGÉLY

- **Szembe kerülés esetén:** Alaposan öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.
- **Bőrre kerülés esetén:** Alkoholba áztatott ruhával vagy szivacsal távolítsa el. Alaposan mossa le vízzel.
- **Lenyelés esetén:** Alaposan öblítse ki a száját vízzel és köpje ki. Igyon sok vizet/ tejet. NE hánytassa magát. Forduljon orvoshoz.
- **Belégzés esetén:** Normál felhasználás esetén nem történik károsító hatás. Belégzés esetén menjen jól szellőző helyre.

Ha a termék miatt súlyos baleset történt, kérjük, jelentse az esetet a termék gyártójának és az Ön államában vagy országában illetékes hatóságnak.

A helyi előírásoknak megfelelően adatlapot megtalálja a biztonsági adatlapot megtalálja a www.sdi.com. au internetes oldalon vagy lépjen kapcsolatba a regionális képviselővel.

ITA ISTRUZIONI PER L'USO

USO PREVISTO:

Luna Flow / Luna Flow LV è stato progettato per il restauro dei denti.

Il composito liquido Luna Flow / Luna Flow LV è un materiale versatile radiopaco, liquido e fotopolimerizzabile. Il composito viene estruso direttamente nella preparazione della cavità per massimizzare l'adattamento alla preparazione.

COMPOSIZIONE DI LUNA FLOW:

Dimetacrilati (43% peso) (68% volume)

- Uretano dimetacrilato
- Trietilenglicole dimetacrilato
- Bisfenolo A Etossilato Dimetacrilato

Riempitivi (56% peso) (32% volume) (0,02 - 1 micron)

- Vetro di bario
- Biossido di silicio (silice fumata idrofobica)
- Trifluoruro di itterbio

Iniziatori (< 1%)
Stabilizzatori (< 1%)
Pigmenti (< 1%)

COMPOSIZIONE DI LUNA FLOW LV:

Dimetacrilati (47% peso) (72% volume)

- Uretano dimetacrilato
- Trietilenglicole dimetacrilato
- Bisfenolo A Etossilato Dimetacrilato

Riempitivi (56% peso) (28% volume) (0,02 - 1 micron)

- Vetro di bario
- Biossido di silicio (silice fumata idrofobica)
- Trifluoruro di itterbio

Iniziatori (< 1%)
Stabilizzatori (< 1%)
Pigmenti (< 1%)

Il composito Luna Flow / Luna Flow LV è radiopaco con circa, rispettivamente, il 250% e il 265% di alluminio (il 100% di alluminio ha una radiopacità equivalente a quella della smalto). e il 200% a quella dello smalto).

INDICAZIONI PER L'USO:

- Restauri conservativi di Classe I (incluse le superfici occlusali), II, III, IV
- Restauri di Classe V (abrasione cervicale, erosione radicolare, lesione da usura)
- Riparazione di difetti in restauri di smalto e porcellana
- Sigillanti (solchi e fessure, impianto)
- Liner radiopaco della cavità sotto i restauri diretti
- Eliminazione dei sottosquadri
- Ricostruzioni di monconе di piccole dimensioni
- Riparazione o sigillatura di corone provvisorie
- Cementazione di faccette in porcellana, ceramica e composito
- Splintaggio (denti mobili, ponti in fibra)
- Copertura di macchie

CONTROINDICAZIONI:

- **Non** utilizzare se non è possibile creare un campo asciutto.
- **Non** utilizzare per l'incappucciamento della polpa.
- **Non** utilizzare in combinazione con materiali contenenti eugenolo.
- **Non** utilizzare in caso di allergia agli acrilici o di reazioni allergiche al materiale di questo prodotto. **NOTA:** il prodotto può causare irritazione cutanea in alcune persone. In questi casi, interrompere l'uso e consultare un medico.

EFFETTI COLLATERALI:

- Le aree intorno alla polpa devono essere protette con un protettore pulpare/dentinale adeguato, come un liner di idrossido di calcio, per evitare qualsiasi potenziale irritazione.
- I componenti di Luna Flow / Luna Flow LV possono, in rare occasioni, causare sensibilizzazione. In questi casi, Luna Flow / Luna Flow LV non deve essere utilizzato.

INTERAZIONI:

- Le sostanze contenenti eugenolo possono inibire il processo di polimerizzazione dei materiali compositi. Pertanto l'uso di tali materiali in associazione con Luna Flow / Luna Flow LV deve essere evitato.
- L'uso di clorexidina, collutori cationici e sostanze per la rilevazione della placca può provocare una decolorazione.

ISTRUZIONI PER L'USO: RACCOMANDAZIONI:

1. Pulire e isolare il dente utilizzando tecniche e strumenti standard. La diga in lattice è la modalità preferita.
2. Deve essere preparata una cavità conservativa, utilizzando tecniche e strumenti standard, per formare una forma interna leggermente arrotondata. I margini della preparazione della cavità devono terminare in smalto solido e supportato senza smussi nelle zone di sollecitazione. Se si desidera eseguire lo smusso in una zona a bassa sollecitazione, esso non deve estendersi oltre 1 mm con un angolo non superiore a 45°. Si raccomanda l'uso di strumenti di pre-wedging per garantire che il dente restaurato abbia un punto di contatto adeguato.
3. Fare tutte le superfici da mordenzare, comprese le superfici adiacenti alla cavità, con un materiale privo di olio e fluoro contenente acido a un impasto di pomice e acqua.
4. Sciacquare abbondantemente con acqua.

Selezione della tonalità:

5. Assicurarsi che la superficie del dente sia pulita e asciutta prima dell'abbinamento cromatico. Non essiccare.
6. Utilizzare la scala colori VITA® per selezionare la tonalità prima di posizionare la diga in lattice.

NOTA: non utilizzare la pasta non polimerizzata per l'abbinamento cromatico, poiché la polimerizzazione porterà a un leggero cambiamento di colore.

Raccomandazione:

Se i denti adiacenti presentano colori molto diversi, prediligere le tonalità più chiare. Per la conferma visiva del colore selezionato, posizionare piccole quantità di composito sulla superficie dentale circostante e fotopolimerizzare prima dell'adesione.

Isolamento:

Devono essere utilizzate tecniche di isolamento per evitare la contaminazione. La diga in lattice è la modalità preferita. Non utilizzare se non è possibile creare un campo asciutto.

Restauro diretto

7. Asciugare accuratamente la superficie da mordenzare con aria secca e priva di olio. Mordenzare la superficie del dente con la tecnica della "mordenzatura selettiva" o della "mordenzatura totale" con acido fosforico al 37% secondo le istruzioni del produttore, oppure procedere alle fasi successive se si utilizza la tecnica dell'"automordenzatura".
8. Lavare accuratamente con acqua.
9. Rimuovere l'acqua in eccesso. Mantenere umido. Evitare la contaminazione, ad esempio saliva.
10. Applicare l'agente legante, come Zipbond (SDI Limited), secondo le istruzioni del produttore per saturare tutte le superfici interne.
11. Posizionare il composito in incrementi di 2 mm max.

⚠ **ATTENZIONE:** Assicurarsi che il perno del puntale di erogazione sia saldamente fissato alla siringa nuova della siringa. **NOTA:** Per ottenere risultati ottimali, applicare il restauro a temperatura ambiente normale (23 ± 1 °C, 73 ± 2 °F).

⚠ **ATTENZIONE:** Durante l'estrusione del materiale possono essere presenti bolle d'aria. In questi casi, utilizzare una sonda per far scoppiare le bolle d'aria prima della fotopolimerizzazione.

12. Fotopolimerizzare il composito utilizzando un'adeguata lampada polimerizzante a LED e di alta potenza (lunghezza d'onda 440-480 nm con un'intensità luminosa minima di 1.000 mW/ cm²) come Radii-Cal CX (SDI Limited) per un minimo di 20 secondi con incrementi di 2 mm.
13. Terminare il restauro utilizzando tecniche standard. Ricordare al paziente di non mangiare o bere nulla per almeno un'ora dopo la procedura.

NOTA: Si raccomanda di rafforddare con acqua nebulizzata e di aspirare efficacemente, laddove possibile, quando si rifinisce il restauro.

ATTENZIONE:

Ⓡ I puntali delle siringhe Luna Flow / Luna Flow LV sono monouso. Il riutilizzo comporta una contaminazione incrociata.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

- Evitare l'eccesso di calore.
- Conservare a temperature comprese tra 2° e 25°C (35° – 77°F).
- Per una freschezza ottimale, è possibile ricorrere alla refrigerazione (facoltativa). La temperatura del prodotto deve essere portata tra 20° e 25°C (68° e 77°F) quando viene utilizzato.

⚠ PRECAUZIONI:

- Evitare il contatto prolungato degli agenti leganti e del composito con la pelle o i tessuti molli del cavo orale, in quanto può causare infiammazione di tali tessuti o sensibilizzazione cutanea.
- I pazienti con elevata sensibilità nota o reazioni allergiche a questo prodotto non devono utilizzarlo.
- Solo per uso professionale
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non applicare internamente.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non esporre il materiale alla luce diretta.

ATTENZIONE: La Legge Federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su ordine di un dentista.

PRIMO SOCCORSO

- **Occhi (contatto):** sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- **Pelle (contatto):** rimuovere con una garza o una spugna imbevuta di alcol. Sciacquare accuratamente con acqua.
- **Ingestione:** sciacquare bene la bocca. Bere molta acqua o latte. NON indurre il vomito. Se i sintomi persistono consultare un medico.
- **Inalazione:** non si prevedono sintomi nelle normali condizioni d'uso. Se necessario, spostarsi in un'area ben ventilata.

Se si verifica un incidente grave a causa di questo prodotto, segnalarlo al produttore del prodotto e alle autorità competenti del proprio Stato o Paese.

Smaltire in conformità alle normative locali. Per le schede su dati e sicurezza visitare il sito www.sdi.com.au o contattare il rappresentante regionale.

LIT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PASKIRTIS:

„Luna Flow / Luna Flow LV" skirta atkurti dantų audinius.

„Luna Flow" / „Luna Flow LV" takusis kompozitas yra universali rentgeno spindulių nepraleidžiantis, skysta, šviesa kietinama medžiaga. Kompozitas tiesiai išspaudžiamas į ertmės preparatą, kad kuo geriau prisitaikytų prie preparato.

„LUNA FLOW" SUDĖTIS:

Dimetakrilatai (43 % masės) (68 % tūrio)

- Uretano dimetakrilatas
- Trietileno glikolio dimetakrilatas
- Trickloldekanedimetanolio dimetakrilato

plombos (56 % masės) (32 % tūrio) (0,02 - 1 mikronų)

- Stroncio stiklas
- Silicio dioksidas (hidrofobinis dūminis silicio dioksidas)
- Iterbio trifluoridas

inicijatorių (< 1 %)
Stabilizatorių (< 1 %)
Pigmentai (< 1 %)

„LUNA FLOW LV" SUDĖTIS:

Dimetakrilatai (47 % masės) (72 % tūrio)

- Uretano dimetakrilatas
- Trietileno glikolio dimetakrilatas
- Trickloldekanedimetanolio dimetakrilato

plombos (56 % masės) (28 % tūrio) (0,02 - 1 mikronų)

- Stroncio stiklas
- Silicio dioksidas (hidrofobinis dūminis silicio dioksidas)
- Iterbio trifluoridas

inicijatorių (< 1 %)
Stabilizatorių (< 1 %)
Pigmentai (< 1 %)

KONSERVAVIMAS IR MANIPULIAVIMAS

- Venkite per didelio karščio. Laikykite 2–25 °C (35–77 °F) temperatūroje.
- Norint užtikrinti geriausią šviežumą, nebūtina laikyti šaldytuve. Naudojant preparatą, jo temperatūra turi būti nuo 20 °C iki 25 °C (68 ° F iki 77 °F).

⚠ ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Venkite tiesioginės jungiamųjų medžiagų ir kompozito sąlyčio su oda ar burnos minkštaisiais audiniais, nes gali sukelti burnos minkštųjų audinių uždegimą arba dirginimą.
- Pacientai, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas medžiagoms arba alergines reakcijos šiam produktui, neturėtų jo naudoti. Tik specialistų naudojimui.
- Saugoti nuo vaikų ir namų gyvūnų.
- Tik išorinėms reakcijoms. Nenaudokite paisiau gilioje ertmėje.
- Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
- Nelaikykite medžiagos tiesioginėje šviesoje.

ĮSPĖJIMAS: pagal JAV Federalinį įstatymą šią priemonę gali parduoti arba užsakyti tik odontologai.

PIRMOJI PAGALBA

- **Akių (kontaktas):** kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- **Kontaktas su oda:** nuvalykite spirite suvilgyta šluoste arba kempine. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
- **Prarijus:** išskalaukite burną vandeniu ir išspjaukite. Gerkite daug vandens ir (arba) pieno. Neskatinkite vėmimo. Kreipkitės į gydytoją.
- **Įkvėpus:** įprastomis naudojimo sąlygomis jokių simptomų neturėtų būti. Jei pasirašėte, pereikite į gerai vėdinamą vietą.

Jei dėl šios priemonės įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir (arba) kompetentingai institucijai. Likusį išmeskite vadovaudamiesi vietos teisės aktais.

SDS (Saugos duomenų lapai) rasite www.sdi.com.au arba kreipkitės į savo regiono atstovą.

NOR BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUK

Luna Flow / Luna Flow LV er designet for å rekonstruere tenner. Luna Flow / Luna Flow LV flytende kompositt er et allsidig, røntgentett, flytende, lettherdende materiale. Kompositten blir direkte ekstrudert inn i kavitetsforberedelsen for å maksimere tilpasning til forberedelsen.

SAMMENSETNINGEN AV LUNA FLOW:

Dimetakrylater (43 % vekt) (68 % vol)

- Uretan-dimetakrylat
- Trietylenglykoldimetakrylat
- Tricyklodekanedimethanol dimetakrylat

Fyllstoffer (56 % vekt) (32 % vol) (0,02–1 mikron)

- Strontiumglass
- Silisiumdioksid (hydrofobisk pyrogen silika)
- Ytterbiumtrifluorid

Igangsetter (< 1 %)
Stabilisatorer (< 1 %)
Pigmenter (< 1 %)

Luna Flow / Luna Flow LV-kompositt er rentgentett med henholdsvis ca. 250 % og 265 % aluminium (100 % aluminium har en røntgentetthet som tilsvarer dentin, og 200 % aluminium tilsvarer emalje).

INDIKASJONER FOR BRUK:

- Konservativ klasse I (inkludert okklusale overflater), II, III, IV kontaktsjoner
- Klasse V gjenopprettelser (cervikal abrasjon, roterosjon, abfraksjon)
- Reparasjon av defekter i emalj og porselengjenopprettelser Forseglingsmidler (pit og fissur, implantat)
- Radiopak kavitetsforing under direkte rekonstruksjoner Utblokking av underkuttinger
- Mindre kjerneoppbygginger
- Reparasjon eller forsegling av midlertidige kroner
- Sementering av porselen, keramikk, komposittfasetter
- Splinting (mobile tenner, fiberbroer)
- Dekke til flekker

KONTRAINDIKASJONER:

- **Ikke** bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.
- **Ikke** bruk til pulpakapping.
- **Ikke** bruk sammen med eugenolholdige materialer.
- **Må ikke** brukes til personer som er allergiske mot akryl eller som har allergiske reaksjoner på materialet i dette produktet.

MERK: Dette produktet kan forårsake hudirritasjon hos noen mennesker. I slike tilfeller må du avbryte bruken og oppsøke medisinsk hjelp.

BIVIRKNINGER:

- Områder rundt pulpaen bør beskyttes med en egnet pulpa-/dentin-beskytter for å forhindre potensiell irritasjon (påfør selektivt et kalsiumhydroksidbasert preparat i området nær pulpaen).
- Komponentene i Luna Flow / Luna Flow LV kan i sjeldne tilfeller forårsake sensibilisering. I disse tilfellene skal Luna Flow / Luna Flow LV ikke brukes.

INTERAKSJONER:

- Eugenolholdige stoffer kan hemme polymeriseringsprosessen til komposittmaterialer. Derfor må bruk av slike materialer i forbindelse med Luna Flow / Luna Flow LV unngås.
- Bruk av klorheksidin, kationisk munnvann og påvisningsmidler for stoffer kan føre til misfarging.

BRUKSANVISNINGEN: ANBEFALINGER:

1. Rengjør og isoler tannen ved bruk av standard teknikker og instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten.
2. En konservativ kavitet skal klargjøres ved bruk av standard teknikker og instrumenter for å danne en lett avrundet intern form. Kavitetens kavitetsforberedelsen bør ende i friskt og støttet emalje uten skråkanter i områder med belastning. Hvis avfasing er ønsket på et sted med lav stress, skal den ikke gå lenger enn 1 mm i en vinkel på ikke mer enn 45 °. Forhåndskiling anbefales også for å sikre at den gjenopprettede tannen vil ha et tilstrekkelig kontaktpunkt.
3. Profiler alle overflater som skal etses, inkludert overflater ved siden av kaviteten med en oljefri ikke-fluoridholdig pasta eller en blasse av pimpstein og vann.
4. Skyll grundig med vann.

Nyansevalg

5. Kontroller at tannens overflate er ren og tørr før fargetilpasningen. Må ikke tørkes ut.
6. Bruk en VITA® fargeguide for å velge riktig farge for plassering av kofferdam.

MERK: Ikke bruk uherdet pasta for fargematching, da det skjer en liten fargeendring ved herding.

Anbefaling:

Når de tilstøtende tennene har betydelig forskjellig farge, prøv å matche den lyseste fargen. For visuell bekreftelse av valgt farge, legg små mengder kompositt på en omkringliggende tannoverflate og herd med lys før binding.

Isolering:

Det må brukes isolasjonsteknikker for å forhindre kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten. Ikke bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.

Direkte restaurering

7. Tørk grundig overflaten som skal etses med tørr, oljefri luft. Ets tannoverflaten ved hjelp av «selektiv etsing» eller «totaletsing» med 37 % fosforsyre i henhold til produsentens instruksjoner, eller fortsett med følgende trinn hvis du bruker «selvetsing».
8. Skyll grundig med vann.
9. Fjern overflødig vann. Hold fuktig. Unngå forurensning, f.eks. spytt.
10. Påfør bindingsmiddel, for eksempel Zipbond (SDI Limited), i henhold til produsentens instruksjoner for å mette alle innvendige overflater.
11. Plasser kompositten med avstander på 2 mm eller mindre.

⚠ **FORSIKTIG:** Sørg for at dispenseringsspissen er godt festet til sprøyten ved å vri spissefast til det sikkert på plass på sprøyten.

MERK: For best resultat, påfør restorativ ved normal romtemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).

⚠ **FORSIKTIG:** Luftbobler kan være tilstede ved ekstrudering av materialet. Hvis tilfelle, bruk en sonde for å sprekke luftbobler før lys herding.

12. Lysherd kompositten ved hjelp av en egnet høyeffekts LED-herdelampe (440–480 nm bølgelengde med en minimums lysintensitet på 1000 mW/cm²), som for eksempel Radii-Cal CX (SDI Limited) i minst 20 sekunder i avstander på 2 mm.
13. Fullfør restaureringen med standardteknikker. Instruer pasienten om å ikke spise eller drikke noe i minst en time etter prosedyren.

MERK: Det anbefales avkjøling med vannspray og effektiv suging når det er mulig under utførelsen av konstruksjonen.

Ytterligere merknader:

Ⓡ Luna Flow / Luna Flow LV sprøytespisser er kun for engangsbruk. Gjenbruk vil resultere i krysskontaminering.

SEMENTERING AV PORSELEN-, KERAMIKK- OG KOMPOSITTFASETTER:

Før sementering med Luna Flow / Luna Flow LV må restaureringen behandles i samsvar med produsentens bruksanvisning. Luna / podgrzewacz Luna Flow LV er kun egnet for sementering av restaureringer som har gjennomsiktighet og er av passende tykkelse for å tillate polymerisering gjennom. For å sikre at lyset når Luna Flow / Luna Flow LV, slik at den kan herdes fullstendig.

LAGRING OG HÅNDTERING

- Unngå overflødig varme
- Oppbevares ved temperaturer mellom 2° og 25 °C (35° - 77 °F). For optimal friskhet er kjøling valgfritt. Produkttemperaturen bør være mellom 20° og 25 °C (68° og 77 °F) når den brukes.

⚠ FORHOLDSREGLER:

- Unngå langvarig kontakt mellom bindingsmidler og kompositt med hud og slimhinner, da dette kan forårsake betennelse i munnslimhinnen eller hudoverfølsomhet.
- Pasienter med kjent materialeallergi eller allergiske reaksjoner på dette produktet bør ikke bruke det.
- Kun for profesjonell bruk.
- Holdes utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Må ikke inntas.
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Ikke utsett materialet for direkte lys.

FORSIKTIG: Federal lov begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en tannlege.

FØRSTEHJELP

- **Øye (ved kontakt):** Skyll grundig med vann og søk legehjelp.
- **Hud (ved kontakt):** Fjern med klut eller svamp dynket i alkohol. Skyll grundig med vann.
- **Inntak:** Skyll munnen med vann og spytt ut. Drikk rikelig med vann/melk. IKKE fremkall brekninger. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.
- **Innånding:** Ingen symptomer forventes under normale bruksforhold. Hvis pårket, flytt til et godt ventilert område.

Hvis en alvorlig hendelse har oppstått på grunn av dette produktet, vennligst rapporter denne hendelsen til produsenten av dette produktet, og til de kompetente myndighetene i din stat eller land.

Kast i samsvar med lokale forskrifter. SDS er tilgjengelig på www.sdi. com.au, eller du kan kontakte din regionale representant.

POL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEZNACZENIE:

Luna Flow / Luna Flow LV jest przeznaczone do odbudowy zębów (wypełnień dentystycznych). Płynny materiał kompozytowy Luna Flow / Luna Flow LV to uniwersalny, płynny, światłoutwardzalny materiał o wysokim kontraście w obrazie RTG. Preparat wyciska się bezpośrednio do opracowanego ubytku, aby umożliwić maksymalne dopasowanie.

SKŁAD LUNA FLOW:

Dimetacrylany (43% wagowo) (68% obj.)

- Dimetakrylan uretanu
- Dimetakrylan glikolu trietylenowego
- Tricykloldekandimetanol dimetakrylat

Wypełniacze (56% wagowo) (32% obj.) (0,02 – 1 mikrona)

- Szkło strontowe
- Ditlenek krzemu (hydrofobowa, zmatowiona, koloidalna krzemionka)
- Trifluorek iterbu

Inicjatory (< 1%)
Stabilizatory (< 1%)
Pigmenty (< 1%)

SKŁAD LUNA FLOW LV:

Dimetacrylany (47% wagowo) (72% obj.)

- Dimetakrylan uretanu
- Dimetakrylan glikolu trietylenowego
- Tricykloldekandimetanol

Wypełniacze (52% wagowo) (28% obj.) (0,02 – 1 mikrona)

- Szkło strontowe
- Ditlenek krzemu (hydrofobowa, zmatowiona, koloidalna krzemionka)
- Trifluorek iterbu

Inicjatory (< 1%)
Stabilizatory (< 1%)
Pigmenty (< 1%)

KOMPOZYTOWE MATERIAŁY RESTAURACYJNE LUNA FLOW / LUNA FLOW LV

Luna Flow / Luna Flow LV to materiał kompozytowy o wysokim kontraście w obrazie RTG zawierający odpowiednio 250% i 265% w porównaniu do aluminium (100% w porównaniu aluminium zapewnia kontrast rentgenowski ekwiwalentny do zębiny, a 200% w porównaniu do aluminium to ekwiwalent szkliwa).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Standardowe uzupełnienia ubytków klasy I, II, III, IV (w tym na powierzchniach okluzyjnych), II, III, IV
- Uzupełnienia ubytków klasy V (ubytki klinowate szyjki, erozja korzeni, abfrakcja)
- Uzupełnienia ubytków szkliwa i w odbudowach porcelanowych
- Uszczelniacze (lakowanie bruzd zębowych, implanty)
- Widoczny w RTG podkład pod uzupełnieniami bezpośrednimi
- Blokowanie podcięć
- Drobne odbudowy różnienia
- Uszczelnianie prac tymczasowych
- Cementowanie licówek porcelanowych, ceramicznych, kompozytowych
- Szynowanie (ruchome zęby, mosty wzmacniane włóknem szklanym)
- Pokrywanie przebarwień

PRZECIWWSKAZANIA:

- **NIE** stosować w przypadku braku suchego pola zabiegowego.
- **NIE** stosować do przykrywania miazgi.
- **NIE** stosować w połączeniu z jakimikolwiek materiałami zawierającymi eugenol.
- **NIE** stosować u osób uczulonych na akryl lub reagującymi alergicznie na materiał, z którego wytworzono produkt.

WAŻNE: U niektórych osób produkt może powodować podrażnienie skóry. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

- Obszary wokół miazgi należy zabezpieczyć odpowiednim ochraniaczem miazgi/zębiny, aby zapobiec potencjalnemu podrażnieniu (w pobliżu miazgi wybiórczo stosować preparat na bazie wodorotlenku wapnia).
- W rzadkich przypadkach składniki preparatu Luna Flow / Luna Flow LV mogą powodować uczulenie. W takich przypadkach nie należy stosować preparatu Luna Flow / Luna Flow LV.

INTERAKCJE:

- Substancje zawierające eugenol mogą hamować proces polimeryzacji materiałów kompozytowych. Dlatego należy unikać stosowania takich materiałów w połączeniu z preparatem Luna Flow / Luna Flow LV.
- Stosowanie chlorheksydyny, płynów do płukania jamy ustnej z kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi oraz substancji ujawniających płytkę nazębną może powodować przebarwienia.

INSTRUKCJA: ZALECENIA:

1. Oczyścić i wyizolować ząb z wykorzystaniem standardowych technik i narzędzi. Preferowanym sposobem izolacji jest koferdam.
2. Ubytek należy opracować z wykorzystaniem standardowych technik i przyrządów, tworząc lekko zaokrągloną formę wnętrza. Krawędzie opracowanego ubytku powinny przylegać do zdrowego i podtrzymującego szkliwa oraz zębiny bez skosów w miejscach naprężeń. Jeżeli ułożenie skośne jest pożądane w miejscu o niskich naprężeniach, nie powinno ono być większe niż 1 mm i pod kątem nie większym niż 45°. Zaleca się również klinowanie wstępne, aby upewnić się, że odbudowa ma będzie mieć odpowiedni punkt styku.
3. Wygładzić wszystkie powierzchnie do wytrawiania, w tym powierzchnie przylegające do ubytku, z wykorzystaniem bezolejowej pasty niezawierającej fluoru lub zawiesiny pumeksu i wody.
4. Dokładnie wypłukać wodą.

Dobór odcienia:

5. Przed doborem koloru upewnić się, że powierzchnia zęba jest czysta i sucha. Nie wysuszać.
6. Wykorzystać kolornik VITA® do doboru odcienia przed założeniem koferdamu.

WAŻNE: Przy dopasowywaniu odcienia nie korzystać z nieutwardzonej pasty, gdyż w trakcie utwardzania odcień lekko się zmienia.

Zalecenia:

W przypadku gdy sąsiednie zęby znacznie różnią się odcieniem dopasować się do jaśniejszego odcienia. Aby wizualnie potwierdzić prawidłowość doboru odcienia, umieścić niewielką ilość kompozytu na przyległej powierzchni zęba i utwardzić światłem przed zastosowaniem bondu.

Izolacja:

Stosować odpowiednie techniki izolacji, by zapobiec zanieczyszczeniu. Preferowanym sposobem izolacji jest koferdam. Nie stosować, jeżeli nie można go bez uszkodzenia pola zabiegowego.

Odbudowa bezpośrednia

7. Dokładnie oczyścić powierzchnię do wytrawiania suchym i czystym powietrzem. Wytrawiać powierzchnię zęba techniką wytrawiania selektywnego lub całkowitego 37% kwasem fosforowym zgodnie z instrukcją producenta lub przejść do kolejnych etapów przy użyciu wybranej techniki samowytrawiania.
8. Dokładnie przepłukać wodą.
9. Usunąć nadmiar wody. Utrzymywać wilgotność. Unikać zanieczyszczenia np. śliną.
10. Nałożyć materiał wiążący, np. Zipbond (SDI Limited), zgodnie z instrukcją producenta i dokładnie pokryć wszystkie powierzchnie wewnętrzne.
11. Nakładać kompozyt w porcjach po 2mm lub mniej.

UWAGA: Ogólnie mówiąc, że końcówka dozująca jest dobrze przymocowana i właściwie przykręcona do strzykawki.

WAŻNE: Najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu preparatu do uzupełnień w temperaturze pokojowej (23±1°C, 73±2°F).

⚠ **UWAGA:** Podczas wytłaczania materiału mogą wytwarzać się pęcherzyki powietrza. W takich przypadkach użyć sondy, aby usunąć pęcherzyki powietrza przed utwardzeniem światłem.

12. Utwardzać każdą porcję materiału światłem przez przynajmniej 20 sekund odpowiednią lampą LED o dużej mocy (długość fali 440-480 nm i intensywność światła przynajmniej 1000 mW/ cm²), jak np. Radii-Cal CX (SDI Limited), w przypadku odcieni jasnych (wszystkie odcienie z wyjątkiem OA2, OA3, OA3.5) oraz przynajmniej 40 sekund w przypadku odcieni kryjących (OA2, OA3, OA3.5).
13. Wykończyć uzupełnienie standardowymi technikami. Poinstruować pacjenta, by nie jadł ani nie pił niczego przez co najmniej godzinę po zabiegu.

WAŻNE: Zaleca się chłodzenie strumieniem wody i możliwie skuteczne odsysanie podczas wykańczania uzupełnienia.

Uwagi dodatkowe:

Ⓡ Końcówki strzykawek Luna Flow / Luna Flow LV są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie spowoduje zanieczyszczenie krzyżowe.

CEMENTOWANIE LICÓWEK PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I KOMPOZYTOWYCH:

Przed przystąpieniem do cementowania z wysokim kontrastem Luna Flow / Luna Flow LV uzupełnienie należy odpowiednio przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Luna Flow / Luna Flow LV nadaje się wyłącznie do cementowania uzupełnień przeziernych i o grubości umożliwiającej dostęp światła polimeryzacyjnego, co zapewnia dostęp światła do Luna Flow / Luna Flow LV, aby preparat ten mógł całkowicie się utwardzić.

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM ORAZ MASZYNOWANIE:

- Unikać nadmiernego ciepła.
- Przechowywać w temperaturze od 2° do 25°C (35° - 77°F).
- W celu zapewnienia optymalnej świeżości opcjonalnie można zastosować chłodzenie. Temperatura produktu powinna wynosić od 20° do 25°C (68° do 77°F) w chwili użycia.

⚠ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Unikać długotrwałego kontaktu środków wiążących i kompozytu ze skórą lub tkankami miękkimi w obrębie jamy ustnej, ponieważ może to spowodować zapalenie tkanek miękkich jamy ustnej lub uczulenie skóry.
- Nie stosować u pacjentów wrażliwych na dany materiał lub reagujących alergicznie na produkt.
- Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie wystawiać materiału na bezpośrednie działanie światła.

UWAGA: Lokalne prawo ograniczа sprzedaż tego materiału – zakup dostępny wyłącznie dla lekarza dentysty lub na jego zamówienie.

PIERWSZA POMOC

- **Kontakt z oczami:** Dokładnie przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.
- **Kontakt ze skórą:** Usunąć szmatką lub gąbką nasączoną alkoholem. Dokładnie przemyć wodą.
- **Połknięcie:** Wypłukać usta wodą i wypluć. Wypić dużą ilość wody/mleka. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku utrzymującego się pogarszenia, zgłosić się do lek