SDI LUNA 2

PAK411987 D

ENG UNIVERSAL COMPOSITE
BUL УНИВЕРСАЛЕН КОМПОЗИТ
CES UNIVERZÁLNÍ KOMPOZIT
DAN UNIVERSAL KOMPOSIT
DEU UNIVERSAL KOMPOSIT
ELL ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
FIN UNIVERSAALIYHDISTELMÄMUOVI
FRA COMPOSITE UNIVERSEL
HUN UNIVERZÁLIS KOMPOZIT
ITA COMPOSITO UNIVERSALE
LIT UNIVERSALUS KOMPOZITAS
NOR UNIVERSAL KOMPOSITT
POL UNIWERSALNY KOMPOZYT
POR RESINA COMPOSTA UNIVERSAL
RON MATERIAL COMPOZIT UNIVERSAL
SLK UNIVERZÁLNY KOMPOZIT
SPA COMPOSITE UNIVERSAL
SWE UNIVERSAL KOMPOSIT

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

EU REP
SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne, Germany
T: +49 2203 9255 0

Last Revised: 04-2025

25°C 77°F
10°C 50°F
Allergies & Precautions
0297
MD
Rx only
Paper

ENG INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE
Luna 2 is designed to restore anterior and posterior teeth by dental professionals.
Luna 2 universal composite is a radiopaque light cured, condensable and low-shrinkage composite. Luna 2 offers non-stick handling, polishability and strength for anterior and posterior restorations alike.
Type 1, Class 2, polymer based restorative material activated by external energy intra-orally ; according to ISO4049:2019.

COMPOSITION:
Dimethacrylates (24% wt) (44% vol)
- Urethane dimethacrylate
- Triethylene glycol dimethacrylate
- Tricyclodecanedimethanol dimethacrylate

Fillers (76%wt) (56% vol) (0,04 – 1,5 micron)
- Strontium glass
- Silicon dioxide (hydrophobic fumed silica)
- Ytterbium trifluoride

Initiators (< 1%)
Stabilisers (< 1%)
Pigments (< 1%)

Luna 2 composite is radiopaque with about 250% aluminium (100% aluminium has a radiopacity equivalent to that of dentin and 200% aluminium is equivalent to enamel).

INDICATIONS FOR USE:
- Direct anterior/posterior restorations (including occlusal surfaces) and veneers.
- Core build ups.
- Indirect inlays, onlays and veneers.
- Splinting.
- Composite and porcelain repair.
- Sandwich technique with glass ionomers.

CONTRA-INDICATIONS:
- **Do not** use if a dry field cannot be established.
- **Do not** use for pulp capping.
- **Do not** use within 1mm from the pulp.
- **Do not** use in conjunction with any eugenol-containing materials.
- **Do not** use in anyone who has an allergy to acrylics or who has an allergic reaction to the material of this product.

NOTE: This product may cause skin irritation to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention.

SIDE EFFECTS:
- Areas around the pulp should be protected with a suitable pulp/dentin protector to prevent any potential irritation (selectively apply a calcium hydroxide-based preparation in areas near the pulp).
- The components of Luna 2 could, on rare occasions, cause sensitisation. In these cases, Luna 2 should not be used.

INTERACTIONS:
- Eugenol-containing substances may inhibit the polymerisation process of composite materials. Therefore, using such materials in conjunction with Luna 2 must be avoided.
- The use of chlorhexidine, cationic mouthwashes, and plaque-disclosing substances may result in discoloration.

INSTRUCTIONS FOR USE: Preparation recommendations:
1. Clean and isolate tooth employing standard techniques and instruments. Rubber dam is the preferred mode of isolation.
2. A conservative cavity should be prepared, employing standard techniques and instruments, to form a slightly rounded internal form. Margins of the cavity preparation should be end in sound and supported enamel with no bevels in stress bearing locations. If bevelling is desired in a low stress location it should extend no further than 1mm at an angle of no greater than 45°. Pre-wedging is also recommended to ensure that the restorative tooth will have an adequate contact point.
3. Prophy all surfaces to be etched including surfaces adjacent to the cavity with an oil free non-fluoride containing paste or a slurry of pumice and water.
4. Rinse thoroughly with water.

Shade Selection
5. Ensure the tooth surface is clean and dry before colour matching. Do not desiccate.
6. Use a VITA® shade guide to select your shade before placement of rubber dam.

NOTE: Do not use uncured paste for colour matching as there is a slight colour change upon curing.

Recommendation:
When the adjacent teeth are significantly different in shade, try to match the lighter shade. For visual confirmation of shade selected, place small amounts of composite on a surrounding tooth surface and light cure before bonding.

Isolation
Isolation techniques must be used to prevent contamination. Rubber dam is the preferred mode of isolation. Do not use if a dry field cannot be established.

Direct Restoration
7. Thoroughly dry the surface to be etched with dry, oil-free air. Etch tooth surface and apply the 'selective etch' or 'total etch' technique with 37% phosphoric acid according to the manufacturer's instructions, or proceed to the following steps if using 'self etch' technique.
8. Wash thoroughly with water.
9. Remove excess water. Keep moist. Avoid contamination e.g. saliva.
10. Apply bonding agent, such as Ziplond (SDI Limited), according to the manufacturer's instructions to saturate all internal surfaces.
11. Place composite in increments of 2mm or less.
   NOTE: If using the syringe system, after each use, turn the screw plunger anti-clockwise half a turn to release any built-up pressure.
   CAUTION: Luna 2 complet must be compatible with the complet applicator, such as the Premium Complet Applicator (SDI Limited). Complet must be firmly and securely attached to the applicator.
   NOTE: For best results, apply restorative at normal room temperature (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
12. Light cure each increment for at least 20 seconds using a suitable high power LED curing light (400-480nm wavelength with a minimum light intensity of 1,000 mW/ cm²) such as Radii-Cal CX (SDI Limited) for light shades (all shades except OA2, OA3, OA3.5) and at least 40 seconds for opaque shades (OA2, OA3, OA3.5).
13. Finish the restoration using standard techniques. Instruct patient not to eat or drink anything for at least one hour after the procedure.
   NOTE: Cooling with water spray and effective suction whenever possible when finishing the restoration is recommended.

Additional notes:
Luna 2 complets are for single use only. Reuse will result in cross contamination.

STORAGE AND HANDLING
- Avoid excess heat.
- Store at temperatures between 10° and 25°C (50° - 77°F).
- For optimal freshness, refrigeration is optional. Product temperature should be between 20° and 25°C (68° and 77°F) when used.

PRECAUTIONS
- Avoid prolonged contact of etchant, adhesive and composite with the skin or oral tissue, as it may cause inflammation of the oral tissues or skin sensitisation.
- Patients with known material sensitivity or allergic reactions to this product should not use it.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light (polymerisation may be started by ambient lighting or the dental operating light).

CAUTION: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

FIRST AID
Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek medical attention.
Skin (contact): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
Ingestion: Rinse mouth with water and discard. Drink plenty of water/ milk. Do NOT induce vomiting. Seek medical attention.
Inhalation: No symptoms expected under normal conditions of use. If affected, move to well ventilated area.

If a serious incident has occurred due to this product, please report this incident to the manufacturer of this product and to the competent authority in your state or country.

Dispose in accordance with local regulations.
SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

BUL ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Luna 2 е предназначен за възстановяване на антериорни и постериорни зъби от дентални специалисти. Luna 2 универсален композит е рентгеноконтрастен, фотополимеризиращ композит с ниско свиване. Luna 2 предлага работа с незалепващо покритие, възможност за полиране и здравина, както за антериорни, така и за постериорни възстановявания. Type 1, Class 2, възстановителен материал на полимерна основа, активиран от външна енергия, интраорално ISO4049:2019.

СЪСТАВ:
Dimethacrylates
(24% тегл.) (44% об.)
- Urethane dimethacrylate
- Triethylene glycol dimethacrylate
- Tricyclodecandimethanol dimethacrylate

Пълнители (76% тегл.)
(56% об.) (0,04 – 1,5 микрона)
- Стронциево стъкло
- Silicon dioxide (hydrophobic fumed silica)
- Ytterbium trifluoride

Инициатори (< 1%)
Стабилизатори (< 1%)
Пигменти (< 1%)
Композитът Luna 2 се отличава с висока рентгеноконтрастност спрямо дентина и емайла - около 2,5 пъти по-висока спрямо дентина и 0,25 пъти спрямо емайла.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
- Директни антериорни/ постериорни възстановявания (включително оклузални повърхности) и фасети.
- Основни изграждания.
- Индиректни инлеи, онлеи и фасети.
- Шиниране.
- Композитни и порцеланови поправки.
- Сандвич техника с гласйономер.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Не използвайте, ако не може да се установи сухо поле.
- Не използвайте за затваряне на пулпа.
- Не използвайте в рамките на 1 мм от пулпата.
- Не използвайте заедно с материали, съдържащи евгенол.
- Не използвайте при хора, които имат алергия към акрил или които имат алергични реакции към материала на този продукт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт може да причини дразнене на кожата при някои хора. В такива случаи преустановете употребата и потърсете медицинска помощ.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
- Областите около пулпата трябва да бъдат защитени с подходящ протектор за пулпа/дентин, като калциево хидроксидна подложка, за да се предотврати всяко потенциално дразнене.
- Компонентите на Luna 2 могат в редки случаи да причинят сенсибилизация. В тези случаи Luna 2 не трябва да се използва.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
- Съдържащите евгенол вещества могат да въпрепятстват процеса на полимеризация на композитните материали. Следователно използването на такива материали заедно с Luna 2 трябва да се избягва.
- Използването на хлорхексидин, катионни води за уста и вещества, разкриващи плака, може да доведе до обезцветяване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: ПРЕПОРЪКИ:
1. Почистете и изолирайте зъба, като използвате стандартни техники и инструменти. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация.
2. Трябва да се подготви консервативен кавитет, като се използват стандартни техники и инструменти, за да се оформи леко заоблена вътрешна форма. Краищата на кавитета трябва да завършват със здрав и поддържан емайл без скосяване в местата, носещи напрежение. Ако е желателно скосяване в място с ниско напрежение, то не трябва да се простира повече от 1 мм, под ъгъл не по-голям от 45°. Препоръчва се и предварително заклинване, за да се гарантира, че възстановеният зъб ще има подходяща контактна точка.
3. Профилактирайте всички повърхности, които ще бъдат ецвани, включително повърхностите в съседство с кавитета, с безмаслена несъдържаща флуорид паста или каша от пемза и вода.
4. Изплакнете обилно с вода.

Избор на цвят
5. Уверете се, че повърхността на зъбите е чиста и суха, преди да съпоставите цвета. Да не изсушавате.
6. Използвайте разцветка VITA®, за да изберете своя цвят преди поставянето на кофердама.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте неотвърдена паста за съпоставяне на цветовете, тъй като има лека промяна на цвета при втвърдяване.

Препоръка:
Когато съседните зъби са значително различни по цвят, опитайте се да съчетаете по-светлия нюанс. За визуално потвърждаване на избрания цвят, поставете малки количества композит върху заобикалящата зъбна повърхност и полимеризирайте със светлина преди залепване.

Изолация:
Трябва да се използват техники за изолиране, за да се предотврати замърсяване. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация. Не използвайте, ако не може да се установи сухо поле.

Директно възстановяване
7. Подсушете старателно повърхността, която ще ецвате, със сух въздух без масло. Нанесете ецвания върху повърхността на зъба, като използвате техника на „селективно ецване" или „пълно ецване" с 37% фосфорна киселина в съответствие с инструкциите на производителя или продължете към следните стъпки, ако използвате техниката на „самоецване".
8. Измийте обилно с вода.
9. Отстранете излишната вода. Поддържайте влажна повърхността. Избягвайте замърсяване, напр. слюнка.
10. Нанесете адхезив, като Ziplond (SDI Limited), в съответствие с инструкциите на производителя, за да наситите всички вътрешни повърхности.
11. Поставете композита на стъпки от 2 мм или по-малко.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате системата с шприца, след всяка употреба завъртете винтовото бутало обратно на часовниковата стрелка на половин оборот, за да освободите натрупаното налягане.
   ВНИМАНИЕ: Композите Luna 2 трябва да са съвместими с апликатора за комполи, като например Premium Complet Applicator (SDI Limited). Компонентите трябва да бъдат здраво и сигурно закрепени към апликатора.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати нанесете реставративния материал при нормална стайна температура (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
12. Фотополимеризирайте всяка стъпка за най-малко 20 секунди, като използвате подходяща високоскоростна LED полимеризираща лампа (400-480nm дължина на вълната с минимален интензитет на светлината от 1000 mW/cm²), като Radii-Cal CX (SDI Limited) за светли нюанси (всичкитонове с изключение на OA2, OA3, OA3.5) и най-малко 40 секунди за непрозрачни нюанси (OA2, OA3, OA3.5).
13. Завършете възстановяването, като използвате стандартни техники. Инструктирайте пациента да не яде или пие нищо поне един час след процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се охлаждане с воден спрей и ефективно изсмукване, когато е възможно, при завършване на възстановяването.

Допълнителни бележки:
Комполите Luna 2 са само за еднократна употреба. Повторната употреба ще доведе до кръстосано замърсяване.

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА
- Избягвайте прекомерна топлина.
- Съхранявайте при температури между 10° и 25°C (50° - 77°F).
- За постигане на оптимална свежест, съхранението в хладилник е задължително. Температурата на продукта трябва да бъде между 20° и 25°C (68° и 77°F), когато се използва.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
- Избягвайте продължителен контакт на бондиращ и композитна с кожата или меките тъкани на устната кухина, тъй като може да причини възпаление или кожна сенсибилизация.
- Да не се използва при пациенти с известна чувствителност към материала или алергични реакции към този продукт.
- Само за професионална употреба.
- Да се пази от деца и домашни любимци.
- Да не се приема вътрешно.
- Да не се използва след изтичане срока на годност.
- Не излагайте материала на директна светлина (полимеризацията може да започне от околното осветление или от денталната работна светлина).

ВНИМАНИЕ: Федералният закон ограничава продажбата на това устройство по поръчка на зъболекар.

ПЪРВА ПОМОЩ
- **Очи (контакт):** Измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- **Кожа (контакт):** Отстранете с кърпа или гъба, напоена с алкохол. Измийте обилно с вода.
- **Бълбукане:** Изплакнете устата с вода и изхвърлете. Пийте много вода/мляко. НЕ предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ.
- **Вдишване:** Не се очакват симптоми при нормални условия на употреба. При въздействие, преместете се на добре проветрено място.

Ако е възникнал сериозен инцидент поради този продукт, моля, докладвайте този инцидент на производителя и на компетентния орган във вашата щат или държава.
Еквивалентно в съответствие с местните разпоредби.
ИЛБ /информационен лист за безопасност/ можете да намерите на www.sdi.com.au или се свържете с вашия регионален представител.

CES NÁVOD K POUŽITÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:
Luna 2 je navržen k obnově předních a zadních zubů zubními lékaři. Luna 2 je určen k obnově předních a zadních zubů zubními lékaři. Univerzální kompozit Luna 2 je světlem vytvrzovaný, kondenzovatelný a nízkorozměrový rentgenkontrastní kompozitní materiál. Luna 2 nabízí nepřilnavou manipulaci, možnost leštění a pevnost pro přední i zadní výplně. Typ 1, třída 2, výplňový materiál na bázi pryskyřice, aktivovaný intraorálně vnější energií; v souladu s normou ISO4049:2019.

SLOŽENÍ:
Dimetakrylát (24 % hm.) (44 % obj.)
- Uretan dimetakrylát
- Triethyleglykol dimetakrylát
- Tricyklodekandimethanol dimetakrylát

Plnidla (76 % hm.) (56 % obj.) (0,04–1,5 mikronů)
- Stronciové sklo
- Oxid křemičitý (hydrofobní pyrogenní oxid křemičitý)
- Fluorid ytterbitý

Iniciátory (< 1 %)
Stabilizátory (< 1 %)
Pigmenty (< 1 %)

Luna 2 je rentgenkontrastní kompozit s radiopacitou odpovídající přibližně 250 % radiopacity hliníku (100% hliník odpovídá dentinu a 200% hliník odpovídá sklovině).

INDIKACE K POUŽITÍ:
- Přímé přední/zadní výplně (včetně okluzních ploch) a fazety
- Výplně z jádru zubu.
- Nepřímé inlaye, onlaye a fazety
- Dlahy
- Kompozitní a porcelánové opravy
- Sendvičová technika se skloionomery

KONTRAINDIKACE:
- **Nepoužívejte**, pokud nelze vytvořit suché pracovní pole.
- **Nepoužívejte** k překrytí pulpy.
- Aplikujte s odstupem alespoň 1 mm od pulpy.
- **Nepoužívejte** výrobek v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol.
- **Nepoužívejte** u osob, které mají alergii na akryl nebo u nichž se vyskytla alergická reakce na materiál tohoto výrobku.

POZNÁMKA: Tento výrobek může u některých osob způsobit podráždění kůže. V takových případech ukončete použití výrobku a vyhledejte lékařskou pomoc.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY:
- Místa v okolí zubní dřeně musí být chráněna vhodným prostředkem na ochranu zubní dřeně/dentinu, aby se předešlo možnému podráždění (v místech v blízkosti zubní dřeně selektivně aplikujte přípravek na bázi hydroxidu vápenatého).
- Složky materiálu Luna 2 mohou ve vzácných případech způsobit senzibilizaci. V těchto případech by se materiál Luna 2 neměl používat.

INTERAKCE:
- Látky obsahující eugenol mohou inhibovat proces polymerace kompozitních materiálů. Tyto látky se proto nesmí používat ve spojení se systémem Luna 2.
- Použití chlorhexidinu, kationtových ústních vod a látek pro detekci plaku může způsobit změnu zbarvení.

NÁVOD K POUŽITÍ: DOPORUČENÍ:
1. Vyčistěte a izolujte zub pomocí standardních technik a nástrojů. Preferovaný způsob izolace zubu je kofferdam.
2. Měla by být připravena konzervativní kavita s použitím standardních technik a nástrojů, aby vznikla mírně zaoblená vnitřní forma. Okraje připravené kavity by měly končit zdravou sklovinou s dostatečnou podporou a bez zkosení v místech, kde je zub namáhán. Pokud je požadováno zkosení v místě s nízkým namáháním, nemělo by přesahovat 1 mm při úhlu ne větším než 45 °C. Také je doporučeno předem připravit klínek, aby měl obnovený zub adekvátní kontaktní bod.
3. Profylakticky ošetřete všechny leptané povrchy včetně povrchů přiléhajících ke kavitě bezolejovou pastou bez obsahu fluoridů nebo kaší z pemzy a vody.
4. Důkladně opláchněte vodou.

Výběr odstínu:
5. Před výběrem barevných odstínů musí být povrch zubu čistý a suchý. Nevysušujte.
6. Vyberte odstín před umístěním kofferdamu pomocí vodítka barevných odstínu VITA®.

POZNÁMKA: K porovnání barev nepoužívejte nevytvrzenou pastu, protože po vytvrzení dochází k mírné změně barevného odstínu.

Doporučení: Pokud se odstín dvou sousedních zubů výrazně liší, snažte se sladit se světlejším odstínem. Pro vizuální potvrzení zvoleného odstínu naneste malé množství kompozitu na vedlejší povrch zubu a před bondováním nechte mírně vytvrdnout.

Izolace:
Aby se zabránilo kontaminaci, je nutné použít izolační techniku. Preferovaný způsob izolace zubu je kofferdam. Nepoužívejte, pokud nelze vytvořit suché pracovní pole.

Přímá výplň
7. Leptaný povrch důkladně vysušte suchým vzduchem bez oleje. K leptání povrchu zubu použijte techniku „selective etch" nebo „total etch" 37% kyselinou fosforečnou podle pokynů výrobce nebo přejděte k následujícím krokům, pokud používáte techniku samoleptání (self-etch).
8. Důkladně opláchněte vodou.
9. Odstraňte přebytečnou vodu. Udržujte vlhké. Zabraňte kontaminaci například slinami.
10. Naneste bondovací činidlo, například Ziplond (SDI Limited), podle pokynů výrobce tak, aby došlo k saturaci všech vnitřních povrchů.
11. Rozmístěte kompozit v rozestupech 2 mm nebo méně.
   POZNÁMKA: Pokud používáte stříkačkový systém, po každém použití otočte šroubovací zátku proti směru hodinových ručiček o polovinu otáčky, aby se uvolnil jakýkoliv zbytkový tlak.
   POZOR: Komplet Luna 2 musí být kompatibilní s aplikátorem, například s aplikátorem Premium Complet Applicator (SDI Limited). Komplet musí být pevně a bezpečně připevněn k aplikátoru.
   POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte regenerační prostředek při normální pokojové teplotě (23 ± 1 °C).
12. Každý přírůstek vytvrzujte světlem pomocí vhodné vysoce účinné polymerační LED lampy (vlnová délka 400–480 nm s minimální intenzitou světla 1 000 mW/cm²), jako je Radii-Cal CX (SDI Limited), po dobu nejméně 20 sekund pro světlé odstíny (všechny odstíny kromě OA2, OA3, OA3.5) resp. nejméně 40 sekund pro neprůhledné odstíny (OA2, OA3, OA3.5).
13. Dokončete výplň pomocí standardních technik. Poučte pacienta, že nemá nic jíst ani pít alespoň jednu hodinu po zákroku.

POZNÁMKA: Při dokončování vyplňovacích prací se doporučuje provádět chlazení vodním sprejem a efektivní odsávání vždy, kdy je to možné.

Doplňující poznámky:
Komplety Luna 2 jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití vede ke křížové kontaminaci.

SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ
- Chraňte před nadměrným teplem.
- Uchovávejte při teplotě 2 až 25 °C.
- Pro zajištění optimální čerstvosti je vhodné uchovávat výrobek v chladničce. Teplota produktu během použití by se měla pohybovat v rozmezí 20 až 25 °C.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
- Dlouhodobý kontakt materiály a kompozit nesmí být po dešti dobu ve styku s pokožkou nebo ústními měkkými tkáněmi, aby nedošlo k jejich podráždění nebo zanícení.
- Produkt by se neměl používat u pacientů se známou citlivostí na daný materiál nebo s alergickými reakcemi na daný produkt.
- Pouze pro odborné použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neužívejte vnitřně.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Nevystavujte materiál přímému světlu (okolní světlo nebo provozní osvětlení zubní ordinace může spustit polymeraci).

POZOR: Federální zákony (USA) povolují prodej tohoto zdravotnického prostředku pouze zubním lékařům nebo na předpis zubního lékaře.

PRVNÍ POMOC
- Při zasažení očí: Důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží: Odstraňte zbytky materiálu z kůže pomocí hadříku nebo houby namočené v lihu. Důkladně opláchněte vodou.
- Při požití: Vypláchněte ústa vodou a vypijte vodu. Vypijte velké množství vody/mléka. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pokud příznaky podráždění přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při vdechnutí: Za normálních podmínek použití se neočekávají žádné příznaky. V případě postižení se přesuňte na dobře větrané místo.

Pokud dojde k závažnému incidentu způsobenému tímto výrobkem, nahlaste daný incident výrobci a příslušnému úřadu ve vašem státě nebo zemi.

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Bezpečnostní list je k dispozici na www.sdi.com. au nebo v vašeho regionálního zástupce.

DAN BRUGS-ANVISNING

TILSIGTET BRUG:
Luna 2 er designet til at genoprette forreste og bageste tænder af personer i tandlægebranchen.
Luna 2 er beregnet til at genoprette forreste og bageste tænder af personer i tandlægebranchen.
Luna 2 universal kompositt er en røntgentæt lyshærdet, kondenserbar og lavt krympende kompositt. Luna 2 tilbyder håndtering der ikke klæber, polerbarhed og styrke til både anteriore og posteriore genopretninger. Type 1, klasse 2, polymerbaseret genoprettende materiale aktiveret af ekstern energi intraoralt ; ifølge ISO4049:2019.

SAMMENSÆTNING:
Dimethacrylater (24% wt) (44% vol)
- Urethan-dimethacrylat
- Triethylenglycol dimethacrylat
- Tricyclodecanedimethanol dimethacrylate

Fyldstoffer (76 % wt) (56 % vol)
(0,04 – 1,5 mikron)
- Strontium glas
- Siliciumdioxid (hydrofobisk pyrogen silica)
- Ytterbium Trifluoride

Initiatorer (< 1%)
Stabilisatorer (< 1%)
Pigmenter (< 1%)

Luna 2 kompositter er røntgenfast med cirka 250 % aluminium (100 % aluminium har en røntgenfasthed svarende til dentin og 200 % aluminium svarer til emalje).

INDIKATIONER FOR BRUG:
- Direkte forreste/bageste genopretninger (herunder okklusale overflader) og forsegleglatter.
- Kerneopbygninger.
- Indirekte indlæg, overlaegninger og facader.
- Splinting.
- Reparation af kompositt og porcelæn.
- Sandwichteknik med glasionomerer.

KONTRAINDIKATIONER:
- **Må ikke** bruges, hvis der ikke kan skabes et tørt område.
- **Må ikke** bruges til pulp capping.
- **Må ikke** anvendes inden for 1 mm fra tandkødet.
- Brug ikke sammen med enhver eugenolholdige materialer.
- **Må ikke** anvendes til personer, der er allergiske over for akryl, eller som tidligere har haft en allergisk reaktion på materialet i dette produkt.

BEMÆRK: Dette produkt kan forårsage hudirritationer hos nogle personer. I sådanne tilfælde skal du afbryde brugen og søge lægehjælp.

BIVIRKNINGER:
- Områderne omkring pulpa skal beskyttes med en egnet pulpa-/tandbeskytter for at forhindre potentiel irritation (påfør selektivt et calciumhydroxidbaseret præparat i områder nær pulpa).
- Komponenterne i Luna 2 kan i sjældne tilfælde forårsage overfølsomhedsreaktioner. I sådanne tilfælde bør Luna 2 ikke anvendes.

INTERAKTIONER:
- Eugenol-holdige stoffer kan hæmme polymerisationsprocessen for kompositmaterialerne. Derfor skal det undgås at bruge sådanne materialer sammen med Luna 2.
- Brugen af klorhexidin, kationiske ikundskylleevand og plak-afslørende stoffer kan medføre misfarvning.

BRUGERVEJLEDNING ANBEFALINGER:
1. Rengør og isoler tanden ved at bruge standardteknikker og -instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isoleringsform.
2. Der skal forberedes et bevarende hulrum med standardteknikker og instrumenter til dannelse af en let afrundet intern form. Margener i hulrumsforberedelsen skal ende med fast og understettet emalje uden affasning i de belastningsbærende placeringer. Hvis affasning ønskes i et sted med lav belastning, må det ikke strække sig længere end 1 mm i en vinkel, som ikke er større end 45°. Forkilning anbefales også for at sikre, at den restaurerede tand har et passende kontaktpunkt.
3. Forbered alle overflader, der skal bleges, inklusive overflader, der støder op til hulrummet med en oliefri ikke-fluorholdig pasta eller en opslæmning af pimpsten og vand
4. Vask grundigt med vand.

Vælg nuance
5. Du skal tørke at tandens overflade er ren og tør for farvematchning. Må ikke udtørre.
6. Brug en VITA® nuance tabelvejledning til at vælge din nuance før placeringen af kofferdam.

BEMÆRK: Brug ikke uhærdet pasta til farvetilpasning, da der er en lille farveændring efter hærdning.

Anbefalinger:
Når de tilstødende tænder er væsentligt forskellige i nuancen så prøv at matche den lysere nuance. For visuel bekræftelse af nuancen du har valgt, kan du placere en lille mængde af sammensætningen du valgte på de omgivende tænders overflader og lyshærde for binding.

Isolering:
Isoleringsteknikker skal bruges til at forebygge kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isoleringsform. Må ikke bruges, hvis der ikke kan etableres et tørt område.

Direkte restaurering
7. Tør overfladen, der skal ætses, grundigt med tør, oliefri luft. Æts tandens overflade med "selective etch" eller "total etch" teknik med 37 % fosforsyre i henhold til producentens vejledning eller gå videre til de følgende trin, hvis der bruges "self etch" teknik.
8. Vask grundigt med vand.
9. Fjern overskydende vand. Skal holdes fugtig. Undgå forurening f.eks.spyt
10. Påfør bindemiddel såsom Ziplond (SDI Limited), i henhold til producentens anvisninger, til at imprægnere alle indvendige overflader.
11. Anbring kompositter i forøgelser på 2 mm eller mindre.
   BEMÆRK: Hvis du bruger sprøjtesystemet, skal du dreje skruestempel mod uret en halv omgang efter hver brug for at frigøre et eventuelt opbygget tryk.
   FORSIGTIG: Luna 2 complet skal være forenelig med complet applikatoren, som for eksempel Premium Complet Applicator (SDI Limited). Complet skal være sikkert fastgjort til applikatoren.
   BEMÆRK: For de bedste resultater skal der påføres genoprettende materiale ved normal stuetemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
12. Lysbehandel hver stigning i mindst 20 sekunder ved at bruge et passende LED lys (400-480nm bølgelængde med et minimalt lysintensitet på 1.000 mW/cm) som for eksempel Radii-Cal CX (SDI Limited) til nuancer (alle nuancer undtagen OA2, OA3, OA3.5) og i mindst 40 sekunder til nuancer (OA2m OA3, OA3.5)
13. Afslut restaureringen ved brug af standardteknikker. Instruer patienten i ikke at spise eller drikke noget i mindst en time efter proceduren.
   BEMÆRK: Nedkøling med vandspray og effektiv sugning når det er muligt, når restaureringen afsluttes anbefales.

Yderligere bemærkninger:
Luna 2 complets er kun til engangsbrug. Genbrug vil resultere i krydskontaminering.

OPBEVARING OG HÅNDTERING
- Undgå overdreven varme.
- Opbevares ved stuetemperatur mellem 2 °C og 25 °C (35 °F - 77 °F).
- For optimal friskhed er afkøling valgfri. Produkttemperaturen skal være mellem 20° og 25°C (68° og 77°F), når den bruges.

FORHOLDSREGLER
- Undgå langvarig kontakt mellem ætsemiddel, klæbemiddel og kompositt med huden eller det orale væv, da det kan forårsage betændelse i det orale væv eller hudsensibilisering.
- Patienter med kendt overfølsomhed eller allergiske reaktioner til dette produkt må ikke bruge det.
- Kun til professionel brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Må ikke indtages.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Udsæt ikke materialet for direkte lys (polymerisering kan blive startet af omgivende belysning eller dental operationslampe).

ADVARSEL: Forbundsloven begrænser dette udstyr til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.

FØRSTEHJÆLP
- **Øjne (kontakt):** Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- **Hud (kontakt):** Fjern med en klud eller svamp, som er gennemblødt med alkohol. Vask grundigt med vand.
- **Indtagelse:** Skyl munden grundigt med vand. Drik rigeligt med vand/mælk. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp hvis symptomer er blevet synlige.
- **Indånding:** Der forventes ingen symptomer under normale brugsforhold. Hvis påvirket, flyt til et godt ventileret område.

Hvis der er opstået en alvorlig hændelse på grund af dette produkt, bedes du rapportere denne hændelse til producenten af dette produkt og til den kompetente myndighed i din stat eller dit land.
Bortskaf i henhold til lokale regler. SDS er tilgængelig på www.sdi.com.au eller kontakt din regionale repræsentant.

DEU GEBRAUCHS-ANWEISUNG

VERWENDUNGSZWECK:
Luna 2 dient zur Restauration von Front- und Seitenzähnen durch Zahnärzte. Luna 2 ist ein Material zur Restauration von Front- und Seitenzähnen durch Zahnärzte. Luna 2 Universalkomposit ist ein röntgenopakes, lichthärtendes, stopfbares und schrumpfungsarmes Komposit. Luna 2 bietet nichtklebriges Handling, Polierbarkeit und Festigkeit für Restaurationen von Front- und Seitenzähnen. Polymerbasierendes Restaurationswerkstoff, Typ 1, Klasse 2, zur intraoralen äußeren Energieaktivierung, gemäß ISO 4049:2019.

ZUSAMMENSETZUNG:
Dimethacrylate (24 Gew.-%) (44 Vol.-%)
- Urethandimethacrylat
- Triethylenglycoldimethacrylat
- Tricyclodecandimethanol-dimethacrylat

Füller (76 Gew.-%) (56 Vol.-%)
(0,04 – 1,5 µm)
- Strontium-Glas
- Siliziumdioxid (hydrophobes pyrogenes SiO2)
- Ytterbiumtrifluorid

Initiatoren (< 1 %)
Stabilisatoren (< 1 %)
Pigmente (< 1 %)

Das Komposit Luna 2 hat eine Röntgenopazität von ca. 250 % Aluminium (100 % Aluminium entspricht der Röntgenopazität von Dentin, 200 % Aluminium entspricht dem Wert von Schmelz).

INDIKATIONEN:
- Direkte Front-/ Seitenzahnrestaurationen (inklusive Okklusalflächen) und Veneers
- Stumpfaufbauten.
- Indirekte Inlays, Onlays und Veneers
- Schienungen
- Reparaturen von Komposit und Keramik
- Sandwich-Technik mit Glasionomeren

KONTRAINDIKATIONEN:
- **Nicht verwenden**, wenn keine Trockenlegung möglich ist.
- **Nicht** zur Pulpaüberkappung **verwenden.**
- **Nicht** innerhalb von 1 mm Abstand zur Pulpa **verwenden.**
- **Nicht** in Verbindung mit eugenolhaltigen Materialien **verwenden.**
- **Nicht** bei Personen mit Acrylat-Allergie oder allergischen Reaktionen auf Inhaltsstoffe des Produkts **verwenden**.

HINWEIS: Das Produkt kann bei manchen Personen Hautreizungen auslösen. In diesen Fall Gebrauch einstellen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

NEBENWIRKUNGEN:
- Pulpanahe Bereiche sollten mit einem geeigneten Pulpa-/ Dentinschutz behandelt werden, um eine mögliche Reizung zu vermeiden (auf pulpanahe Flächen gezielt ein Präparat auf Calciumhydroxid-Basis aufbringen).
- Die Bestandteile von Luna 2 können in seltenen Fällen eine Sensibilisierung auslösen. In diesen Fällen sollte Luna 2 nicht verwendet werden.

WECHSELWIRKUNGEN:
- Eugenolhaltige Materialien können die Polymerisation von Kompositen hemmen. Solche Materialien dürfen nicht in Verbindung mit Luna 2 verwendet werden.
- Die Anwendung von Chlorhexidin, kationischen Mundspülungen und Plaque-Revelatoren kann zu Verfärbungen führen.

GEBRAUCHSANWEISUNG: EMPFEHLUNGEN:
1. Zahn mit Standardtechniken und -instrumenten isolieren. Ein Kofferdam eignet sich am besten zur Isolation.
2. Mit Standardtechniken und -instrumenten eine substanzschonende, innen leicht abg

száj szöveteivel, mivel ez a szöveteket gyulladását vagy bőrérzékenységet okozhatja.
- A termék anyagába érzékeny vagy arra allergiás betegek ne használják.
- Kizárólag szakember általi használatra.
- Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol!
- Ne nyelje le.
- Ne használja a lejárati időn túl.
- Ne tegye ki közvetlen fénynek az anyagot (a polimerizáció elindulhat környezeti világítás vagy a fogászati lámpa fényének hatására).

VIGYÁZAT: A szövetségi törvények szerint az eszköz csak fogorvos által vagy fogorvosi rendelvényre értékesíthető.

ELSŐSEGÉLY

- **Szembe kerülés esetén:** Alaposan öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.
- **Bőrre kerülés esetén:** Alkohollba áztatott ruhával vagy szivacccsal távolítsa el. Alaposan mossa le vízzel.
- **Lenyelés esetén:** Alaposan öblítse ki a száját vízzel és kapjon ki. Igyon sok vizet/teljet. NE hánytassa magát. Forduljon orvoshoz.
- **Belégzés esetén:** Normál felhasználási körülmények között nem várhatók tünetek. Belégzés esetén menjen jól szellőző helyre.

Ha a termék miatt súlyos baleset történt, kérjük, jelentse az esetet a termék gyártójának és az On államában vagy országában illetékes hatóságnak.

A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítás. A biztonsági adatlapot megtalálja a www.sdi.com.au internetes oldalon vagy lépjen kapcsolatba a regionális képviselővel.

ITA ISTRUZIONI PER L'USO

USO PREVISTO:
Luna 2 è stato progettato per il restauro dei denti anteriori e posteriori dei dentisti odontoiatri. Luna 2 è destinato al restauro dei denti anteriori e posteriori da parte di professionisti del settore odontoiatrico. Il composito universale Luna 2 è un materiale radiopaco fotopolimerizzabile, condensabile e a basso ritiro. Luna 2 è un materiale maneggevole e non aderente che consente un'ottima capacità di lucidatura e resistenza per restauri della dentatura anteriore e posteriore.
Tipo 1, Classe 2, materiale da restauro a base di polimeri attivato da energia esterna per via intraorale; secondo la norma ISO4049:2019.

COMPOSIZIONE:
Dimetacrilati (24% peso) (44% volume)
- Urethane dimethacrylate
- Triethylene glycol dimethacrylate
- Tricyclodecanedimethanol dimethacrylate

Riempitivi (76% peso) (56% volume) (0,04 – 1,5 micron)
- Strontium glass
- Silicon dioxide (hydrophobic fumed silica)
- Ytterbium trifluoride

Iniziatori (< 1%)
Stabilizzatori (< 1%)
Pigmenti (< 1%)

Il composito Luna 2 è radiopaco con circa il 250% di alluminio (il 100% di alluminio ha una radiopacità equivalente a quella della dentina e il 200% a quella dello smalto).

INDICAZIONI PER L'USO:
- Restauri diretti anteriori/posteriori (comprese le superfici occlusali) e faccette.
- Costruzioni del nucleo.
- Inlay, onlay e faccette indirette.
- Splintaggio.
- Riparazione di composito e porcellana.
- Tecnica sandwich con vetroionomeri

CONTROINDICAZIONI:
- Non utilizzare se non è possibile avere un campo asciutto.
- **Non** utilizzare per l'incapsulamento della polpa.
- **Non** utilizzare a meno di 1 mm dalla polpa.
- **Non** utilizzare in combinazione con materiali contenenti eugenolo.
- **Non** utilizzare in caso di allergia agli acrilici o di reazioni allergiche al materiale di questo prodotto.
- **NOTA:** il prodotto può causare irritazione cutanea in alcune persone. In questi casi, interrompere l'uso e consultare un medico.

EFFETTI COLLATERALI:
- Le aree intorno alla polpa devono essere protette con un protettore pulpare/dentinale adeguato, come un liner di idrossido di calcio, per evitare qualsiasi potenziale irritazione.
- I componenti di Luna 2 possono, in rare occasioni, causare sensibilizzazione. In questi casi, Luna 2 non deve essere utilizzato.

INTERAZIONI:
- Le sostanze contenenti eugenolo possono inibire il processo di polimerizzazione dei materiali compositi. Pertanto l'uso di tali materiali in combinazione con Luna 2 deve essere evitato.
- L'uso di clorexidina, collutori cationici e sostanze per la rilevazione della placca può provocare una decolorazione.

ISTRUZIONI PER L'USO: RACCOMANDAZIONI:
1. Pulire le lastre e le superfici dente utilizzando tecniche e strumenti standard. La diga in lattice è la modalità preferita.
2. Deve essere preparata una cavità conservativa, utilizzando tecniche e strumenti standard, per formare una forma interna leggermente arrotondata. I margini della preparazione della cavità devono terminare in smalto solido e supportato senza smussi nelle zone di sollecitazione. Se si desidera eseguire lo smusso in una zona a bassa sollecitazione, esso non deve estendersi oltre 1 mm con un angolo non superiore a 45°. Si raccomanda inoltre di effettuare il pre-wedging per garantire che il dente restaurato abbia un punto di contatto adeguato.
3. Pulire lutte le superfici da mordenzare, comprese le superfici adiacenti alla cavità, con un materiale privo di olio e fluoro contenente pasta o un impasto di pomice e acqua.
4. Sciacquare abbondantemente con acqua.

Selezione della tonalità:
5. Assicurarsi che la superficie del dente sia pulita e asciutta prima dell'abbinamento cromatico. Non essiccare.
6. Utilizzare la scala colori VITA® per selezionare la tonalità prima di posizionare la diga in lattice.

NOTA: non utilizzare la pasta non polimerizzata per l'abbinamento cromatico, poiché la polimerizzazione provoca un leggero cambiamento di colore.

Raccomandazione:
Se i denti adiacenti presentano colori estremamente diversi, prediligere le tonalità più chiare. Per la costruzione della nel colore selezionato, posizionare piccole quantità di composito sulla superficie dentale circostante e fotopolimerizzare prima dell'adesione.

Isolamento:
Devono essere utilizzate tecniche di isolamento per evitare la contaminazione. La diga in lattice è la modalità preferita. Non utilizzare se non è possibile creare un campo asciutto.

Restauro diretto
7. Asciugare accuratamente la superficie da mordenzare con aria secca e priva di olio. Mordenzare la superficie del dente con la tecnica della "mordenzatura selettiva" o della "mordenzatura totale" con acido fosforico al 37% secondo le istruzioni del produttore, oppure procedere alle fasi successive se si utilizza la tecnica dell'"automordenzatura".
8. Lavare accuratamente con acqua.
9. Rimuovere l'acqua in eccesso. Mantenere umido. Evitare la contaminazione, ad esempio saliva.
10. Applicare l'agente legante, come Zipbond (SDI Limited), secondo le istruzioni del produttore. Non saturare tutte le superfici interne.
11. Posizionare il composito in incrementi di 2 mm o meno. **NOTA:** se si utilizza il sistema a siringa, dopo ogni uso ruotare in senso antiorario di mezzo giro lo stantuffo a vite, così da rilasciare l'eventuale pressione creatasi.

⚠**ATTENZIONE:** il composito Luna 2 deve essere compatibile con l'applicatore, come il Premium Complet Applicator (SDI Limited). Il composito deve essere fissato saldamente e in modo sicuro all'applicatore.
12. Fotopolimerizzare ogni incremento per almeno 20 secondi utilizzando una lampada polimerizzante a LED ad alta potenza (lunghezza d'onda 400-480 nm con un'intensità luminosa minima di 1.000 mW/cm²) come Radii-Cal CX (SDI Limited) per le tonalità chiare (tutte tranne OA2, OA3, OA3.5) e almeno 40 secondi per quelle opache (OA2, OA3, OA3.5).
13. Terminare il restauro utilizzando tecniche standard. Ricordare al paziente di non mangiare o bere nulla per almeno un'ora dopo la procedura.

NOTA: Si raccomanda di raffreddare con acqua nebulizzata e di aspirare efficacemente, laddove possibile, quando si rifinisce il restauro.

Note aggiuntive:
ⓘ I compositi Luna 2 sono monouso. Il riutilizzo comporta una contaminazione incrociata.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
- Evitare l'eccesso di calore.
- Conservare a temperature comprese tra 10° e 25°C (50° - 77°F).
- Per una freschezza ottimale, è possibile ricorrere alla refrigerazione (facoltativa). La temperatura del prodotto deve essere compresa tra 20° e 25°C (68° e 77°F) quando viene utilizzato.

⚠**PRECAUZIONI:**
- Evitare il contatto prolungato degli agenti leganti e del composito con la pelle e i tessuti molli del cavo orale, in quanto può causare infiammazione di tali tessuti o sensibilizzazione cutanea.
- I pazienti con elevata sensibilità nota o reazioni allergiche a questo prodotto non devono utilizzarlo.
- Solo per uso professionale
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non applicare internamente.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non esporre il materiale alla luce diretta (la polimerizzazione può essere avviata dall'illuminazione dell'ambiente o dall'illuminazione dello studio).

ATTENZIONE: La Legge Federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su ordine di un dentista.

PRIMO SOCCORSO
- **Occhi (contatto):** sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- **Pelle (contatto):** rimuovere con una garza o una spugna imbevuta di alcol. Sciacquare accuratamente con acqua.
- **Ingestione:** sciacquare bene la bocca. Bere molta acqua o latte. NON inurire il vomito. Se i sintomi persistono consultare un medico.
- **Inalazione:** non si prevedono sintomi nelle normali condizioni d'uso. Se necessario, spostarsi in un'area ben ventilata.

Se si verifica un incidente grave a causa di questo prodotto, segnalarlo al produttore del prodotto e alle autorità competenti del proprio Stato o Paese.

Smaltire in conformità alle normative locali. Per le schede su dati e sicurezza visitare il sito www.sdi.com.au o contattare il rappresentante regionale.

LIT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PASKIRTIS:
„Luna 2" sukurta specialistams naudoti restauruojant priekinius ir užpakalinius dantis. „Luna 2" skirta specialistams naudoti restauruojant priekinius ir užpakalinius dantis. „Luna 2" universalus kompozitas yra šviesoje kietėjantis spindulinei energijai nepralaidus, ašpaudžiamas ir mažai susitraukiantis kompozitas. „Luna 2" sklo reiškinys bei poliuojamąjį ir tvirtą medžiagą tiek priekinių, tiek užpakalinių dantų restauravimui. 1 tipo, 2 klasės, polimero pagrindo pagaminta restauracinė medžiaga, aktyvuojama šviesos energija per burną; atitinka ISO4049:2019 standartą.

SUDĖTIS:
Dimetakrilatai (24 % masės)
(44 % tūrio)
- Uretano dimetakrilatas
- Tietilieno glikolio dimetakrilatas
- Trickiklodekseginetanolio dimetakrilato

plombos (76 % masės) (56 % tūrio)
(0,04–1,5 mikronų)
- Stroncio stiklas
- Silicio dioksidas (hidrofobinis dūminis silicio dioksidas)
- Iterbio trifluorido

inicijatoriai (< 1 %)
Stabilizatoriai (< 1 %)
Pigmentai (< 1 %)

„Luna 2" kompozitas yra atsparus radiacijos spinduliams apie 250 % (100 % aluminio atitinka dentino, o 200 % aluminio atitinka emalio neprataidumą spindulinei energijai).

NAUDOJIMO INDIKACIJOS:
- Tiesioginėms priekiniu ir (arba) užpakalinių dantų restauracijoms (įskaitant okliuzinius paviršius) ir laminatėms.
- Pagrindiniu dalių kūrimas
- Netiesioginės inkrustacijos, onkrustacijos ir laminatės.
- Sutvirtinimas.
- Kompozito ir porceliano restauravimas.
- Daugiasluoksnis metodas su stiklo jonomeru.

KONTRAINDIKACIJOS
- **Nenaudokitė**, jei negalima sukurti sausos vietos.
- **Nenaudokite** pulpai uždengti.
- **Nenaudokite** arčiau nei 1 mm atstumu nuo pulpos.
- **Nenaudokite** kartu kitomis medžiagomis, kurių sudėtyje yra eugenolio.
- **Nenaudokite** žmonėms, kurie yra alergiški akriliui arba kuriems pasireiškia alerginės reakcijos į šio preparato medžiagą.

PASTABA. Kai kuriems žmonėms šis preparatas gali sudirginti odą. Tokiu atveju nutraukite preparato naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.

ŠALUTINIAI POVEIKIAI:
- Aplink pulpą esančias vietas reikia apsaugoti tinkamu pulpos ir dantenų apsauginiu preparatu, siekiant išvengti bet kokio galimo dirginimo (naudokite kalcio hidroksido pagrindu pagamintą preparatą tose vietose, kurios yra netoli pulpos).
- Labai retai „Luna 2" komponentai gali sukelti jautrumą. Tokiu atveju „Luna 2" naudoti negalima.

SAVEIKA:
1. Eugenolio turinčios medžiagos gali slopinti kompozitinių medžiagų polimerizacijos procesą, todėl reikėtų vengti naudoti tokias medžiagas kartu su „Luna 2".
2. Naudojant chlorheksidiną, katijoninius burnos skalavimo skysčius ir apnašas atskleidžiančias medžiagas, spalva gali pakisti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: REKOMENDACIJOS:
1. Išvalykite ir poliuokite dantį naudojant standartinius metodus ir instrumentus. Padengimas guma yra geriausias apsaugos būdas.
2. Turi būti paruošta konservavimo ertmė, naudojant standartinius metodus ir instrumentus, kad susidarytų šiek tiek suapvalinta vidinė forma. Ertmės paruošimo kraštai turi baigtis stipriu ir stabiliu emaliu, nepaliekant nuožulnumų ties pirmyne vietose. Jei reikia nuožulnumo esant mažam taškiniam aptrovimui, jis turi tęstis ne daugiau kaip 1 mm ir ne didesniu kaip 45° kampu. Taip pat rekomenduojama iš anksto parengti tinkamą formą, kad atkurtas dantis turėtų tinkamą salyčio tašką.
3. Paruoškite visus ėsdintinus paviršius, įskaitant greta ertmės esančius paviršius, užpilant pastą, kurios sudėtyje nėra aliejaus nei fluorido, naudojant pemzos ir vandens suspensija.
4. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.

Atspalvio pasirinkimas:
5. Prieš parenkant spalvą įsitikinkite, kad dantis paviršius yra švarus ir sausas. Neperdžiovinkite.
6. Naudodami pateiktą „VITA®" atspalvio nustatymo lentelę, pasirinkite atspalvį prieš uždėdami guminę apsauginę priemonę.

PASTABA. Nenaudokite nesukietėjusios pastos spalvai parinkti, nes sukietėjusi spalva šiek tiek paskiečia.

Patarimas:
Jei gretimų dantų atspalviai labai skiriasi, stenkitės parinkti šviesesnį atspalvį. Norėdami vizualiai patvirtinti pasirinktą atspalvį, užtepkite nedidelį kompozito kiekį ant gretimo danties paviršiaus ir šviesoje sukietinkite prieš sujungdami.

Atskyrimas:
Norint išvengti užkrėtimo, reikia naudoti apsaugos metodus. Uždengimas guma yra geriausias apsaugos būdas. Nenaudokite, jei negalima sukurti sausos vietos.

Tiesioginė restauravimas
7. Kruopščiai išdžovinkite ėsdinamą paviršių sausu oru be tepalo. Ėsdinkite danties paviršių naudodami „selektyvaus ėsdinimo" arba „visiško ėsdinimo" metodą su 37 % fosforo rūgštimi pagal gamintojo instrukcijas arba atlikite nurodytus veiksmus, jei naudojate „savaiminio ėsdinimo" metodą.
8. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
9. Pašalinkite vandens perteklių. Palaikykite drėgmę. Venkite užteršimo, pvz. seilėmis.
10. Naudokite kljavimo priemonę, pavyzdžiui, „Zipbond Universal" („SDI Limited"), pagal gamintojo nurodymus, kad būtų prisotinti visi vidiniai paviršiai.
11. Kompozitą dėkite 2 mm ar mažesniais intervalais. **PASTABA.** Jei naudojate švirkštą, po kiekvieno naudojimo pusiau pasukite stūmokį prieš laikrodžio rodyklę, kad išleistumėte susikauptusį slėgį.

⚠**DĖMESIO.** „Luna 2 Complet" turi būti suderinamas su „Complet" aplikatoriumi, tokiu kaip „Premium Complet" aplikatorius („SDI Limited"). „Complet" turi būti tvirtai ir tinkamai pritvirtintas prie aplikatoriaus.
PASTABA. Norint gauti geriausius rezultatus, naudokite restauracinę priemonę normaliojo kambario temperatūroje (23 ± 1 °C) (arba 73 ± 2 °F)).
12. Šviesius atspalvius (visus atspalvius, išskyrus OA2, OA3, OA3.5) kietinkite šviesoje ne trumpiau kaip 20 sekundžių naudodami tinkamą didelės galios LED kietinimo šviesą (400–480 nm bangos ilgio ir ne mažesnio kaip 1000 mW/ cm² šviesos intensyvumo), pavyzdžiui, „Radii-Cal CX" („SDI Limited"), o nepermatomus atspalvius (OA2, OA3, OA3.5) – ne trumpiau kaip 40 sekundžių.
13. Restauraciją užbaikite taikydami standartinius metodus. Paaiškinkite pacientui, kad bent valandą po procedūros negalima nieko valgyti ir gerti. **PASTABA.** Rekomenduojama restauraciją baigti purškiant vėsiu vandeniu ir veiksmingai siurbiant, jei įmanoma.

Papildomos pastabos:
ⓘ „Luna 2 complets" skirti tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinis naudojimas gali sukelti kryžminį užteršimą.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS
- Venkite per didelio karščio.
- Laikykite 2–25 °C (35–77 °F) temperatūroje.
- Norint užtikrinti geriausią šviežumą, nebūtina laikyti šaldytuve. Naudojant preparatą, jo temperatūra turi būti nuo 20 °C iki 25 °C (68 ° F iki 77 °F).

⚠**ATSARGUMO PRIEMONĖS**
- Venkite ilgalaikio jungiamųjų medžiagų ir kompozito sąlyčio su oda ar burnos minkštaisiais audiniais, nes gali sukelti burnos minkštųjų audinių uždegimą arba odos jautrumą.
- Pacientai, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas medžiagoms arba alergės reakcijos šiam produktui, neturėtų jo naudoti.
- Tik specialiosiems tikslams. Saugoti nuo vaikų ir naminių gyvūnų.
- Tik išoriniam naudojimui.
- Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
- Nenaudokite šios medžiagos tiesioginėje šviesoje, kadangi kambario apšvietimas arba stomatologinio kabineto įrangos apšvitimas gali užvesti polimerizaciją.

ISPĖJIMAS: pagal JAV Federalinį įstatymą šią priemonę gali parduoti arba užsakyti tik odontologai.

PIRMOJI PAGALBA
- **Akių (kontaktas):** kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- **Kontaktas su oda:** nuvalykite sorite šluoslyta šluosta arba kempine. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
- **Prarijus:** išskalaukite burną vandeniu ir išspjaukite. Gerkite daug vandens ir (arba) pieno. Neskatinkite vėmimo. Kreipkitės į gydytoją.
- **Įkvėpus:** įprastomis naudojimo sąlygomis jokių simptomų neturėtų būti. Jei pasireiškė, pereikite į gerai vėdinamą vietą.

Jei dėl šios priemonės įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai priemonės gamintojui ir savo valstybės ar šalies kompetentingai institucijai.
Likutį išmeskite vadovaudamiesi šiose lėsiose aktuo. SDS (Saugos duomenų lapai) rasite www.sdi.com.au arba kreipkitės į savo regiono atstovą.

NOR BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUK
Luna 2 er utviklet for tannlger for å restaurere anteriore og posteriore tenner. Luna 2 er ment for tannlger for å restaurere anteriore og posteriore tenner.
Luna 2 universalkompositt er en røntgentett lysherdet, kondenserbar og lavkrympende kompositt. Luna 2 har god stick-håndtering, polerbarhet og styrke for både anteriore og posteriore konstruksjoner.
Type 1, klasse 2, polymerbasert konstruksjonsmateriale som aktiveres av ekstern energi intraoralt; i henhold til ISO4049:2019.

SAMMENSETNING:
Dimetakrylater (24 % vekt)
(44 % vol)
- Uretan-dimetakrylat
- Trietylenglykoldimetakrylat
- Tricyklodekanedimethanol dimetakrylat

Fyllstoffer (76 % vekt) (56 % vol)
(0,04–1,5 mikron)
- Strontium glass
- Silisiumdioksid (hydrofobisk pyrogen silika)
- Ytterbiumtrifluorid

Igangsettere (< 1 %)
Stabilisatorer (< 1 %)
Pigmenter (< 1 %)

Luna 2-kompositt er røntgentett med ca. 250 % aluminium (100 % aluminium har en røntgentettthet som tilsvarer dentin, og 200 % aluminium tilsvarer emalje).

INDIKASJONER FOR BRUK:
- Direkte anteriore/posteriore konstruksjoner (inkludert okklusale flater) og fasader.
- Kjerneoppbygginger
- Indirekte innlegg, pålegg og fasetter.
- Tannskinne.
- Kompositt- og porselenreparasjoner
- Sandwichteknikk med glassionomer.

KONTRAINDIKASJONER:
- **Ikke** bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.
- **Ikke** bruk til pulpakapping.
- **Ikke** bruk innenfor 1 mm fra pulpa.
- **Ikke** bruk sammen med eugenholdige materialer.
- **Må ikke** brukes til personer som er allergiske mot akryl eller som har allergiske reaksjoner på materialet i dette produktet.

MERK: Dette produktet kan forårsake hudirritasjon hos noen mennesker. I slike tilfeller må du avbryte bruken og oppsøke medisinsk hjelp.

BIVIRKNINGER:
- Områder rundt pulpaen bør beskyttes med en egnet pulpa-/dentin-beskytter for å forhindre potensiell irritasjon (påfør selektivt et kalsiumhydroksidbasert preparat i områder nær pulpaen).
- Komponentene i Luna 2 kan i sjeldne tilfeller forårsake sensibilisering. I disse tilfellene skal Luna 2 ikke brukes.

INTERAKSJONER:
- Eugenholdige stoffer kan hemme polymeriseringsprosessen til kompositttmaterialer. Derfor må bruk av slike materialer i forbindelse med Luna 2 unngås.
- Bruk av klorheksidin, kationisk munnvann og plakkavdekkende stoffer kan føre til misfarging.

BRUKSANVISNINGER: ANBEFALINGER:
1. Rengjør og isoler tannen ved bruk av standard teknikker og instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isolasjonsmåten.
2. En konservativ kavitet skal klargjøres ved bruk av standard teknikker og instrumenter for å damme en lett avrundet intern form. Kantene på kavitetsforberedelsen bør ende i friskt og støttet emalje uten skråkanter i områder med belastning. Hvis avfasing er ønsket på et sted med lavt stress, skal den ikke gå lenger enn 1 mm i en vinkel på ikke mer enn 45 °. Forhåndskiling anbefales også for å sikre at den gjenopprettede tannen vil ha et tilstrekkelig kontaktpunkt.
3. Profiler alle overflater som skal etses, inkludert overflater ved siden av kaviteten med en oljefri ikke-fluoridholdig pasta eller en masse av pimpstein og vann.
4. Skyll grundig med vann.

Nyansevalg
5. Kontroller at tannens overflate er ren og tørr før fargetilpasningen. Må ikke tørkes ut.
6. Bruk en VITA® fargeguide for å velge nyanse før plassering av kofferdam.

MERK: Ikke bruk uherdet pasta for fargenatching, da det skjer en liten fargeendring ved herding.

Anbefaling:
Når de tilstøtende tennene har betydelig forskjellig farge, gjør å matche den lyseste farger. For visuell bekreftelse av valgt farge, legg små mengder kompositt på en omkringliggende tannoverflate og herd med lys før binding.

Isolering:
Det må brukes isolasjonsteknikker for å forhindre kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten. Ikke bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.

Direkte restaurering
7. Tørk grundig overflaten som skal etses med tørr, oljefri luft. Ets tannoverflaten ved hjelp av «selektiv etsing» eller «totaletsing» med 37 % fosforsyre i henhold til produsentens instruksjoner, eller fortsett med følgende trinn hvis du bruker «selvetsing».
8. Skyll grundig med vann.
9. Fjern overflødig vann. Hold fukting. Unngå forurensning, f.eks. spytt.
10. Påfør bindingsmiddel, for eksempel Zipbond (SDI Limited), i henhold til produsentens instruksjoner for å mette alle innvendige overflater.
11. Plasser kompositt med avstander på 2 mm eller mindre. **MERK:** Hvis du bruker et sprøytesystem, må du etter hver bruk vri skrustempelet en halv omdreining mot urviseren for å frigjøre eventuelt oppsamlet trykk.

⚠**FORSIKTIG:** Luna 2-kompletten må være kompatibel med komplettapplikatoren, for eksempel Premium Complet Applicator (SDI Limited). Komplettet må festes godt og sikkert til applikatoren.
MERK: For best resultat, påfør restorativ ved normal romtemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F)
12. Lysherd hvert trinn i minst 20 sekunder ved hjelp av en egnet høyeffekts LED-herdelampe (400–480 nm bølgelengde med en minimums lysintensitet på 1000 mW/cm²), for eksempel Radii-Cal CX (SDI Limited) for lyse nyanser (alle nyanser unntatt OA2, OA3, OA3,5), og i minst 40 sekunder for ugjennomsiktige nyanser (OA2, OA3, OA3,5).
13. Fullfør restaureringen med standardteknikker. Instruer pasienten om å ikke spise eller drikke noe i minst en time etter prosedyren.
MERK: Det anbefales avkjøling med vannspray og effektiv suging når det er mulig under utførelsen av konstruksjonen.

Ytterligere merknader:
ⓘ Luna 2-komplettene er kun til engangsbruk. Gjenbruk vil resultere i krysskontaminering.

LAGRING OG HÅNDTERING
- Unngå overflødig varme
- Oppbevares ved temperaturer mellom 10° og 25 °C (50° - 77°F)
- For optimal friskhet er kjøling valgfritt. Produktetemperaturen bør være mellom 20° og 25 °C (68° og 77 °F) når den brukes.

⚠**FORHOLDSREGLER:**
- Unngå langvarig kontakt mellom bindingsmidler og kompositter og hudens eller munnslimhinnen, da dette kan forårsake betennelse i munnslimhinnen eller hudoverfølsomhet.
- Pasienter med allergi mot materialfølsomhet eller allergiske reaksjoner på dette produktet bør ikke bruke det.
- Kun for profesjonell bruk.
- Holdes utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Må ikke inntas.
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Ikke utsett materialet for direkte lys (polymerisering kan startes av omgivelseslys eller tannlegebelysning).

FORSIKTIG: Føderal lov begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en tannlege.

FØRSTEHJELP
- **Øye (ved kontakt):** Skyll grundig med vann og søk legehjelp.
- **Hud (ved kontakt):** Fjern med klut eller svamp tørket i alkohol. Skyll grundig med vann.
- **Inntak:** Skyll munnen med vann og spyt ut. Drikk rikelig med vann/melk. IKKE fremkall brekninger. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.
- **Innånding:** Ingen symptomer forventes under normale bruksforhold Hvis påvirket, flytt til et godt ventilert område.

Hvis en alvorlig hendelse har oppstått på grunn av dette produktet, vennligst rapporter denne hendelsen til produsenten av dette produktet, og til de kompetente myndighetene i din stat eller land.

Kast i samsvar med lokale forskrifter. SDS er tilgjengelig på www.sdi.com.au, eller du kan kontakte din regionale representant.

POL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEZNACZENIE:
Luna 2 to materiał zaprojektowany do odbudowy zębów w ocknku przednim i bocznym przez lekarzy dentystów. Luna 2 to materiał przeznaczony do odbudowy zębów w odcinku przednim i bocznym przez lekarzy dentystów.
Luna 2 to światłoutwardzalny, wiodczny na zdjęciach RTG, kondensoalny uniwersalny kompozyt charakteryzujący się niskim skurczem polimeryzacyjnym. Luna 2 nie przywiera do narzędzi, zapewnia łatwość polerowania i wytrzymałość zarówno w przypadku uzupełnień w odcinku przednim, jak i bocznym.
Materiał do uzupełnień na bazie polimerów klasy 2/typu 1 aktywowany wewnątrzustnie przez energię zewnętrzną zgodnie z normą ISO 4049.

SKŁAD:
Dimetacrylany (24% wagowo)
(44% obj.)
- Dimetakrylan uretanu
- Dimetakrylan glikolu trietylenowego
- Tricyklodekandimetanol

Wypełniacze (76% wagowo) (56% obj.) (0,04 – 1,5 mikrona)
- Szkło strontowe
- Ditlenek krzemu (hydrofobowa, zmatowiona, koloidalna krzemionka)
- Trifluorek iterbu

Inicjatory (< 1%)
Stabilizatory (< 1%)
Pigmenty (< 1%)

Kompozyt Luna 2 daje wysoki kontrast w obrazie RTG - 250% w porównaniu do aluminium (100% w porównaniu aluminium zapewnia kontrast rentgenowski ekwiwalentny do zębiny, a 200% w porównaniu do aluminium to ekwiwalent szkliwa).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
- Bezpośrednie uzupełnienia w odcinku przednim/bocznym (w tym powierzchnie okluzyjne) i licówki.
- Odbudowy zrębu.
- Pośrednie odbudowy typu inlay, onlay i licówki.
- Szynowanie.
- Naprawy uzupełnień kompozytowych i porcelanowych.
- Technika kanapkowa z użyciem glasjonomerów.

PRZECIWWSKAZANIA:
- **NIE** stosować w przypadku braku suchego pola zabiegowego.
- **NIE** stosować do przykrywania miazgi.
- **NIE** stosować w odległości mniejszej niż 1 mm od miazgi.
- **NIE** stosować w połączeniu z jakimkolwiek materiałami zawierającymi eugenol.
- **NIE** stosować u osób uczulonych na akryl lub reagujących alergicznie na materiał, z którego wytworzono produkt.

WAŻNE: U niektórych osób produkt może powodować podrażnienie skóry. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
- Obszary wokół miazgi należy zabezpieczyć odpowiednim ochraniaczem miazgi/zębiny, aby zapobiec potencjalnemu podrażnieniu (w pobliżu miazgi wybiórczo stosować preparat na bazie wodorotlenku wapnia).
- W rzadkich przypadkach składniki preparatu Luna 2 mogą powodować uczulenie. W takich przypadkach nie należy stosować preparatu Luna 2.

INTERAKCJE:
- Substancje zawierające eugenol mogą hamować proces polimeryzacji materiałów kompozytowych. Dlatego należy unikać stosowania takich materiałów w połączeniu z preparatem Luna 2.
- Stosowanie chlorheksydyny, płynów do płukania jamy ustnej z kationowymi środkami powierzchniowo-czynnymi oraz substancji ujawniających płytkę nazębną może powodować przebarwienia.

INSTRUKCJA:
ZALECENIA:
1. Oczyścić i wyizolować ząb z wykorzystaniem standardowych technik i narzędzi. Preferowanym sposobem izolacji jest koferdam.
2. Ubytek należy opracować z wykorzystaniem standardowych technik i przyrządów, tworząc lekko zaokrągloną formę wnętrza. Krawędzie opracowanego ubytku powinny przylegać do zdrowego i podpartego szkliwa bez skosów w miejscach naprężeń. Jeżeli ułożenie skośne jest pożądane w miejscu o niskich naprężeniach, nie powinno ono być większe niż 1 mm i pod kątem nie większym niż 45°. Zaleca się również klinowanie wstępne, aby upewnić się, że odbudowa zęba będzie mieć odpowiedni punkt styku.
3. Wygładzić wszystkie powierzchnie do wytrawiania, w tym powierzchnie przylegające do ubytku, z wykorzystaniem bezolejowej pasty niezawierającej fluoru lub zawiesiny pumeksu i wody.
4. Dokładnie wypłukać wodą.

Dobór odcienia:
5. Przed doborem koloru upewnić się, że powierzchnia zęba jest czysta i sucha. Nie wysuszać.
6. Wykorzystać kolornik VITA® do doboru odcienia przed założeniem koferdamu.

WAŻNE: Przy dopasowywaniu odcienia nie korzystać z nieutrzonej pasty, gdyż w trakcie utwardzania odcień lekko się zmienia.

Zalecenia:
W przypadku gdy sąsiednie zęby znacznie różnią się odcieniem dopasować się do jaśniejszego odcienia. Aby wizualnie potwierdzić prawidłowość doboru odcienia, umieścić niewielką ilość kompozytu na przylegającej powierzchni zęba i utwardzić światłem przed zastosowaniem bondu.

Izolacja:
Stosować odpowiednie techniki izolacji, by zapobiec zanieczyszczeniu. Preferowanym sposobem izolacji jest koferdam. Nie stosować w przypadku braku suchego pola zabiegowego.

Odbudowa bezpośrednia
7. Dokładnie oczyścić powierzchnię do wytrawiania suchym i czystym powietrzem. Wytrawiać powierzchnię zęba techniką wytrawiania selektywnego lub całkowitego 37% kwasem fosforowym zgodnie z instrukcją producenta lub przejść do kolejnych etapów w przypadku wyboru techniki samowytrawiania.
8. Dokładnie przepłukać wodą.
9. Usunąć nadmiar wody. Utrzymywać wilgotność. Unikać zanieczyszczenia np. śliną.
10. Nałożyć materiał wiążący, np. Zipbond (SDI Limited), zgodnie z instrukcją producenta i dokładnie pokryć wszystkie powierzchnie wewnętrzne.
11. Nakładać kompozyt w porcjach po 2mm lub mniej. **WAŻNE:** W przypadku korzystania ze strzykawki, po każdorazowym użyciu przekręcić tłok o pół obrotu w lewo w celu zwolnienia ewentualnego ciśnienia.

⚠**UWAGA:** Kompulika Luna 2 musi być kompatybilna z aplikatorem, jak np. Premium Complet Applicator (SDI Limited). Należy go mocno osadzić w aplikatorze.
WAŻNE: Najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu preparatu do uzupełnień w temperaturze pokojowej (23±1°C, 73±2°F).
12. Utwardzać każdą porcję materiału światłem przez przynajmniej 20 sekund odpowiednią lampą LED o dużej mocy (długość fali 440-480 nm i intensywność światła przynajmniej 1000 mW/ cm²), jak np. Radii-Cal CX (SDI Limited), w przypadku odcieni jasnych (wszystkie odcienie z wyjątkiem OA2, OA3, OA3.5) oraz przynajmniej 40 sekund w przypadku odcieni kryjących (OA2, OA3, OA3.5).
13. Wykończyć uzupełnienie standardowymi technikami. Poinstruować pacjenta, by nie jadł ani nie pił niczego przez co najmniej godzinę po zabiegu.
WAŻNE: Zaleca się chłodzenie strumieniem wody i możliwie skuteczne odsysanie podczas wykańczania uzupełnienia.

Uwagi dodatkowe:
ⓘ Kompiule Luna 2 są materiałami jednorazowego użytku. Ponowne użycie spowoduje zanieczyszczenie krzyżowe.**POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM ORAZ MAGAZYNOWANIE**
- Unikać nadmiernego ciepła.
- Przechowywać w temperaturze od 10° do 25°C (50° - 77°F).
- W celu zapewnienia optymalnej świeżości opcjonalnie można zastosować chłodzenie. Temperatura produktu powinna wynosić od 20° do 25°C (68° do 77°F) w chwili użycia.

⚠**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**
- Unikać długotrwałego kontaktu środków wiążących i kompozytu ze skórą lub tkankami miękkimi w obrębie jamy ustnej, ponieważ może to spowodować zapalenie tkanek miękkich jamy ustnej lub uczulenie skóry.
- Nie stosować u pacjentów wrażliwych na dany materiał lub reagujących alergicznie na produkt.
- Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie wystawiać materiału na bezpośrednie działanie światła (oświetlenie w otoczeniu lub z lampy zabiegowej może uruchomić polimeryzację).

UWAGA: Lokalne prawo ogranicza sprzedaż tego materiału – zakup dostępny wyłącznie dla lekarza dentysty lub na jego zamówienie.

**PIER