SDI AURA EASY

ENG UNIVERSAL COMPOSITE
BUL УНИВЕРСАЛЕН КОМПОЗИТ
CES UNIVERZÁLNÍ KOMPOZIT
DAN UNIVERSAL KOMPOSIT
DEU UNIVERSAL KOMPOSIT
ELL ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
FIN UNIVERSAALI YHDISTELMÄMUOVI
FRA COMPOSITE UNIVERSEL
HUN UNIVERZÁLIS KOMPOZIT
ITA COMPOSITO UNIVERSALE
LIT UNIVERSALUS KOMPOZITAS
NOR UNIVERSAL KOMPOSITT
POL UNIWERSALNY KOMPOZYT
POR RESINA COMPOSTA UNIVERSAL
RON MATERIAL COMPOZIT UNIVERSAL
SLK UNIVERZÁLNY KOMPOZIT
SPA COMPOSITE UNIVERSAL
SWE UNIVERSAL KOMPOSITT

Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, Australia

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734
Spain 00800 0225 5734
UK 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

EU REP
SDI Germany GmbH
Hansestrasse 85
51149 Cologne, Germany
T: +49 2203 9255 0

Last Revised: 07-2025

PAK41334 C

10°C 50°F 25°C 77°F — Allergies & Precautions — 0297 — MD — Rx only — Paper

ENG INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE
Aura Easy is designed to restore anterior and posterior teeth by dental professionals. Aura Easy is a light cured, radiopaque, high strength, universal composite designed to meet most of your aesthetic restorative needs with just four simple shades. Each Aura Easy shade is equally spaced out in colour intensity so that you can customise shades if needed. The Aura Easy range has a 2mm depth of cure. Type 1, Class 2, polymer based restorative material activated by external energy intra-orally; according to ISO4049:2019.

COMPOSITION:
Dimethacrylates (25% wt) (45% vol)
- Urethane dimethacrylate
- Bisphenol A-glycidyl methacrylate
- Triethylene glycol dimethacrylate
- Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate
- Dodecanediol dimethacrylate

Fillers (75%wt) (55% vol)
- Barium glass
- Silicon dioxide (hydrophobic fumed silica)

Initiators (< 1%)
Stabilisers (< 1%)
Pigments (< 1%)

Aura Easy composite is radiopaque with about 250% aluminium (100% aluminium has a radiopacity equivalent to that of dentin and 200% aluminium is equivalent to enamel).

INDICATIONS FOR USE:
- Direct anterior / Posterior restorations (including occlusal surfaces)
- Core build ups.
- Indirect inlays, onlays and veneers.
- Splinting.
- Sandwich technique with glass ionomers.

CONTRA-INDICATIONS:
- **Do not** use if a dry field cannot be established.
- **Do not** use for pulp capping.
- **Do not** use within 1mm from the pulp.
- **Do not** use in conjunction with any eugenol-containing materials.
- **Do not** use in anyone who has an allergy to acrylics or who has an allergic reaction to the material of this product.

NOTE: This product may cause skin irritation to some people. In such cases, discontinue use and seek medical attention.

SIDE EFFECTS:
- Areas around the pulp should be protected with a suitable pulp/dentin protector to prevent any potential irritation (selectively apply a calcium hydroxide-based preparation in areas near the pulp).
- The components of Aura Easy could, on rare occasions, cause sensitisation. In these cases, Aura Easy should not be used.

INTERACTIONS:
- Eugenol-containing substances may inhibit the polymerisation process of composite materials. Therefore, using such materials in conjunction with Aura Easy must be avoided.
- The use of chlorhexidine, cationic mouthwashes, and plaque-disclosing substances may result in discoloration.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Preparation recommendations:
1. Clean and isolate tooth employing standard techniques and instruments. Rubber dam is the preferred mode of isolation.
2. A conservative cavity should be prepared, employing standard techniques and instruments, to form a slightly rounded internal form. Margins of the cavity preparation should end in sound and supported enamel with no bevels in stress bearing locations. If bevelling is desired in a low stress location it should extend no further than 1mm at an angle of no greater than 45°. Pre-weding is also recommended to ensure that the restored tooth will have an adequate contact point.
3. Prophy all surfaces to be etched including surfaces adjacent to the cavity with an oil free non fluoride containing paste or a slurry of pumice and water.
4. Rinse thoroughly with water.

Shade Selection
5. Ensure the tooth surface is clean and dry before colour matching. Do not desiccate.
6. Use the Aura Easy shade guide to select your shade before placement of rubber dam.

NOTE: Do not use uncured paste for colour matching as there is a slight colour change upon curing.
NOTE: The Aura Easy range is most suitable for non-layering requirements where high aesthetics are not necessary.

Recommendation:
When the adjacent teeth are significantly different in shade, try to match the lighter shade. For visual confirmation of shade selected, place small amounts of composite on a surrounding tooth surface and light cure before bonding.

Approximate reference to VITA classical A1-D4® shades

AURA EASY SHADE	VITA EQUIVALENT
AE1	B1, A1
AE2	B2, D2, A2, C1
AE3	C2, D4, A3, D3, B3
AE4	A3.5, B4, C3, A4, C4

Isolation
Isolation techniques must be used to prevent contamination. Rubber dam is the preferred mode of isolation. Do not use if a dry field cannot be established.

Direct Restoration
7. Thoroughly dry the surface to be etched with dry, oil-free air. Etch tooth surface using the 'selective etch' or 'total etch' technique with 37% phosphoric acid according to the manufacturer's instructions, or proceed to the following steps if using 'self etch' technique.
8. Wash thoroughly with water.
9. Remove excess water. Keep moist. Avoid contamination e.g. saliva.
10. Apply bonding agent, such as Zipbond (SDI Limited), according to the manufacturer's instructions to saturate all internal surfaces.
11. Place composite in increments of 2mm or less.
NOTE: If using the syringe system, after each use, turn the screw plunger anti-clockwise half a turn to release any built-up pressure.
⚠ **CAUTION:** Aura Easy complet must be compatible with the complet applicator, such as the Premium Complet Applicator (SDI Limited). Complet must be firmly and securely attached to the applicator.
NOTE: For best results, apply restorative at normal room temperature (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
12. Light cure each increment for at least 20 seconds using a suitable high power LED curing light (400-480nm wavelength with a minimum light intensity of 1,000 mW/ cm²) such as Radii-Cal CX (SDI Limited).
13. Finish the restoration using standard techniques. Instruct patient not to eat or drink anything for at least one hour after the procedure.
NOTE: Cooling with water spray and effective suction whenever possible when finishing the restoration is recommended.

Additional notes:
Aura Easy complets are for single use only. Reuse will result in cross contamination.

STORAGE AND HANDLING
- Avoid excess heat.
- Store at temperatures between 10° and 25°C (50° - 77°F).
- For optimum freshness, refrigeration is optional. Product temperature should be between 20° and 25°C (68° and 77°F) when used.
- Syringe system: when not in use replace the cap tightly.

⚠ **PRECAUTIONS**
- Avoid prolonged contact of etchant, adhesive and composite with the skin or oral tissue, as it may cause inflammation of the oral tissues or skin sensitisation.
- Patients with known material sensitivity or allergic reactions to this product should not use it.
- For professional use only.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not take internally.
- Do not use after expiry date.
- Do not expose material to direct light (polymerisation may be started by ambient lighting or the dental operating light).

CAUTION: Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

FIRST AID
Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek medical attention.
Skin (contact): Remove using a cloth or sponge soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
Ingestion: Rinse mouth with water and discard. Drink plenty of water/ milk. Do NOT induce vomiting. Seek medical attention.
Inhalation: No symptoms expected under normal conditions of use. If affected, move to well ventilated area.

If a serious incident has occurred due to this product, please report this incident to the manufacturer of the product and to the competent authority in your state or country.

Dispose in accordance with local regulations.
SDS available at www.sdi.com.au or contact your regional representative.

BUL ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Aura Easy е предназначен за възстановяване на антериорни и постериорни зъби от дентални специалисти. Aura Easy е фотоотвърдяващ, рентгеноконтрастен, високоякостен, универсален композит, проектиран да отговаря на повечето от Вашите естетически възстановителни нужди само с четири проти нюанса. Всеки нюанс на Aura Easy е с еднаква интензивност на цвета, така че при необходимост можете да персонализирате нюансите. Серията Aura Easy има дълбочина на втвърдяване 2 мм. Type 1, Class 2, възстановителен материал на полимерна основа, активиран от външна енергия, интраорално ISO4049:2019.

СЪСТАВ:
Диметакрилати (25% тегл.) (45% об.)
- Уретанов диметакрилат
- Бисфенол А-глицидил метакрилат
- Триетилен гликол диметакрилат
- Етоксилиран бисфенол А диметакрилат
- Додекандиол диметакрилат

Пълнители (75% тегл.) (55% об.)
- Бариево стъкло
- Силициев диоксид (хидрофобен пирогенен силициев диоксид)

Иницатори (< 1%)
Стабилизатори (< 1%)
Пигменти (< 1%)

Композитът Aura Easy се отличава с висока рентгеноконтрастност спрямо дентина и емайла - около 2,5 пъти по-висока спрямо дентина и 0,25 пъти спрямо емайла.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
- Директни предни / задни реставрации (включително оклузални повърхности)
- Основни изграждания.
- Индиректни инлеи, онлеи и фасети.
- Шиниране.
- Сандвич техника с глазйономер.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Не използвайте, ако не може да се установи сухо поле.
- Не използвайте за затваряне на пулпа.
- Не използвайте в рамките на 1 мм от пулпата.
- Не използвайте заедно с материали, съдържащи евгенол.
- Не използвайте при хора, които имат алергия към акрил или които имат алергична реакция към материала на този продукт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт може да причини дразнене на кожата при някои хора. В такива случаи преустановете употребата и потърсете медицинска помощ.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
- Областите около пулпата трябва да бъдат защитени с подходящ протектор за пулпа/дентин, като калциево хидроксидна подложка, за да се предотврати всяко потенциално дразнене.
- Компонентите на Aura Easy могат в редки случаи да причинят сенсибилизация. В тези случаи Aura Easy не трябва да се използва.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
- Съдържащите евгенол вещества могат да възпрепятстват процеса на полимеризация на композитните материали. Следователно използването на такива материали заедно с Aura Easy трябва да се избягва.
- Използването на хлорхексидин, катионни води за уста и вещества, разграждащи плака, може да доведе до обезцветяване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
ПРЕПОРЪКИ:
1. Почистете и изолирайте зъба, като използвате стандартни техники и инструменти. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация.
2. Трябва да се подготви консервативен кавитет, като се използват стандартни техники и инструменти, за да се оформи леко заоблена вътрешна форма. Краищата на кавитета трябва да завършват със здрав и поддържан емайл без скосяване в местата, носещи напрежение. Ако е желателно скосяване в място с ниско напрежение, то не трябва да се простира повече от 1 mm, под ъгъл не по-голям от 45°. Препоръчва се и предварително заваряване, за да се гарантира, че възстановеният зъб ще има подходяща контактна точка.
3. Профилактирайте всички повърхности, които ще бъдат ецвани, включително повърхности в съседство с кавитета, с безмаслена несъдържаща флуорид паста или каша от пемза и вода.
4. Изплакнете обилно с вода.

Избор на цвят
5. Уверете се, че повърхността на зъбите е чиста и суха, преди да сълставите цвета. Да не се изсушава.
6. Използвайте скалата за нюанси Aura Easy, за да изберете желания нюанс преди поставяне на кофердам.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте невтвърдена паста за съпоставяне на цветовете, тъй като има лека промяна на цвета при втвърдяване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Серията Aura Easy е най-подходяща за случаи, когато не се изисква наслояване и не е необходимо високо ниво на естетика.

Препоръка:
Когато съседните зъби са значително различни по цвят, опитайте се да съчетаете по-светлия нюанс. За визуално потвърждение на избрания цвят, поставете малки количества композит върху заобикалящата зъбна повърхност и полимеризирайте със светлина преди залепване.

Приблизително съотнасяне към нюансите VITA classical A1-D4®

AURA EASY HIOAHC	VITA ЕКВИВАЛЕНТ
AE1	B1, A1
AE2	B2, D2, A2, C1
AE3	C2, D4, A3, D3, B3
AE4	A3.5, B4, C3, A4, C4

Изолация:
Трябва да се използват техники за изолиране, за да се предотврати замърсяване. Кофердамът е предпочитаният начин за изолация. Не използвайте, ако не може да се установи сухо поле.

Директно възстановяване
7. Подсушете старателно повърхността, която ще ецвате, със сух въздух без масло. Нанесете еца върху повърхността на зъба, като използвате техника на „селективно ецване" или „пълно ецване" с 37% фосфорна киселина в съответствие с инструкциите на производителя или продължете към следващите стъпки, ако използвате техниката на „самоецване".
8. Измийте обилно с вода.
9. Отстранете излишната вода. Поддържайте влажна повърхността. Избягвайте замърсяване, напр. слюнка.
10. Нанесете адхезив, като Zipbond (SDI Limited), в съответствие с инструкциите на производителя, за да наситите всички вътрешни повърхности.
11. Поставете композита на стъпки от 2 мм или по-малко.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате системата с шприца, след всяка употреба завъртете винтовото бутало обратно на часовниковата стрелка на половин оборот, за да освободите натрупаното налягане.
⚠ **ВНИМАНИЕ:** Компоните Aura Easy трябва да са съвместими с апликатора за компюли, като например Premium Complet Applicator (SDI Limited). Компюлата трябва да бъде здраво и сигурно закрепена към апликатора.
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати нанесете ресторативния материал при нормална стайна температура (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
12. Фотополимеризирайте всяка слъпка поне 20 секунди, като използвате подходяща високомощна LED фотополимеризираща лампа (дължина на вълната 400-480 nm с минимален интензитет на светлината 1000 mW/cm²), като например Radii-Cal CX (SDI Limited).
13. Завършете възстановяването, като използвате стандартни техники. Инструктирайте пациента да не яде или пие нищо поне един час след процедурата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се охлаждане с вода спрей и ефективно засмукване, когато е възможно, при завършване на възстановяването.

Допълнителни бележки:
Компюлите Aura Easy са само за еднократна употреба. Повторната употреба ще доведе до кръстосано замърсяване.

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА
- Избягвайте прекомерна топлина.
- Съхранявайте при температури между 10° и 25°C (50° - 77°F).
- За постигане на оптимална свежест, съхранението в хладилник не е задължително. Температурата на продукта трябва да бъде между 20° и 25°C (68° и 77°F), когато се използва.
- Спринцовка: когато не се използва, затворете капачката плътно.

⚠ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:**
- Избягвайте продължителен контакт на бонда и композита с кожата или меките тъкани на устната кухина, тъй като може да причини възпаление тъкани или кожна сенсибилизация.
- Да не се използва при пациенти с известна чувствителност към материала или алергични реакции към този продукт.
- Само за професионална употреба.
- Да се пази от деца и домашни любимци.
- Да не се приема вътрешно.
- Да не се използва след изтичане срока на годност.
- Не изплаквайте материала на директна светлина (полимеризацията може да започне от околното осветление или от денталната работна светлина).

ВНИМАНИЕ: Федералният закон ограничава продажбата на това устройство по поръчка на зъболекар.

ПЪРВА ПОМОЩ
- **Очи (контакт):** Измийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- **Кожа (контакт):** Отстранете с кърпа или гъба, напоена с алкохол. Измийте обилно с вода.
- **Поглъщане:** Изплакнете устата с вода и изхвърлете. Пийте много вода/мляко. НЕ предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават.
- **Вдишване:** Не се очакват симптоми при нормални условия на употреба. При въздействие, преместете се на добре проветрено място.

Ако е възникнал сериозен инцидент поради този продукт, моля, докладвайте този инцидент на производителя и на компетентния орган във вашия щат или държава.
Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. ИЛБ / информационен лист за безопасност/ можете да намерите на www.sdi.com.au или се свържете с вашия регионален представител.

CES NÁVOD K POUŽITÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:
Aura Easy je určen k obnově předních i zadních zubů zubními lékaři. Aura Easy je světlem tvrdnoucí, rentgenkontrastní, vysoce pevný, univerzální kompozitní materiál, který splňuje většinu požadavků na estetické výplně s využitím pouze čtyř jednoduchých odstínů. Každý odstín Aura Easy má stejnou barevnou intenzitu, takže si můžete odstíny podle potřeby přizpůsobit. Řada Aura Easy má hloubku vytvrzení 2 mm. Typ 1, třída 2, výplňový materiál na bázi polymeru, aktivovaný intraorálně vnější energií; v souladu s normou ISO4049:2019.

SLOŽENÍ:
Dimethakryláty (25 hm. %)
(45 obj. %)
- Uretan dimethakrylát
- Bisfenol A-glycidylmethakrylát
- Triethylenglykoldimethakrylát
- Ethoxylovaný bisfenol A-dimethakrylát
- Dodekandioldimethakrylát

Plniva (75 hm. %) (55 obj. %)
- Baryové sklo
- Oxid křemičitý (hydrofobní kouřový oxid křemičitý)

Iniciátory (< 1 %)
Stabilizátory (< 1 %)
Pigmenty (< 1 %)

Aura Easy je rentgenkontrastní kompozit s radioopacitou odpovídající přibližně 250 % radiopacity hliníku (100% hliník odpovídá dentinu a 200% hliník odpovídá sklovině).

INDIKACE K POUŽITÍ:
- Přímé přední / zadní výplně (včetně okluzních ploch)
- Výplně v jádru zubu.
- Nepřímé inlaye, onlaye a fazety
- Dlahování
- Sendvičová technika se skloionomery

KONTRAINDIKACE:
- **Nepoužívejte**, pokud nelze vytvořit suché pracovní pole.
- **Nepoužívejte** k překrytí pulpy.
- Aplikujte s odstupem alespoň 1 mm od pulpy.
- **Nepoužívejte** výrobek v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol.
- **Nepoužívejte** u osob, které mají alergii na akryl nebo u nichž se vyskytla alergická reakce na materiál tohoto výrobku.
POZNÁMKA: Tento výrobek může u některých osob způsobit podráždění kůže. V takových případech ukončete použití výrobku a vyhledejte lékařskou pomoc.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY:
- Místa v okolí zubní dřeně musí být chráněna vhodným prostředkem na ochranu zubní dřeně/dentinu, aby se předešlo možnému podráždění (v místech v blízkosti zubní dřeně selektivně aplikujte přípravek na bázi hydroxidu vápenatého).
- Složky materiálu Aura Easy mohou ve vzácných případech způsobit senzibilizaci. V těchto případech by se materiál Aura Easy neměl používat.

INTERAKCE:
- Látky obsahující eugenol mohou inhibovat proces polymerace kompozitních materiálů. Tyto látky se proto nesmí používat ve spojení se systémem Aura Easy.
- Použití chlorhexidinu, kationtových ústních vod a látek pro detekci plaku může způsobit změnu zbarvení.

NÁVOD K POUŽITÍ:
DOPORUČENÍ:
1. Vyčistěte a izolujte zub pomocí standardních technik a nástrojů. Preferovaný způsob izolace zubu je kofferdam.
2. Měla by být připravena konzervativní kavita s použitím standardních technik a nástrojů, aby vznikla mírně zaoblená vnitřní forma. Okraje připravené kavity by měly končit zdravou sklovinou s dostatečnou podporou a bez zkosení v místech, kde je zub namáhán. Pokud je požadováno zkosení v místě s nízkým namáháním, nemělo by přesahovat 1 mm při úhlu ne větším než 45 °C. Také je doporučeno předem připravit okraje, aby měl obnovený zub adekvátní kontaktní bod.
3. Profylakticky ošetřete všechny leptané povrchy včetně povrchů přiléhajících ke kavitě bezolejovou pastou bez obsahu fluoridů nebo kaší z pemzy a vody.
4. Důkladně opláchněte vodou.

Výběr odstínu:
5. Před výběrem barevných odstínů musí být povrch zubu čistý a suchý. Nevysušujte.
6. Před umístěním kofferdamu použijte k výběru odstínu průvodce odstíny Aura Easy.

POZNÁMKA: K porovnání barev nepoužívejte nevytvrzenou pastu, protože po vytvrzení dochází k mírné změně barevného odstínu.
POZNÁMKA: Řada Aura Easy je nejvhodnější tehdy, není-li nutné provádět vrstvení a nejsou-li vysoké požadavky na estetiku.

Doporučení: Pokud se odstín dvou sousedních zubů výrazně liší, snažte se sladit se světlejším odstínem. Pro vizuální potvrzení zvoleného odstínu nanese malé množství kompozitu na vedlejší povrch zubu a před bondováním nechte mírně vytvrdnout.

Přibližné odpovídají odstínům VITA classical A1-D4®

ODSTÍN AURA EASY	EKVIVALENT VITA
AE1	B1, A1
AE2	B2, D2, A2, C1
AE3	C2, D4, A3, D3, B3
AE4	A3.5, B4, C3, A4, C4

Izolace:
Aby se zabránilo kontaminaci, je nutné použít izolační techniky. Preferovaný způsob izolace zubu je kofferdam. Nepoužívejte, pokud nelze vytvořit suché pracovní pole.

Přímá výplň
7. Leptaný povrch důkladně vysušte suchým vzduchem bez oleje. K leptání povrchu zubu použijte techniku „selective etch" nebo „total etch" 37% kyselinou fosforečnou podle pokynů výrobce nebo postupujte následujícím krokům, pokud používáte techniku samoleptání (self-etch).
8. Důkladně opláchněte vodou.
9. Odstraňte přebytečnou vodu. Udržujte vlhké. Zabraňte kontaminaci například slinami.
10. Naneste bondovací činidlo, například Zipbond (SDI Limited), podle pokynů výrobce tak, aby došlo k saturaci všech vnitřních povrchů.
11. Rozmístěte kompozit v rozestupech 2 mm nebo méně.
POZNÁMKA: Pokud používáte stříkačkový systém, po každém použití otočte šroubovací zátku proti směru hodinových ručiček o polovinu otáčky, aby se uvolnil nahromaděný tlak.
⚠ **POZOR:** Komplet Aura Easy musí být kompatibilní s aplikátorem, například s aplikátorem Premium Complet Applicator (SDI Limited). Komplet musí být pevně a bezpečně připevněn k aplikátoru.
POZNÁMKA: Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte regenerační prostředek při normální pokojové teplotě (23 ± 1 °C).
12. Každou vrstvu vytvrzujte po dobu nejméně 20 sekund pomocí vhodné vysoce výkonné LED vytvrzovací lampy (vlnová délka 400–480 nm s minimální intenzitou světla 1 000 mW/cm²), jako je například Radii-Cal CX (SDI Limited).
13. Dokončete výplň pomocí standardních technik. Použité pacienta, že nemá nic jíst ani pít alespoň jednu hodinu po zákroku.
POZNÁMKA: Při dokončování vyplňovacích prací se doporučuje provádět chlazení vodním postřikem a efektivní odsávání vždy, kdy je to možné.

Doplňující poznámky:
Komplety Aura Easy jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití vede ke křížové kontaminaci.

SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ
- Chraňte před nadměrným teplem.
- Uchovávejte při teplotě 2 až 25 °C.
- Pro zajištění optimální čerstvosti je vhodné uchovávat výrobek v chladničce. Teplota produktu během použití by se měla pohybovat v rozmezí 20 až 25 °C.
- Injekční systém: když se nepoužívá, pevně nasaďte krytku.

⚠ **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:**
- Bondovací materiály a kompozit nesmí být po delší dobu ve styku s pokožkou nebo ústními měkkými tkáněmi, aby nedošlo k jejich podráždění nebo zánětu.
- Produkt by se neměl používat u pacientů se známou citlivostí na daný materiál nebo s alergickými reakcemi na daný produkt.
- Pouze pro odborné použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neužívejte vnitřně.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Nevystavujte materiál přímému světlu (okolní světlo nebo provozní osvětlení zubní ordinace může spustit polymeraci).

POZOR: Federální zákony (USA) povolují prodej tohoto zdravotnického prostředku pouze zubním lékařům nebo na předpis zubního lékaře.

PRVNÍ POMOC
- Při zasažení očí: Důkladně vyplachněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží: Odstraňte zbytky materiálu z kůže pomocí hadříku nebo houby namočené v lihu. Důkladně opláchněte vodou.
- Při požití: Vyplachněte ústa vodou a vypláchněte. Vypijte velké množství vody/mléka. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pokud příznaky podráždění přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při vdechnutí: Za normálních podmínek použití se neočekávají žádné příznaky. V případě postižení se přesuňte na dobře větrané místo.

Pokud dojde k závažnému incidentu způsobenému tímto výrobkem, nahlaste daný incident výrobci a příslušnému úřadu ve vašem státě nebo zemi.

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Bezpečnostní list je k dispozici na www.sdi.com.au nebo u vašeho regionálního zástupce.

DAN BRUGS-ANVISNING

TILSIGTET BRUG:
Aura Easy er beregnet til at genoprette forreste og bageste tænder af personer i tandlægepraksis. Aura Easy er en lyshærdende, rentgenfast, universel komposit med høj styrke, der er designet til at imødekomme de fleste af dine æstetiske genoprettende behov med blot fire enkle nuancer. Hver Aura Easy-nuance er ligeligt fordelt i farveintensitet, så du kan tilpasse nuancerne i forhold til dine behov. Aura Easy-serien har en hærdningsdybde på 2 mm.Type 1, klasse 2, polymerbaseret genoprettende materiale aktiveret af ekstern energi intraoralt ; ifølge ISO4049:2019.

SAMMENSÆTNING:
Dimethacrylater (25 vægt %)(45 vol %)
- Urethan dimethacrylat
- Bisphenol A-glycidylmethacrylat
- Triethylenglycol dimethacrylat
- Ethoxyleret bisphenol A dimethacrylat
- Dodecandioldimethacrylat

Fyldstoffer (75 % vægt) (55 % vol.)
- Bariumglas
- Siliciumdioxid (hydrofobisk pyrogen silica)

Initiatorer (< 1%)
Stabilisatorer (< 1%)
Pigmenter (< 1%)

Aura Easy komposit er røntgenfast med cirka 250 % aluminium (100 % aluminium har en røntgenfasthed svarende til dentin og 200 % aluminium svarer til emalje).

INDIKATIONER FOR BRUG:
- Direkte forreste/bageste genoprettninger (herunder okklusale overflader).
- Kerneopbygninger.
- Indirekte inlæg, overlægninger og facader.
- Splinting.
- Sandwichteknik med glasionomerer.

KONTRAINDIKATIONER:
- **Må ikke** bruges, hvis der ikke kan skabes et tørt område.
- **Må ikke** bruges til pulp capping.
- **Må ikke** anvendes inden for 1 mm fra tandkødet.
- Brug ikke sammen med eugenholdige materialer.
- **Må ikke** anvendes til personer, der er allergiske over for akryl, eller som tidligere har haft en allergisk reaktion på materialet i dette produkt.

BEMÆRK: Dette produkt kan forårsage hudirritationer hos nogle personer. I sådanne tilfælde skal du afbryde brugen og søge lægehjælp.

BIVIRKNINGER:
- Områderne omkring pulpa skal beskyttes med en egnet pulpa-/tandbeskytter for at forhindre potentiel irritation (påfør selektivt et calciumhydroxidbaseret præparat i områder nær pulpa).
- Komponenterne i Aura Easy kan i sjældne tilfælde forårsage overfølsomhedsreaktioner. I sådanne tilfælde bør Aura Easy ikke anvendes.

INTERAKTIONER:
- Eugenol-holdige stoffer kan hæmme polymerisationsprocessen for kompositmaterialer. Derfor skal det undgås at bruge sådanne materialer sammen med Aura Easy.
- Brugen af klorhexidin, kationiske mundskyllevand og plak-afslørende stoffer kan medføre misfarvning.

BRUGERVEJLEDNING
ANBEFALINGER:
1. Rengør og isoler tanden ved at bruge standardteknikker og -instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isoleringsform.
2. Der skal forberedes et beverede hulrum med standardteknikker og instrumenter til dannelse af en let afrundet indre form. Mangler i hulrumsforberedelsen skal ende med fast og understøttet emalje uden affasning i de belastningsfølsomme placeringer. Hvis affasning ønskes i et sted med lav belastning, må det ikke strække sig længere end 1 mm i en vinkel, som ikke er større end 45°. Forudgående opvarmning for at sikre, at den restaurerede tand har et passende kontaktpunkt.
3. Forbered alle overflader, der skal bleges, inklusive overflader, der skader, op til hulrammet med en oliefri ikke-fluorholdig pasta eller en opslæmning af pimpsten og vand
4. Vask grundigt med vand.

Valg nuance
5. Du skal tjekke at tandens overflade er ren og tør før farvematching. Må ikke udtørre.
6. Brug Aura Easy-nuance vejledningen til at vælge din nuance før anbringelsen af kofferdam.

BEMÆRK: Brug ikke uhærdet paste til farvetilpasning, da der er en lille farveændring efter hærdning.
BEMÆRK: Aura Easy-serien er bedst egnet til ikke-lagdelingsbehov, hvor høj æstetik ikke er nødvendig.

Anbefalinger:
Når de tilstødende tænder er væsentligt forskellige i nuancen så prøv at matche med den lysere nuance. For visuel bekræftelse af nuancen du har valgt, kan du placere en lille mængde af sammensætningen du vælge på de omgivende tænders overflader og lyshærde før binding.

Omtrentlig reference til VITA klassiske A1-D4® nuancer

AURA EASY NUANCE	VITA TILSVARENDE
AE1	B1, A1
AE2	B2, D2, A2, C1
AE3	C2, D4, A3, D3, B3
AE4	A3.5, B4, C3, A4, C4

Isolering:
Isoleringsteknikker skal bruges til at forebygge kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isoleringsform. Må ikke bruges, hvis der ikke kan etableres et tørt område.

Direkte restaurering
7. Tør overfladen, der skal ætses, grundigt med tør, oliefri luft. Æts tandens overflade med "selective etch" eller "total etch" teknik med 37 % fosforsyre i henhold til producentens vejledning eller gå videre til de følgende trin, hvis der bruges "self etch" teknik.
8. Vask grundigt med vand.
9. Fjern overskydende vand. Skal holdes fugtig. Undgå forurening f.eks.spyt
10. Påfør bindemiddel såsom Zipbond (SDI Limited), i henhold til producentens anvisninger, til at mætte alle interne overflader.
11. Anbring kompositlet i forøgelser på 2 mm eller mindre.
BEMÆRK: Hvis du bruger sprøjtesystemet, skal du dreje skruestemplet mod uret en halv omgang efter hver affyring for at frigøre et eventuelt opbygget tryk.
⚠ **FORSIGTIG:** Aura Easy complet skal være forenelig med complet applikatoren, som for eksempel Premium Complet Applicator (SDI Limited). Complet skal være sikkert fastgjort til applikatoren.
BEMÆRK: For de bedste resultater skal der påføres genoprettende middel ved normal stuetemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).
12. Lyshærd hvert trin i mindst 20 sekunder med en passende højtydende LED-hærdningslampe (400-480 nm bølgelængde med en minimum lysintensitet på 1.000 mW/cm²), såsom Radii-Cal (SDI Limited)
13. Afslut restaureringen ved brug af standardteknikker. Instruer patienten i ikke at spise eller drikke noget i mindst en time efter proceduren.
BEMÆRK: Nedkøling med vandspray og effektiv sugning når der er mulgt, når restaureringen afslutter anbefales.

Yderligere bemærkninger:
Aura Easy complets er kun til engangsbrug. Genbrug vil resultere i krydskontaminering.

OPBEVARING OG HÅNDTERING
- Undgå overdreven varme.
- Opbevares ved stuetemperatur mellem 2 °C og 25 °C (35 °F - 77 °F).
- For optimal friskhed er afkøling valgfri. Produkttemperaturen skal være mellem 20° og 25°C (68° og 77°F), når den bruges.
- Sprøjtesystem: når den ikke er i brug, skal hætten sættes stramt på.

⚠ **FORHOLDSREGLER**
- Undgå langvarig kontakt mellem ætsemiddel, klæbemiddel og kompomit med huden eller det orale væv, da det kan forårsage betændelse i det orale væv eller hudsensibilisering.
- Patienter med kendt overfølsomhed eller allergiske reaktioner til dette produkt må ikke bruge det.
- Kun til professionel brug.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Må ikke indtages.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Udsæt ikke materialet for direkte lys (polymerisering kan startes af omgivende belysning eller dental operationslampe).

ADVARSEL: Forbundsloven begrænser dette udstyr til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.

FØRSTEHJÆLP
- **Øjne (kontakt):** Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp.
- **Hud (kontakt):** Fjern med en klud eller svamp, som er gennemblødt med alkohol. Vask grundigt med vand.
- **Indtagelse:** Skyl munden grundigt med vand. Drik rigeligt med vand/mælk. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp hvis symptomer fortsætter.
- **Indånding:** Der forventes ingen symptomer under normale brugsforhold. Hvis påvirket, flyt til et godt ventileret område.

Hvis der er opstået en alvorlig hændelse på grund af dette produkt, bedes du rapportere denne hændelse til producenten af dette produkt og til den kompetente myndighed i din stat eller dit land. Bortskaf i henhold til lokale regler. SDS er tilgængelig på www.sdi.com.au eller kontakt din regionale repræsentant.

DEU GEBRAUCHS-ANWEISUNG

VERWENDUNGSZWECK:
Aura Easy ist ein Material zur Restauration von Front- und Seitenzähnen durch Zahnärzte. Aura Easy ist ein lichthärtendes, röntgenopakes, hochfestes Universal-Komposit, das mit vier einfachen Farbtönen die meisten ästhetischen Restaurationsanforderungen erfüllt. Die einzelnen Farbtöne von Aura Easy sind gleichmäßig in ihrer Farbintensität abgestuft, sodass sich die Farbtöne bei Bedarf individuell anpassen lassen. Die Aura-Easy-Produktreihe weist eine Aushärtungstiefe von 2 mm auf. Polymerbasierender Restaurationswerkstoff, Typ 1, Klasse 2, zur intraoralen äußeren Energieaktivierung, gemäß ISO 4049:2019.

ZUSAMMENSETZUNG:
Dimethacrylat (25 Gew.-%)(45 Vol.-%)
- Urethandimethacrylat
- Bisphenol-A-Glycidylmethacrylat
- Triethylenglycoldimethacrylat
- Ethoxyliertes Bisphenol-A-Dimethacrylat
- Dodecandioldimethacrylat

Füllstoffe (75 Gew.-%) (55 Vol.-%)
- Bariumglas
- Siliciumdioxid (hydrophobes pyrogenes Siliciumdioxid)

Initiatoren (< 1 %)
Stabilisatoren (< 1 %)
Pigmente (< 1 %)

Das Komposit Aura Easy hat eine Röntgenopazität von ca. 250 % Aluminium (100 % Aluminium entspricht der Röntgenopazität von Dentin, 200 % Aluminium entspricht dem Wert von Schmelz).

INDIKATIONEN:
- Direkte Frontzahn-/Seitenzahnrestaurationen (einschließlich Okklusionsflächen)
- Stumpfaufbauten.
- Indir

óramutató járásával ellentétes irányba fél fordulatot, hogy a felgyülemlett nyomást kiengedje.

⚠ **VIGYÁZAT:** A Aura Easy kapszulának korpiritsánsnek kell lennie a kapszula applikátorral, például a Premium Complet Applicatorral (SDI Limited). A kapszulát szilárdan és biztonságosan kell rögzíteni az applikátorhoz.

MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében normál szobahőmérsékletre (23 ± 1°C) használja a törnéket.

12. Fénypolimerizáljon minden réteget legalább 20 másodpercig megfelelő nagy teljesítményű LED-es lámpával (400–480 nm hullámhossz, minimum 1000 mW/cm² fényintenzitás), például Radii-Cal CX-szel (SDI Limited).
13. Fejezze be a restaurációt a szokásos technikák alkalmazásával. Tájékoztassa a pácienst, hogy az eljárást követően legalább egy órán keresztül ne egyen és ne igyon semmit.

MEGJEGYZÉS: A helyreállítás befejezésekor ajánlott a vízpermettel történő hűtés és hatékony elszívás, amikor csak lehetséges.

További megjegyzések:

Ⓐ A Aura Easy kapszulák egyszer használatosak. A többszöri használat keresztkontaminációt eredményezhet.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

- Kerülje a túlmelegedést.
- 2–25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- Az optimális frissesség érdekében a hűtés opcionális. Használatkor a termék hőmérséklete 20–25°C-os legyen.
- Felcsendérdenzset: használaton kívül szorosan zárja vissza a kupakot.

⚠ **ÓVINTÉZKEDÉSEK**

- Kerülje a bondorzó anyag és a kompozit hosszan tartó érintkezését a bőrrel vagy a száj szöveteivel, mivel ez a száj szöveteinek gyulladását vagy bőrérzékenységet okozhat.
- A termék anyagára érzékeny vagy arra allergiás betegek ne használják.
- Kizárólag szakember általi használatra.
- Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol!
- Ne nyelje le.
- Ne használja a lejárati időn túl.
- Ne tegye ki közvetlen fénynek az anyagot (a polimerizáció elindulhat környezeti világítás vagy a fogászati lámpa fényének hatására).

VIGYÁZAT: A szövetségi törvények szerint az eszköz csak fogorvos által vagy fogorvosi rendelvényre értékesíthető.

ELSŐSEGÉLY

- **Szembe kerülés esetén:** Alaposan öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.
- **Bőrre kerülés esetén:** Alkoholba áztatott ruhával vagy szivacsszal távolítsa el. Alaposan mossa le vízzel.
- **Lenyelés esetén:** Alaposan öblítse ki a száját vízzel és kópia ki. Igyon sok vizet/tejet. NE hánytassa magát. Forduljon orvoshoz.
- **Belégzés esetén:** Normál felhasználási körülmények között nem várhatók tünetek. Belégzés esetén menjen jól szellőző helyre.

Ha a termék miatt súlyos baleset történt, kérjük, jelentse az esetet a termék gyártójának és az Ön államában vagy országában illetékes hatóságnak.

A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A biztonsági adatlapot megtalálja a www.sdi.com. au internetes oldalon vagy lépjen kapcsolatba a regionális képviselővel.

ITA ISTRUZIONI PER L'USO

USO PREVISTO:
Aura Easy è destinato al rilastro dei denti anteriori e posteriori (la parte di professionisti del settore odontoiatrico. Aura Easy è un composito universale fotopolimerizzabile, radiopaco e ad alta resistenza, progettato per soddisfare la maggior parte delle esigenze restaurative estetiche con soli quattro colori. Ogni tinta Aura Easy è uniformemente distanziata in termini di intensità cromatica, il che consente, all'occorrenza, la personalizzazione dei colori. La gamma Aura Easy offre una profondità di polimerizzazione di 2 mm. Tipo 1, Classe 2, materiale da restauro a base di polimeri attivato da energia esterna per via intraorale; secondo la norma ISO4049:2019.

COMPOSIZIONE:
Dimetacrilati (25% p/p) (45% vol)

- Dimetacrilato di uretano
- Bisfenolo A-glicidil metacrilato
- Trietilenglicole dimetacrilato
- Bisfenolo A etossilato dimetacrilato
- Dodecandiolo dimetacrilato

Filler (75% p/p) (55% vol)

- Vetro di bario
- Biossido di silicio (silice fumata idrofoba)

Iniziatori (< 1%)
Stabilizzatori (< 1%)
Pigmenti (< 1%)

Il composito Aura Easy è radiopaco con circa il 250% di alluminio (il 100% di alluminio in una radiopacità equivalente a quella della dentina e il 200% a quella dello smalto).

INDICAZIONI PER L'USO:

- Restauri diretti anteriori / posteriori (comprese le superfici occlusali).
- Costruzioni del nucleo.
- Inlay, onlay e faccette indirette.
- Splintaggio.
- Tecnica sandwich con vetroionomeri

CONTROINDICAZIONI:

- **Non** utilizzare se non è possibile avere un campo asciutto.
- **Non** utilizzare per l'incappucciamento della polpa.
- **Non** utilizzare a meno di 1 mm dalla polpa.
- **Non** utilizzare in combinazione con materiali contenenti eugenolo.
- **Non** utilizzare in caso di allergia agli acrilici o di reazioni allergiche al materiale di questo prodotto.
- **NOTA:** il prodotto può causare irritazione cutanea in alcune persone. In questi casi, interrompere l'uso e consultare un medico.

EFFETTI COLLATERALI:

- Le aree intorno alla polpa devono essere protette con un protettore pulpare/dentinale adeguato, come un liner di idrossido di calcio, per evitare qualsiasi potenziale irritazione.
- I componenti di Aura Easy possono, in rare occasioni, causare sensibilizzazione. In questi casi, Aura Easy non deve essere utilizzato.

INTERAZIONI:

- Le sostanze contenenti eugenolo possono inibire il processo di polimerizzazione dei materiali compositi. Pertanto l'uso di tali materiali in combinazione con Aura Easy deve essere evitato.
- L'uso di clorexidina, collutori cationici e sostanze per la rilevazione della placca può provocare una decolorazione.

ISTRUZIONI PER L'USO: RACCOMANDAZIONI:

1. Pulire e isolare il dente utilizzando tecniche e strumenti standard. La diga in lattice è la modalità preferita.
2. Deve essere preparata una cavità conservativa, utilizzando tecniche e strumenti standard, per fornire una forma interna leggermente arrotondata. I margini della preparazione della cavità devono terminare in smalto solido e supportato senza smussi nelle zone di sollecitazione. Se si desidera eseguire lo smusso in una zona a bassa sollecitazione, esso non deve estendersi oltre 1 mm con un angolo non superiore a 45°. Si raccomanda inoltre di effettuare il pre-wedging per garantire che il dente restaurato abbia un punto di contatto adeguato.
3. Pulire tutte le superfici da mordenzare, comprese le superfici adiacenti alla cavità, con un materiale privo di olio e fluoro contenente pasta o un impasto di pomice e acqua.
4. Sciacquare abbondantemente con acqua.

Selezione della tonalità:

5. Assicurarsi che la superficie del dente sia pulita e asciutta prima dell'abbinamento cromatico. Non essiccare.
6. Utilizzare la scala cromatica Aura Easy per selezionare il colore prima del posizionamento della diga di gomma.

NOTA: non utilizzare la pasta non polimerizzata per l'abbinamento cromatico, poiché la polimerizzazione provoca un leggero cambiamento di colore.

NOTA: la gamma Aura Easy è particolarmente indicata per restauri senza stratificazione, nei casi in cui non sia richiesto un livello estetico elevato.

Raccomandazione:
Se i denti adiacenti presentano colori estremamente diversi, prediligere le tonalità più chiare. Per la conferma visiva del colore selezionato, posizionare piccole quantità di composito sulla superficie dentale circostante e fotopolimerizzare prima dell'adesione.

Riferimento approssimativo ai colori VITA classical A1–D4®

AURA EASY SHADE	EQUIVALENTE VITA
AE1	B1, A1
AE2	B2, D2, A2, C1
AE3	C2, D4, A3, D3, B3
AE4	A3.5, B4, C3, A4, C4

Isolamento:
Devono essere utilizzate tecniche di isolamento per evitare la contaminazione. La diga in lattice è la modalità preferita. Non utilizzare se non è possibile creare un campo asciutto.

Restauro diretto

7. Asciugare accuratamente la superficie da mordenzare con aria secca e priva di olio. Mordenzare la superficie del dente con la tecnica della "mordenzatura selettiva" o della "mordenzatura totale" con acido fosforico al 37% secondo le istruzioni del produttore, oppure procedere alle fasi successive se si utilizza la tecnica dell'"automordenzatura".
8. Lavare accuratamente con acqua.
9. Rimuovere l'acqua in eccesso. Mantenere umido. Evitare la contaminazione, ad esempio saliva.
10. Applicare l'agente legante, come Zipbond (SDI Limited), secondo le istruzioni del produttore per saturare tutte le superfici interne.
11. Posizionare il composito in incrementi di 2 mm o meno.

NOTA: se si utilizza il sistema a siringa, dopo ogni uso ruotare in senso antiorario di mezzo giro lo stantuffo a vite, così da rilasciare l'eventuale pressione creatasi.

⚠ **ATTENZIONE:** il composito Aura Easy deve essere compatibile con l'applicatore, come il Premium Complet Applicator (SDI Limited). Il composito deve essere fissato saldamente e in modo sicuro all'applicatore.

12. Fotopolimerizzare ogni incremento per almeno 20 secondi utilizzando una lampada LED ad alta potenza adeguata (lunghezza d'onda 400–480 nm, intensità minima 1.000 mW/cm²), come Radii-Cal CX (SDI Limited).
13. Terminare il restauro utilizzando tecniche standard. Ricordare al paziente di non mangiare o bere nulla per almeno un'ora dopo la procedura.

NOTA: Si raccomanda di raffreddare con acqua nebulizzata e di aspirare efficacemente, laddove possibile, quando si rifinisce il restauro.

Note aggiuntive:

Ⓐ I compositi Aura Easy sono monouso. Il riutilizzo comporta una contaminazione incrociata.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

- Evitare l'eccesso di calore.
- Conservare a temperature comprese tra 10° e 25°C (50° – 77°F).
- Per una freschezza ottimale, è possibile ricorrere alla refrigerazione (facoltativa). La temperatura del prodotto deve essere compresa tra 20° e 25°C (68° e 77°F) quando viene utilizzato.
- Sistema a siringa: quando non in uso, richiudere saldamente il cappuccio.

⚠ **PRECAUZIONI:**

- Evitare il contatto prolungato degli agenti leganti e del composito con la pelle o i tessuti molli del cavo orale, in quanto può causare infiammazione di tali tessuti o sensibilizzazione cutanea.
- I pazienti con elevata sensibilità nota o reazioni allergiche a questo prodotto non devono utilizzarlo.
- Solo per uso professionale
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non applicare internamente.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non esporre il materiale alla luce diretta (la polimerizzazione può essere avviata dall'illuminazione dell'ambiente o dall'illuminazione dello studio).

ATTENZIONE: La Legge Federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su ordine di un dentista.

PRIMO SOCCORSO

- **Occhi (contatto):** sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- **Pelle (contatto):** rimuovere con una garza o una spugna imbevuta di alcol. Sciacquare accuratamente con acqua.
- **Ingestione:** sciacquare bene la bocca. Bere molta acqua o latte. NON indurre il vomito. Se i sintomi persistono consultare un medico.
- **Inalazione:** aria e provvedono sintomi nelle normali condizioni d'uso. Se necessario, spostarsi in un'area ben ventilata.

Se si verifica un incidente grave a causa di questo prodotto, segnalarlo al produttore del prodotto e alle autorità competenti del proprio Stato o Paese.

Smaltire in conformità alle normative locali. Per le schede su dati e sicurezza visitare il sito www.sdi.com. au o contattare il rappresentante regionale.

LIT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PASKIRTIS:
„Aura Easy" skirta specialistams naudoti restauruojant priekinius ir užpakalinius dantis.
„Aura Easy" – tai šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastinis, tiltin stiprus, universalus kompozitas, sukurtas patenkinti daugumą estetinio restauravimo poreikių naudojant tik keturias paprastus atspalvius. Kiekviena „Aura Easy" atspalvio intensyvumas yra tolygiai paskirstytas, todėl prireikus galima pasirinkti individualius atspalvius. „Aura Easy" sanijos gaminiai kietėja 2 mm gylyje. Tipo, 2 klasės, polimero pagrindo pagaminta restauracinė medžiaga, aktyvuojama išorine energija per burną; atitinka ISO4049:2019 standartą.

SUDĖTIS:
Dimetakrilatai (25 % masės)
(45 % tūrio)

- Uretano dimetakrilatas
- Bisfenolo A-glicidilmetakrilatas
- Trietilenglikolo dimetakrilatas
- Etoksiliuoto bisfenolio A dimetakrilatas
- Dodekandiolio dimetakrilatas

Užpildai (75% masės) (55 % tūrio)

- Bario stiklas
- Silicio dioksidas (hidrofobinis dūminis silicio dioksidas)

inicijatoriai (< 1 %)
Stabilizatoriai (< 1 %)
Pigmentai (< 1 %)

„Aura Easy" kompozitas yra atsparus radiacijos spinduliams apie 250 % (100 % aliuminio atitinka dentino, o 200 % aliuminio atitinka emalio nepralaidumą spindulinei energijai).

NAUDOJIMO INDIKACIJOS:

- Tiesioginėms priekinių ir (arba) galinių dantų restauravimui (įskaitant okliuzinius paviršius)
- Pagrindinių dalių kūrimas
- Netiesioginės inkrustacijos, onkrustacijos ir laminatės.
- Sutvirtinimas.
- Daugiasluoksnis metodas su stiklo jonomeru.

KONTRAINDIKACIJOS

- **Nenaudokite,** jei negalima sukurti sausos vietos.
- **Nenaudokite** pulpai uždengti.
- **Nenaudokite** arčiau nei 1 mm atstumu nuo pulpos.
- **Nenaudokite** kartu kitomis medžiagomis, kurių sudėtyje yra eugenolio.
- **Nenaudokite** žmonėms, kurie yra alergiški akrilui arba kuriems pasireiškia alerginės reakcijos į šio preparato medžiagą.

PASTABA. Kai kuriems žmonėms šis preparatas gali sudirginti odą. Toku atveju nutraukite preparato naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.

ŠALUTINIAI POVEIKIAI:

- Aplink pulpą esančiuose vietas reikia apsaugoti tinkamu pulpos ir dantenų apsaugininį preparatu, siekiant išvengti bet kokio galimo dirginimo (naudokite kalcio hidroksidu dirginnd pagamintą preparatą tose vietose, kurios yra netoli pulpos).
- Labai retai „Aura Easy" komponentai gali sukelti jautrumą. Toku atveju „Aura Easy" naudoti negalima.

SAVEIKA:

- Eugenolio turinčios medžiagos gali slopinti kompozitinių medžiagų polimerizacijos procesą, todėl reikėtų vengti naudoti tokias medžiagas kartu su „Aura Easy".
- Naudojant chlorheksidiną, katijoninius burnos skalavimo skysčius ir apnašas atskleidžiančias medžiagas, spalva gali pakisti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: REKOMENDACIJOS:

1. Išvalykite ir izoliuokite dantį naudojant standartinius metodus ir instrumentus. Padengimas guma yra geriausias apsaugos būdas.
2. Turi būti paruošta konservavimo ertmė, naudojant standartinius metodus ir instrumentus, kad susidarytų šiek tiek suapvalinta vidinė forma. Ertmės paruošimo kraštai turi baigtis stipriu ir stabiliu emaliu, nepaliekant nuožulnumų ėtempimo vietose. Jei reikia nuožulnumo, jis turi tęstis ne daugiau kaip 1 mm ir ne didesniu kaip 45° kampu. Taip pat rekomenduojama iš anksto paregti tinkamą formą, kad atkurtas dantis turėtų tinkamą sąlyčio tašką.
3. Paruoškite visus ėstinitus paviršius, įskaitant greta ertmės esančius paviršius, užpilant pastą, kurios sudėtyje nėra alliejaus nei fluorido, naudojant pemzos ir vandens suspensija.
4. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.

Atspalvio pasirinkimas:

5. Prieš parenkant spalvą įsitikinkite, kad danties paviršius yra švarus ir sausas. Nesąsiuvkite.
6. Naudodami toliau pateiktą „Aura Easy" atspalvio nustatymo paletę, pasirinkite atspalvį prieš uždedami gumos pertvarą apsaugą.

PASTABA. Nenaudokite nesukietėjusios pastos spalvai parinkti, nes sukietėjusi spalva šiek tiek paskiečia.

PASTABA: „Aura Easy" serijos gaminiai labiausiai tinka tais atvejais, kai nereikia daug sluoksnių ir aukštos kokybės estetikos.

Patarimas:
Jei gretimų dantų atspalviai labai skiriasi, stenkitės parinkti šviesesnį atspalvį. Norėdami vizualiai patvirtinti pasirinktą atspalvį, užtepkite nedidelį kompozito kiekį ant gretimo danties paviršiaus ir šviesoje sukietinkite prieš sujungdami.

Atitinka klasikinių VITA A1-D4® atspalvių paletę

„AURA EASY" ATSPALVIS	„VITA" ATITIKMUO
AE1	B1, A1
AE2	B2, D2, A2, C1
AE3	C2, D4, A3, D3, B3
AE4	A3.5, B4, C3, A4, C4

Atskyrimas:
Norint išvengti užkrėtimo, reikia naudoti apsaugos metodus. Uždengimas guma yra geriausias apsaugos būdas. Nenaudokite, jei negalima sukurti sausos vietos.

Tiesioginis restauravimas

7. Kruopščiai išdžiovinkite esdėmeną purškiu arba sausu oru be tepalo. Esdinkite danties paviršių naudodami „selektyvaus ėsdinimo" arba „visiško ėsdinimo" metodą su 37 % fosforo rūgšties pagal gamintojo instrukcijas arba atlikite nurodytus veiksmus, jei naudojate „savaiminio ėsdinimo" metodą.
8. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
9. Pašalinkite vandens perteklių. Palaikykite drėgmę. Venkite užteršimo, pvz. seilėmis.
10. Naudokite klijamo priemonę, pavyzdžiui, „Zipbond Universal" („SDI Limited"), pagal gamintojo nurodymus, kad būtų prisotinti visi vidiniai paviršiai.
11. Kompozitą įpilkite į 2 mm ar mažesniais intervalais.

PASTABA. Jei naudojate švirkštą, po kiekvieno naudojimo pusiau pasukite stūmoklį prieš laikrodžio rodyklę, kad išleistumėte susikaupusį slėgį.

⚠ **DĖMESIO.** „Aura Easy Complet" turi būti suderinamas su „Complet" aplikatorumi, tokiu kaip „Premium Complet" aplikatorius („SDI Limited").

„Complet" turi būti tvirtai ir tinkamai prietvirtinta prie aplikatoriaus.

PASTABA. Norint gauti geriausius rezultatus, naudokite restauracinę priemonę normaliojo kambario temperatūroje (23 ± 1 °C) (arba 73 ± 2 °F).

12. Kiekvieną sluoksnį kietinkite šviesoje ne mažiau kaip 20 sekundžių naudodami tinkamą didelio galingumo LED kietinimo lempą (400–480 nm bangos ilgio ir ne mažesnio kaip 1000 mW/cm² šviesos intensyvumo), pvz., „Radii-Cal CX" („SDI Limited").
13. Restauraciją užbaikite taikydami standartinius metodus. Paaiškinkite pacientui, kad bent valandą po procedūros negalima nieko valgyti ir gerti.

PASTABA. Rekomenduojama restauraciją baigti purškiant vesią vandenį ir veiksmingai siurbiant, jei įmanoma.

Papildomos pastabos:

Ⓐ Aura Easy compules' skirti tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinis naudojimas gali sukelti kryžminį užteršimą.

LAIKYMAS IR TVARKYMAS

- Venkite per didelio karščio.
- Laikykite 2–25 °C (35–77 °F) temperatūroje.
- Norint užtikrinti geriausią šviežumą, rekūtina laikyti šaldytuve. Naudojant preparatą, jo temperatūra turi būti nuo 20 °C iki 25 °C (68 ° F iki 77 °F).
- Švirkšto sistema: po kiekvieno naudojimo, sandariai uždėkite dangtelį.

⚠ ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Venkite ilgalaikio jungiamųjų medžiagų ir kompozito sąlyčio su oda ar burnos minkštaisiais audiniais, nes gali sukelti burnos mikrobiotą ir audinių uždegimą arba odos jautrumą.
- Pacientai, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas medžiagoms arba alerginės reakcijos šiam produktui, neturėtų jo naudoti.
- Tik specialistų naudojimui.
- Saugoti nuo vaikų ir namų ūkių gyvūnų.
- Tik išoriniam naudojimui.
- Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
- Nenaudokite šios medžiagos tiesioginėje šviesoje, kadangi kambario apšvietimas arba stomatologinio kabineto įrangos apšvietimas gali užvesti polimerizaciją.

ĮSPĖJIMAS: pagal JAV Federalinį įstatymą šią priemonę gali parduoti arba užsakyti tik odontologai.

PIRMOJI PAGALBA

- **Akių (kontaktas):** kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- **Kontaktas su oda:** nuvalykite sąrite suvilgytu šluoste arba kempine. Kruopščiai nuplaukite vandeniu.
- **Prarijus:** išskalaukite burną vandeniu ir išspjaukite. Gerkite daug vandens ir (arba) pieno. Neskatinkite vėmimo. Kreipkitės į gydytoją.
- **Įkvėpus:** įprastomis naudojimo sąlygomis jokių simptomų neturėtų būti. Jei įsitrėškė, pereikite į gerai vėdinamą vietą.

Jei dėl šios priemonės įvyko rimtas incidentas, pranešinkite apie tai priemonės gamintojui ir savo valstybės ar šalies kompetentingai institucijai.

Likuti išmeskite vadovaudamiesi vietos taisyklėmis. SDS (Saugos duomenų lapai) rasite www.sdi.com. au arba kreipkitės į savo regiono atstovą.

NOR BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUK
Aura Easy er ment for tannleger for å restaurere anteriore og posteriore tenner. Aura Easy er en lysherdende, røntgentett universalkompositt med høy styrke som er utviklet for å dekke de fleste estetiske restaureringsbehovene dine med bare fire ekte fargenyanser. Hver Aura Easy-nyanse er jevnt fordelt i fargeintensitet slik at du kan tilpasse nyansene ved behov. Aura Easy-serien har en herdedybde på 2 mm. Type 1, klasse 2, polymerbasert konstruksjonsmateriale som aktiveres av ekstern energi intraoralt; i henhold til ISO4049:2019.

SAMMENSETNING:
Dimetakrylater
(25 % vekt) (45 % volum)

- Uretan-dimetakrylat
- Bisfenol A-glycidylmetakrylat
- Trietylenglykoldimetakrylat
- Etoksylert bisfenol A-dimetakrylat
- Dodekandioldimetakrylat

Fyllstoffer (75 % vekt) (55 % volum)

- Bariumglass
- Silisiumdioksid (hydrofob pyrogen silika)

Igangsettere (< 1 %)
Stabilisatorer (< 1 %)
Pigmenter (< 1 %)

Aura Easy-kompositt er røntgentett med ca. 250 % aluminium (100 % aluminium tilsvarer røntgentetthet som tilsvarer dentin, og 200 % aluminium tilsvarer emalje).

INDIKASJONER FOR BRUK:

- Direkte anteriore / posteriore restaureringer (inkludert okklusale overflater)
- Kjerneoppbygginger
- Indirekte innlegg, pålegg og fasetter.
- Tannskinne.
- Sandwichteknikk med glassionomer.

KONTRAINDIKASJONER:

- **Ikke** bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.
- **Ikke** bruk til pulpakapping.
- **Ikke** bruk innenfor 1 mm fra pulpa.
- **Ikke** bruk sammen med eugenolholdige materialer.
- **Må ikke** brukes til personer som er allergiske mot akryl eller som har allergiske reaksjoner på materialet i dette produktet.

MERK: Dette produktet kan forårsake hudirritasjon hos noen mennesker. I slike tilfeller må du avbryte bruken og oppsøke medisinsk hjelp.

BIVIRKNINGER:

- Områder rundt pulpen bør beskyttes med en egnet pulpa-/dentin-beskytter for å forhindre potensiell irritasjon (gjelder selektivt et kalsiumhydroksidbasert preparat i områder nær pulpaen).
- Komponentene i Aura Easy kan i sjeldne tilfeller forårsake sensibilisering. I disse tilfellene skal Aura Easy ikke brukes.

INTERAKSJONER:

- Eugenolholdige stoffer kan hemme polymeriseringsprosessen til komposittmaterialer. Derfor må bruk av slike materialer i forbindelse med Aura Easy unngås.
- Bruk av klorheksidin, kationisk munnvann og plakkavdekkende stoffer kan føre til misfarging.

BRUKSANVISNINGER:
ANBEFALINGER:

1. Rengjør og isoler tannen ved bruk av standard teknikker og instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten.
2. En konservativ kavitet skal klargjøres ved bruk av standard teknikker og instrumenter for å damme en lett avrundet intern form. Kantene på kavitetsforberedelsen bør ende i friskt og stettet emalje uten skråkanter i områder med belastning. Hvis avfasing er ønsket på et sted med lavt stress, skal den ikke gå lenger enn 1 mm i en vinkel på ikke mer enn 45 °. Forhåndskiling anbefales også for å sikre at den gjenopprettede tannen vil ha et tilstrekkelig kontaktpunkt.
3. Profiler alle overflater som skal etses, inkludert overflater ved siden av kaviteten med en oljefri ikke-fluoridholdig pasta eller en masse av pimpstein og vann.
4. Skyll grundig med vann.

Nyansevalg

5. Kontroller at tannens overflate er ren og tørr før fargetilpasningen. Må ikke tørkes.
6. Bruk Aura Easy fargeguide for å velge nyanse før plassering av kofferdam.

MERK: Ikke bruk uherdet pasta for fargematching, da det skjer en liten fargeendring ved herding.
MERK: Aura Easy-serien passer best i tilfeller uten behov for lagdeling, der høy estetikk ikke er nødvendig.

Anbefaling:
Når de tilstøtende tennene har betydelig forskjellig farge, prøv å matche den lyseste farger. For visuell bekreftelse av valgt farge, legg små mengder kompositt på en omkringliggende tannoverflate og herd med lys før binding.

Omtrentlig referanse til VITA classical A1-D4®-nyanser

AURA EASY-NYANSE	VITA-EKVIVALENT
AE1	B1, A1
AE2	B2, D2, A2, C1
AE3	C2, D4, A3, D3, B3
AE4	A3.5, B4, C3, A4, C4

Isolering:
Det må brukes isolasjonsteknikker for å forhindre kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten. Ikke bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.

Direkte restaurering

7. Tørk grundig overflaten som skal etses med tørr, oljefri luft. Ets tannoverflaten ved hjelp av «selektiv etsing» eller «totaletsing» med 37 % fosforsyre i henhold til produsentens instruksjoner, eller fortsett med følgende trinn hvis du bruker «selvetsing».
8. Skyll grundig med vann.
9. Fjern overflødig vann. Hold fuktig. Unngå forurensning, f.eks. spytt.
10. Påfør bindingsmiddel, for eksempel Zipbond (SDI Limited), i henhold til produsentens instruksjoner for å mette alle innvendige overflater.
11. Plasser kompositt med avstander på 2 mm eller mindre.

MERK: Hvis du bruker et sprøytesystem, må du etter hver bruk vri skrustempelet en halv omdreining mot urviseren for å frigjøre eventuelt oppsamlet trykk.

⚠ **FORSIKTIG:** Aura Easy-kompletten må være kompatibel med kompletapplikatoren, for eksempel Premium Complet Applicator (SDI Limited). Kompletten må festes godt og sikkert til applikatoren.

MERK: For best resultat, påfør restaurering ved normal romtemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).

12. Lysherd hver påføring i minst 20 sekunder ved en egnet høy-effekt LED-herdelampe (400–480 nm bølgelengde, med minimum lysintensitet på 1 000 mW/cm²), for eksempel Radii-Cal CX (SDI Limited).
13. Fullfør restaureringen med standardteknikker. Instruer pasienten om å ikke spise eller drikke noe i minst en time etter prosedyren.

MERK: Det anbefales avkjøling med vannspray og effektiv suging når det er mulig under utførelsen av konstruksjonen.

Ytterligere merknader:

Ⓐ Aura Easy-kompletterne er kun til engangsbruk. Gjenbruk vil resultere i krysskontaminering.

LAGRING OG HÅNDTERING

- Unngå overflødig varme.
- Oppbevares ved temperaturer mellom 10° og 25 °C (50° - 77 °F).
- For optimal friskhet er kjøling valgfritt. Produkttemperaturen bør være mellom 20° og 25 °C (68° og 77 °F) når den brukes. Sprøytesystem: sett hetten godt på plass når det ikke er i bruk.

⚠ FORHOLDSREGLER:

- Unngå langvarig kontakt mellom bindingsmidler og kompositt med huden eller munnslimhinnen, da dette kan forårsake betennelse i munnslimhinnen eller hudoverfølsomhet.
- Pasienter med kjent materialfølsomhet eller allergiske reaksjoner på dette produktet bør ikke bruke det.
- Kun for profesjonell bruk.
- Holdes utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Må ikke inntas.
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Ikke utsett materialet for direkte lys (polymeriseringen kan startes av omgivelseslys eller tannlegebelysning).

FORSIKTIG: Federal lov begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en tannlege.

FØRSTEHJELP

- **Øye (ved kontakt):** Skyll grundig med vann og søk legehjelp.
- **Hud (ved kontakt):** Fjern med klut eller svamp dyrket i alkohol. Skyll grundig med vann.
- **Inntak:** Skyll munnen med vann og spytt ut. Drikk rikelig med vann/melk. IKKE fremkall brekning. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.
- **Innånding:** Ingen symptomer forventes under normale bruksforhold Hvis påvirket, flytt til et godt ventilert område.

MERK: Dette produktet kan forårsake hudirritasjon hos noen mennesker. I slike tilfeller må du avbryte bruken og oppsøke medisinsk hjelp.

BIVIRKNINGER:

- Områder rundt pulpen bør beskyttes med en egnet pulpa-/dentin-beskytter for å forhindre potensiell irritasjon (gjelder selektivt et kalsiumhydroksidbasert preparat i områder nær pulpaen).
- Komponentene i Aura Easy kan i sjeldne tilfeller forårsake sensibilisering. I disse tilfellene skal Aura Easy ikke brukes.

INTERAKSJONER:

- Eugenolholdige stoffer kan herme polymeriseringsprosessen til komposittmaterialer. Derfor må bruk av slike materialer i forbindelse med Aura Easy unngås.
- Bruk av klorheksidin, kationisk munnvann og plakkavdekkende stoffer kan føre til misfarging.

BRUKSANVISNINGER:
ANBEFALINGER:

1. Rengjør og isoler tannen ved bruk av standard teknikker og instrumenter. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten.
2. En konservativ kavitet skal klargjøres ved bruk av standard teknikker og instrumenter for å damme en lett avrundet intern form. Kantene på kavitetsforberedelsen bør ende i friskt og stettet emalje uten skråkanter i områder med belastning. Hvis avfasing er ønsket på et sted med lavt stress, skal den ikke gå lenger enn 1 mm i en vinkel på ikke mer enn 45 °. Forhåndskiling anbefales også for å sikre at den gjenopprettede tannen vil ha et tilstrekkelig kontaktpunkt.
3. Profiler alle overflater som skal etses, inkludert overflater ved siden av kaviteten med en oljefri ikke-fluoridholdig pasta eller en masse av pimpstein og vann.
4. Skyll grundig med vann.

Nyansevalg

5. Kontroller at tannens overflate er ren og tørr før fargetilpasningen. Må ikke tørkes.
6. Bruk Aura Easy fargeguide for å velge nyanse før plassering av kofferdam.

MERK: Ikke bruk uherdet pasta for fargematching, da det skjer en liten fargeendring ved herding.
MERK: Aura Easy-serien passer best i tilfeller uten behov for lagdeling, der høy estetikk ikke er nødvendig.

Anbefaling:
Når de tilstøtende tennene har betydelig forskjellig farge, prøv å matche den lyseste farger. For visuell bekreftelse av valgt farge, legg små mengder kompositt på en omkringliggende tannoverflate og herd med lys før binding.

Omtrentlig referanse til VITA classical A1-D4®-nyanser

AURA EASY-NYANSE	VITA-EKVIVALENT
AE1	B1, A1
AE2	B2, D2, A2, C1
AE3	C2, D4, A3, D3, B3
AE4	A3.5, B4, C3, A4, C4

Isolering:
Det må brukes isolasjonsteknikker for å forhindre kontaminering. Kofferdam er den foretrukne isolasjons-måten. Ikke bruk hvis det ikke kan etableres et tørt felt.

Direkte restaurering

7. Tørk grundig overflaten som skal etses med tørr, oljefri luft. Ets tannoverflaten ved hjelp av «selektiv etsing» eller «totaletsing» med 37 % fosforsyre i henhold til produsentens instruksjoner, eller fortsett med følgende trinn hvis du bruker «selvetsing».
8. Skyll grundig med vann.
9. Fjern overflødig vann. Hold fuktig. Unngå forurensning, f.eks. spytt.
10. Påfør bindingsmiddel, for eksempel Zipbond (SDI Limited), i henhold til produsentens instruksjoner for å mette alle innvendige overflater.
11. Plasser kompositt med avstander på 2 mm eller mindre.

MERK: Hvis du bruker et sprøytesystem, må du etter hver bruk vri skrustempelet en halv omdreining mot urviseren for å frigjøre eventuelt oppsamlet trykk.

⚠ **FORSIKTIG:** Aura Easy-kompletten må være kompatibel med kompletapplikatoren, for eksempel Premium Complet Applicator (SDI Limited). Kompletten må festes godt og sikkert til applikatoren.

MERK: For best resultat, påfør restaurering ved normal romtemperatur (23 ± 1°C, 73 ± 2°F).

12. Lysherd hver påføring i minst 20 sekunder ved en egnet høy-effekt LED-herdelampe (400–480 nm bølgelengde, med minimum lysintensitet på 1 000 mW/cm²), for eksempel Radii-Cal CX (SDI Limited).
13. Fullfør restaureringen med standardteknikker. Instruer pasienten om å ikke spise eller drikke noe i minst en time etter prosedyren.

MERK: Det anbefales avkjøling med vannspray og effektiv suging når det er mulig under utførelsen av konstruksjonen.

Ytterligere merknader:

Ⓐ Aura Easy-kompletterne er kun til engangsbruk. Gjenbruk vil resultere i krysskontaminering.

LAGRING OG HÅNDTERING

- Unngå overflødig varme.
- Oppbevares ved temperaturer mellom 10° og 25 °C (50° - 77 °F).
- For optimal friskhet er kjøling valgfritt. Produkttemperaturen bør være mellom 20° og 25 °C (68° og 77 °F) når den brukes. Sprøytesystem: sett hetten godt på plass når det ikke er i bruk.

⚠ FORHOLDSREGLER:

- Unngå langvarig kontakt mellom bindingsmidler og kompositt med huden eller munnslimhinnen, da dette kan forårsake betennelse i munnslimhinnen eller hudoverfølsomhet.
- Pasienter med kjent materialfølsomhet eller allergiske reaksjoner på dette produktet bør ikke bruke det.
- Kun for profesjonell bruk.
- Holdes utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Må ikke inntas.
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Ikke utsett materialet for direkte lys (polymeriseringen kan startes av omgivelseslys eller tannlegebelysning).

FORSIKTIG: Federal lov begrenser denne enheten til salg av eller på ordre fra en tannlege.

FØRSTEHJELP

- **Øye (ved kontakt):** Skyll grundig med vann og søk legehjelp.
- **Hud (ved kontakt):** Fjern med klut eller svamp dyrket i alkohol. Skyll grundig med vann.
- **Inntak:** Skyll munnen med vann og spytt ut. Drikk rikelig med vann/melk. IKKE fremkall brekning. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.
- **Innånding:** Ingen symptomer forventes under normale bruksforhold Hvis påv